

报表生成时间: 2019-12-26 18:06:30

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-26 18:03:17 用时: 16s

天平称重: 222.200g

标准流量计累计流量: 292.029ml

标准流量计最后流速: 292.079ml/min

标准流量计平均流速: 122.922ml/min

1#流量计累计流量: 291.479ml

1#流量计最后流速: 291.479ml/min

1#流量计平均流速: 254.587ml/min

累计流量与天平误差: 69.279ml(g)

误差百分比: 31.179% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:03:52 用时: 16s

天平称重: 645.200g

标准流量计累计流量: 420.855ml

标准流量计最后流速: 420.905ml/min

标准流量计平均流速: 122.922ml/min

1#流量计累计流量: 420.305ml

1#流量计最后流速: 420.305ml/min

2#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -224.895ml(g)

误差百分比: -34.857% 已验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:04:19 用时: 16s

天平称重: 1118.600g

标准流量计累计流量: 523.806ml

标准流量计最后流速: 523.856ml/min

标准流量计平均流速: 122.922ml/min

1#流量计累计流量: 523.255ml

1#流量计最后流速: 523.255ml/min

3#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -595.345ml(g)

误差百分比: -53.222% 已验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:04:46 用时: 16s

天平称重: 1721.600g

标准流量计累计流量: 626.756ml

标准流量计最后流速: 626.806ml/min

标准流量计平均流速: 122.922ml/min

1#流量计累计流量: 625.655ml

1#流量计最后流速: 625.655ml/min

4#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -1095.945ml(g)

误差百分比: -63.659% 已验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:05:13 用时: 16s

天平称重: 2454.200g

标准流量计累计流量: 729.706ml

标准流量计最后流速: 729.756ml/min

标准流量计平均流速: 122.922ml/min

1#流量计累计流量: 728.605ml

1#流量计最后流速: 728.605ml/min

5#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -1725.595ml(g)

误差百分比: -70.312% 已验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-26 18:05:40 用时: 16s

天平称重: 3316.400g

标准流量计累计流量: 832.657ml

标准流量计最后流速: 832.707ml/min

标准流量计平均流速: 122.922ml/min

1#流量计累计流量: 831.556ml
1#流量计最后流速: 831.556ml/min
6#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -2484.844ml(g)
误差百分比: -74.926% 已修正完成

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:06:02 用时: 11s
天平称重: 4105.200g
标准流量计累计流量: 914.136ml
标准流量计最后流速: 914.186ml/min
标准流量计平均流速: 187.309ml/min

1#流量计累计流量: 913.586ml
1#流量计最后流速: 913.586ml/min
7#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -3191.614ml(g)
误差百分比: -77.746% 已验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-26 18:06:14 用时: 1s
天平称重: 4606.700g
标准流量计累计流量: 960.381ml
标准流量计最后流速: 960.432ml/min
标准流量计平均流速: 3933.496ml/min

1#流量计累计流量: 959.280ml
1#流量计最后流速: 959.280ml/min
8#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -3647.420ml(g)
误差百分比: -79.176% 已修正完成

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:06:26 用时: 1s
天平称重: 5137.100g
标准流量计累计流量: 1006.076ml
标准流量计最后流速: 1006.126ml/min
标准流量计平均流速: 3933.496ml/min

1#流量计累计流量: 1004.975ml
1#流量计最后流速: 1004.975ml/min
9#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -4132.125ml(g)
误差百分比: -80.437% 已验证完成

结束