

报表生成时间: 2019-12-31 12:59:54

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-31 12:58:43 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 222.200g

标准流量计累计流量: 270.008ml

标准流量计最后流速: 270.058ml/min

标准流量计平均流速: 233.139ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 269.457ml

1#流量计最后流速: 269.507ml/min

1#流量计平均流速: 232.555ml/min

累计流量与天平误差: 47.257ml(g)

误差百分比: 21.268% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-31 12:59:15 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 691.400g

标准流量计累计流量: 400.485ml

标准流量计最后流速: 400.535ml/min

标准流量计平均流速: 363.082ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 399.384ml

1#流量计最后流速: 399.434ml/min

1#流量计平均流速: 362.497ml/min

累计流量与天平误差: -292.016ml(g)

误差百分比: -42.235% 验证完成

结束