

报表生成时间: 2019-12-20 10:55:19
型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min 水温: 25° C

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-20 10:54:44 用时: 16s
天平称重: 95.700g
标准流量计累计流量: 218.865ml
标准流量计最后流速: 218.905ml/min
标准流量计平均流速: 181.525ml/min

1#流量计累计流量: 218.315ml
1#流量计最后流速: 218.315ml/min
1#流量计平均流速: 181.560ml/min
累计流量与天平误差: 122.615ml(g)
误差百分比: 128.124% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 10:55:11 用时: 16s
天平称重: 325.100g
标准流量计累计流量: 321.758ml
标准流量计最后流速: 321.798ml/min
标准流量计平均流速: 276.060ml/min

1#流量计累计流量: 321.208ml
1#流量计最后流速: 321.208ml/min
1#流量计平均流速: 283.846ml/min
累计流量与天平误差: -3.892ml(g)
误差百分比: -1.197% 已验证完成

未完. 后续步骤进行中...