

报表生成时间: 2019-12-30 16:03:10

型号: XY\_DD\_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 15:59:21 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 333.200g

标准流量计累计流量: 310.197ml

标准流量计最后流速: 310.247ml/min

标准流量计平均流速: 273.037ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 309.647ml

1#流量计最后流速: 309.697ml/min

1#流量计平均流速: 272.503ml/min

累计流量与天平误差: -23.553ml(g)

误差百分比: -7.069% 标定写入失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 15:59:56 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1045.100g

标准流量计累计流量: 461.595ml

标准流量计最后流速: 461.645ml/min

标准流量计平均流速: 424.174ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 460.494ml

1#流量计最后流速: 460.544ml/min

1#流量计平均流速: 423.589ml/min

累计流量与天平误差: -584.606ml(g)

误差百分比: -55.938% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:00:31 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1834.700g

标准流量计累计流量: 578.859ml

标准流量计最后流速: 578.909ml/min

标准流量计平均流速: 541.576ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 578.309ml

1#流量计最后流速: 578.359ml/min

1#流量计平均流速: 541.008ml/min

累计流量与天平误差: -1256.391ml(g)

误差百分比: -68.479% 验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:01:06 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2845.200g

标准流量计累计流量: 696.124ml

标准流量计最后流速: 696.174ml/min

标准流量计平均流速: 659.012ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 695.573ml

1#流量计最后流速: 695.623ml/min

1#流量计平均流速: 658.462ml/min

累计流量与天平误差: -2149.627ml(g)

误差百分比: -75.553% 验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:01:41 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 4105.200g

标准流量计累计流量: 813.939ml

标准流量计最后流速: 813.989ml/min

标准流量计平均流速: 776.466ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 812.838ml

1#流量计最后流速: 812.888ml/min  
1#流量计平均流速: 775.864ml/min  
累计流量与天平误差: -3292.362ml(g)  
误差百分比: -80.200% 验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 16:02:05 用时: 1s  
标准流量计Reset失败!  
天平称重: 4915.200g  
标准流量计累计流量: 872.296ml  
标准流量计最后流速: 872.346ml/min  
标准流量计平均流速: 864.638ml/min

1#流量计Reset失败!  
1#流量计累计流量: 871.194ml  
1#流量计最后流速: 871.245ml/min  
1#流量计平均流速: 863.537ml/min  
累计流量与天平误差: -4044.006ml(g)  
误差百分比: -82.276% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:02:24 用时: 1s  
标准流量计Reset失败!  
天平称重: 5900.700g  
标准流量计累计流量: 941.113ml  
标准流量计最后流速: 941.163ml/min  
标准流量计平均流速: 933.455ml/min

1#流量计Reset失败!  
1#流量计累计流量: 940.562ml  
1#流量计最后流速: 940.612ml/min  
1#流量计平均流速: 932.905ml/min  
累计流量与天平误差: -4960.138ml(g)  
误差百分比: -84.060% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 16:02:47 用时: 1s  
标准流量计Reset失败!  
天平称重: 6827.600g  
标准流量计累计流量: 997.267ml  
标准流量计最后流速: 997.318ml/min  
标准流量计平均流速: 989.610ml/min

1#流量计Reset失败!  
1#流量计累计流量: 996.166ml  
1#流量计最后流速: 996.216ml/min  
1#流量计平均流速: 988.509ml/min  
累计流量与天平误差: -5831.434ml(g)  
误差百分比: -85.410% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:03:06 用时: 1s  
标准流量计Reset失败!  
天平称重: 7981.100g  
标准流量计累计流量: 1066.085ml  
标准流量计最后流速: 1066.135ml/min  
标准流量计平均流速: 1058.427ml/min

1#流量计Reset失败!  
1#流量计累计流量: 1064.984ml  
1#流量计最后流速: 1065.034ml/min  
1#流量计平均流速: 1057.326ml/min  
累计流量与天平误差: -6916.116ml(g)  
误差百分比: -86.656% 验证完成

结束