

报表生成时间: 2019-12-30 16:17:39

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 16:13:49 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 263.900g

标准流量计累计流量: 282.120ml

标准流量计最后流速: 282.170ml/min

标准流量计平均流速: 245.030ml/min

1#流量计Reset 失败!

1#流量计累计流量: 281.019ml

1#流量计最后流速: 281.069ml/min

1#流量计平均流速: 243.758ml/min

累计流量与天平误差: 17.119ml(g)

误差百分比: 6.487% 标定写入失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:14:24 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 878.900g

标准流量计累计流量: 430.214ml

标准流量计最后流速: 430.264ml/min

标准流量计平均流速: 392.862ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 428.563ml

1#流量计最后流速: 428.613ml/min

1#流量计平均流速: 391.641ml/min

累计流量与天平误差: -450.337ml(g)

误差百分比: -51.239% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:14:59 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1630.100g

标准流量计累计流量: 546.378ml

标准流量计最后流速: 546.428ml/min

标准流量计平均流速: 509.198ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 545.276ml

1#流量计最后流速: 545.327ml/min

1#流量计平均流速: 507.993ml/min

累计流量与天平误差: -1084.824ml(g)

误差百分比: -66.550% 验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:15:34 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2588.900g

标准流量计累计流量: 663.091ml

标准流量计最后流速: 663.141ml/min

标准流量计平均流速: 626.049ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 661.990ml

1#流量计最后流速: 662.040ml/min

1#流量计平均流速: 624.879ml/min

累计流量与天平误差: -1926.910ml(g)

误差百分比: -74.430% 验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:16:07 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 3686.700g

标准流量计累计流量: 773.199ml

标准流量计最后流速: 773.249ml/min

标准流量计平均流速: 735.881ml/min

1#流量计Reset 失败!

1#流量计累计流量: 772.648ml

1#流量计最后流速: 772.698ml/min
1#流量计平均流速: 735.296ml/min
累计流量与天平误差: -2914.052ml(g)
误差百分比: -79.042% 验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 16:16:31 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 4486.100g
标准流量计累计流量: 834.308ml
标准流量计最后流速: 834.359ml/min
标准流量计平均流速: 826.651ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 833.207ml
1#流量计最后流速: 833.257ml/min
1#流量计平均流速: 826.100ml/min
累计流量与天平误差: -3652.893ml(g)
误差百分比: -81.427% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:16:52 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 5528.900g
标准流量计累计流量: 905.878ml
标准流量计最后流速: 905.928ml/min
标准流量计平均流速: 898.221ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 905.328ml
1#流量计最后流速: 905.378ml/min
1#流量计平均流速: 897.670ml/min
累计流量与天平误差: -4623.572ml(g)
误差百分比: -83.626% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 16:17:14 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 6355.700g
标准流量计累计流量: 958.179ml
标准流量计最后流速: 958.229ml/min
标准流量计平均流速: 949.971ml/min

1#流量计Reset 失败!
1#流量计累计流量: 957.629ml
1#流量计最后流速: 957.679ml/min
1#流量计平均流速: 950.522ml/min
累计流量与天平误差: -5398.071ml(g)
误差百分比: -84.933% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:17:35 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 7586.600g
标准流量计累计流量: 1031.401ml
标准流量计最后流速: 1031.451ml/min
标准流量计平均流速: 1023.743ml/min

1#流量计Reset 失败!
1#流量计累计流量: 1030.300ml
1#流量计最后流速: 1030.350ml/min
1#流量计平均流速: 1022.642ml/min
累计流量与天平误差: -6556.300ml(g)
误差百分比: -86.419% 验证完成

结束