

报表生成时间: 2019-12-30 11:53:29

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 11:52:19 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 196.400g

标准流量计累计流量: 256.245ml

标准流量计最后流速: 256.295ml/min

标准流量计平均流速: 5.931ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 255.145ml

1#流量计最后流速: 255.145ml/min

1#流量计平均流速: 217.884ml/min

累计流量与天平误差: 58.745ml(g)

误差百分比: 29.911% 标定读取失败!

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 11:52:51 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 611.600g

标准流量计累计流量: 380.666ml

标准流量计最后流速: 380.716ml/min

标准流量计平均流速: 5.931ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 379.565ml

1#流量计最后流速: 379.565ml/min

1#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -232.035ml(g)

误差百分比: -37.939% 修正

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 11:53:24 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1210.100g

标准流量计累计流量: 494.627ml

标准流量计最后流速: 494.677ml/min

标准流量计平均流速: 5.931ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 492.975ml

1#流量计最后流速: 492.975ml/min

1#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -717.125ml(g)

误差百分比: -59.262% 验证完成

结束