

报表生成时间: 2019-12-26 16:06:13

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共1步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-26 16:06:07 用时: 16s

天平称重: 100.100g

标准流量计累计流量: 229.859ml

标准流量计最后流速: 229.909ml/min

标准流量计平均流速: 5.106ml/min

1#流量计累计流量: 228.759ml

1#流量计最后流速: 228.759ml/min

1#流量计平均流速: 191.756ml/min

累计流量与天平误差: 128.659ml(g)

误差百分比: 128.531% 已标定完成

结束