

报表生成时间: 2019-12-30 15:22:09

型号: XY\_DD\_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 15:19:05 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 184.100g

标准流量计累计流量: 252.396ml

标准流量计最后流速: 252.446ml/min

标准流量计平均流速: 215.342ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 251.297ml

1#流量计最后流速: 251.347ml/min

1#流量计平均流速: 214.070ml/min

累计流量与天平误差: 67.197ml(g)

误差百分比: 36.500% 标定写入失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 15:19:38 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 668.100g

标准流量计累计流量: 393.328ml

标准流量计最后流速: 393.378ml/min

标准流量计平均流速: 356.131ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 392.227ml

1#流量计最后流速: 392.277ml/min

1#流量计平均流速: 354.858ml/min

累计流量与天平误差: -275.873ml(g)

误差百分比: -41.292% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 15:20:11 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1289.100g

标准流量计累计流量: 507.840ml

标准流量计最后流速: 507.890ml/min

标准流量计平均流速: 470.866ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 506.739ml

1#流量计最后流速: 506.789ml/min

1#流量计平均流速: 469.628ml/min

累计流量与天平误差: -782.361ml(g)

误差百分比: -60.690% 验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 15:20:48 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2112.600g

标准流量计累计流量: 621.801ml

标准流量计最后流速: 621.851ml/min

标准流量计平均流速: 584.552ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 620.150ml

1#流量计最后流速: 620.200ml/min

1#流量计平均流速: 583.296ml/min

累计流量与天平误差: -1492.450ml(g)

误差百分比: -70.645% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 15:21:20 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 3239.600g

标准流量计累计流量: 744.571ml

标准流量计最后流速: 744.621ml/min

标准流量计平均流速: 707.425ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 743.470ml

1#流量计最后流速: 743.520ml/min  
1#流量计平均流速: 706.187ml/min  
累计流量与天平误差: -2496.130ml (g)  
误差百分比: -77.051% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 15:21:47 用时: 5s  
标准流量计Reset失败!  
天平称重: 4076.600g  
标准流量计累计流量: 819.444ml  
标准流量计最后流速: 819.494ml/min  
标准流量计平均流速: 803.363ml/min

1#流量计Reset失败!  
1#流量计累计流量: 818.343ml  
1#流量计最后流速: 818.393ml/min  
1#流量计平均流速: 802.152ml/min  
累计流量与天平误差: -3258.257ml (g)  
误差百分比: -79.926% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 15:22:05 用时: 1s  
标准流量计Reset失败!  
天平称重: 4946.600g  
标准流量计累计流量: 886.059ml  
标准流量计最后流速: 886.109ml/min  
标准流量计平均流速: 878.401ml/min

1#流量计Reset失败!  
1#流量计累计流量: 886.609ml  
1#流量计最后流速: 886.660ml/min  
1#流量计平均流速: 877.300ml/min  
累计流量与天平误差: -4059.991ml (g)  
误差百分比: -82.076% 验证完成

结束