

报表生成时间: 2019-12-30 16:50:22

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 16:46:33 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 256.700g

标准流量计累计流量: 278.817ml

标准流量计最后流速: 278.867ml/min

标准流量计平均流速: 241.490ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 278.266ml

1#流量计最后流速: 278.316ml/min

1#流量计平均流速: 240.957ml/min

累计流量与天平误差: 21.566ml(g)

误差百分比: 8.401% 标定写入失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:47:08 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 905.600g

标准流量计累计流量: 429.664ml

标准流量计最后流速: 429.714ml/min

标准流量计平均流速: 392.587ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 429.113ml

1#流量计最后流速: 429.163ml/min

1#流量计平均流速: 392.002ml/min

累计流量与天平误差: -476.487ml(g)

误差百分比: -52.616% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:47:43 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1648.200g

标准流量计累计流量: 547.479ml

标准流量计最后流速: 547.529ml/min

标准流量计平均流速: 510.058ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 546.378ml

1#流量计最后流速: 546.428ml/min

1#流量计平均流速: 509.438ml/min

累计流量与天平误差: -1101.822ml(g)

误差百分比: -66.850% 验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:48:18 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2611.700g

标准流量计累计流量: 664.743ml

标准流量计最后流速: 664.793ml/min

标准流量计平均流速: 627.460ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 664.193ml

1#流量计最后流速: 664.243ml/min

1#流量计平均流速: 626.858ml/min

累计流量与天平误差: -1947.507ml(g)

误差百分比: -74.569% 验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:48:53 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 3823.700g

标准流量计累计流量: 782.007ml

标准流量计最后流速: 782.057ml/min

标准流量计平均流速: 744.896ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 781.457ml

1#流量计最后流速: 781.507ml/min
1#流量计平均流速: 744.328ml/min
累计流量与天平误差: -3042.243ml (g)
误差百分比: -79.563% 验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 16:49:17 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 4606.700g
标准流量计累计流量: 840.915ml
标准流量计最后流速: 840.965ml/min
标准流量计平均流速: 833.257ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 839.814ml
1#流量计最后流速: 839.864ml/min
1#流量计平均流速: 832.156ml/min
累计流量与天平误差: -3766.886ml (g)
误差百分比: -81.770% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:49:36 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 5562.200g
标准流量计累计流量: 909.732ml
标准流量计最后流速: 909.782ml/min
标准流量计平均流速: 902.075ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 908.631ml
1#流量计最后流速: 908.681ml/min
1#流量计平均流速: 900.974ml/min
累计流量与天平误差: -4653.569ml (g)
误差百分比: -83.664% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 16:49:59 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 6463.100g
标准流量计累计流量: 966.437ml
标准流量计最后流速: 966.487ml/min
标准流量计平均流速: 958.229ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 965.336ml
1#流量计最后流速: 965.386ml/min
1#流量计平均流速: 957.679ml/min
累计流量与天平误差: -5497.764ml (g)
误差百分比: -85.064% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 16:50:18 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 7586.600g
标准流量计累计流量: 1035.255ml
标准流量计最后流速: 1035.305ml/min
标准流量计平均流速: 1027.597ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 1034.153ml
1#流量计最后流速: 1034.203ml/min
1#流量计平均流速: 1026.496ml/min
累计流量与天平误差: -6552.447ml (g)
误差百分比: -86.369% 验证完成

结束