

报表生成时间: 2019-12-27 12:56:07

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共1步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 12:55:51 用时: 16s

天平称重: 91.400g

标准流量计累计流量: 227.660ml

标准流量计最后流速: 227.710ml/min

标准流量计平均流速: 5.037ml/min

1#流量计累计流量: 227.110ml

1#流量计最后流速: 227.110ml/min

1#流量计平均流速: 190.124ml/min

累计流量与天平误差: 135.710ml(g)

误差百分比: 148.479% 已标定完成

结束