

报表生成时间: 2019-12-23 16:07:41

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共5步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-23 16:05:51 用时: 1s

天平称重: 496.100g

标准流量计累计流量: 370.756ml

标准流量计最后流速: 370.796ml/min

标准流量计平均流速: 55.105ml/min

1#流量计累计流量: 371.307ml

1#流量计最后流速: 371.307ml/min

1#流量计平均流速: 301.762ml/min

累计流量与天平误差: -124.793ml(g)

误差百分比: -25.155% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 16:06:18 用时: 16s

天平称重: 932.700g

标准流量计累计流量: 475.358ml

标准流量计最后流速: 475.398ml/min

标准流量计平均流速: 56.827ml/min

1#流量计累计流量: 371.307ml

1#流量计最后流速: 371.307ml/min

1#流量计平均流速: 301.762ml/min

累计流量与天平误差: -124.793ml(g)

误差百分比: -25.155% 已标定完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 16:06:45 用时: 16s

天平称重: 1488.900g

标准流量计累计流量: 578.309ml

标准流量计最后流速: 578.349ml/min

标准流量计平均流速: 56.827ml/min

1#流量计累计流量: 371.307ml

1#流量计最后流速: 371.307ml/min

1#流量计平均流速: 301.762ml/min

累计流量与天平误差: -124.793ml(g)

误差百分比: -25.155% 已标定完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 16:07:12 用时: 16s

天平称重: 2174.700g

标准流量计累计流量: 681.259ml

标准流量计最后流速: 681.299ml/min

标准流量计平均流速: 56.827ml/min

1#流量计累计流量: 371.307ml

1#流量计最后流速: 371.307ml/min

1#流量计平均流速: 301.762ml/min

累计流量与天平误差: -124.793ml(g)

误差百分比: -25.155% 已标定完成

结束