

报表生成时间: 2019-12-30 14:59:26

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 14:55:46 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 209.100g

标准流量计累计流量: 263.401ml

标准流量计最后流速: 263.452ml/min

标准流量计平均流速: 226.215ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 261.750ml

1#流量计最后流速: 261.800ml/min

1#流量计平均流速: 224.944ml/min

累计流量与天平误差: 52.650ml(g)

误差百分比: 25.179% 标定写入失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:56:19 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 715.100g

标准流量计累计流量: 404.339ml

标准流量计最后流速: 404.389ml/min

标准流量计平均流速: 367.021ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 402.687ml

1#流量计最后流速: 402.737ml/min

1#流量计平均流速: 365.783ml/min

累计流量与天平误差: -312.413ml(g)

误差百分比: -43.688% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:56:52 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1354.100g

标准流量计累计流量: 518.300ml

标准流量计最后流速: 518.350ml/min

标准流量计平均流速: 481.223ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 517.199ml

1#流量计最后流速: 517.249ml/min

1#流量计平均流速: 479.985ml/min

累计流量与天平误差: -836.901ml(g)

误差百分比: -61.805% 验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:57:25 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2195.600g

标准流量计累计流量: 633.362ml

标准流量计最后流速: 633.412ml/min

标准流量计平均流速: 595.993ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 631.711ml

1#流量计最后流速: 631.761ml/min

1#流量计平均流速: 594.737ml/min

累计流量与天平误差: -1563.889ml(g)

误差百分比: -71.228% 验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:57:58 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 3239.600g

标准流量计累计流量: 747.324ml

标准流量计最后流速: 747.374ml/min

标准流量计平均流速: 710.212ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 746.223ml

1#流量计最后流速: 746.273ml/min
1#流量计平均流速: 708.974ml/min
累计流量与天平误差: -2493.377ml (g)
误差百分比: -76.966% 验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 14:58:25 用时: 6s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 4076.600g
标准流量计累计流量: 823.298ml
标准流量计最后流速: 823.348ml/min
标准流量计平均流速: 805.364ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 822.197ml
1#流量计最后流速: 822.247ml/min
1#流量计平均流速: 804.079ml/min
累计流量与天平误差: -3254.403ml (g)
误差百分比: -79.831% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:58:42 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 4946.600g
标准流量计累计流量: 887.711ml
标准流量计最后流速: 887.761ml/min
标准流量计平均流速: 880.053ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 888.261ml
1#流量计最后流速: 888.311ml/min
1#流量计平均流速: 878.952ml/min
累计流量与天平误差: -4058.339ml (g)
误差百分比: -82.043% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 14:59:03 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 5764.100g
标准流量计累计流量: 944.416ml
标准流量计最后流速: 944.466ml/min
标准流量计平均流速: 936.758ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 944.966ml
1#流量计最后流速: 945.016ml/min
1#流量计平均流速: 935.657ml/min
累计流量与天平误差: -4819.134ml (g)
误差百分比: -83.606% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:59:22 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 6827.600g
标准流量计累计流量: 1013.233ml
标准流量计最后流速: 1013.283ml/min
标准流量计平均流速: 1005.576ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 1013.784ml
1#流量计最后流速: 1013.834ml/min
1#流量计平均流速: 1004.474ml/min
累计流量与天平误差: -5813.816ml (g)
误差百分比: -85.152% 验证完成

结束