

报表生成时间: 2019-12-27 11:59:17

型号: XY\_DD\_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共1步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 11:59:03 用时: 16s

天平称重: 95.700g

标准流量计累计流量: 231.508ml

标准流量计最后流速: 231.558ml/min

标准流量计平均流速: 5.158ml/min

1#流量计累计流量: 230.958ml

1#流量计最后流速: 230.958ml/min

1#流量计平均流速: 193.989ml/min

累计流量与天平误差: 135.258ml(g)

误差百分比: 141.335% 已标定完成

结束