

报表生成时间: 2019-12-27 14:32:49

型号: XY\_DD\_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共1步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 14:32:43 用时: 16s

天平称重: 113.900g

标准流量计累计流量: 238.654ml

标准流量计最后流速: 238.704ml/min

标准流量计平均流速: 5.381ml/min

1#流量计累计流量: 238.104ml

1#流量计最后流速: 238.104ml/min

1#流量计平均流速: 201.290ml/min

累计流量与天平误差: 124.204ml(g)

误差百分比: 109.047% 已标定完成

结束