

报表生成时间: 2019-12-30 13:05:45

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 13:03:59 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 242.600g

标准流量计累计流量: 279.367ml

标准流量计最后流速: 279.417ml/min

标准流量计平均流速: 0.000ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 277.715ml

1#流量计最后流速: 277.715ml/min

1#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: 35.115ml(g)

误差百分比: 14.475% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:04:31 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 703.200g

标准流量计累计流量: 403.788ml

标准流量计最后流速: 403.839ml/min

标准流量计平均流速: 0.000ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 402.137ml

1#流量计最后流速: 402.137ml/min

1#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -301.063ml(g)

误差百分比: -42.813% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 13:05:08 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1337.700g

标准流量计累计流量: 518.300ml

标准流量计最后流速: 518.350ml/min

标准流量计平均流速: 0.000ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 517.199ml

1#流量计最后流速: 517.199ml/min

1#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -820.501ml(g)

误差百分比: -61.337% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:05:40 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2258.900g

标准流量计累计流量: 643.272ml

标准流量计最后流速: 643.322ml/min

标准流量计平均流速: 0.000ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 641.620ml

1#流量计最后流速: 641.620ml/min

1#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -1617.280ml(g)

误差百分比: -71.596% 验证完成

结束