

报表生成时间: 2019-12-26 18:14:37

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-26 18:11:20 用时: 16s

天平称重: 184.100g

标准流量计累计流量: 277.165ml

标准流量计最后流速: 277.215ml/min

标准流量计平均流速: 120.204ml/min

1#流量计累计流量: 276.614ml

1#流量计最后流速: 276.614ml/min

1#流量计平均流速: 239.342ml/min

累计流量与天平误差: 92.514ml(g)

误差百分比: 50.252% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:11:56 用时: 16s

天平称重: 600.600g

标准流量计累计流量: 408.743ml

标准流量计最后流速: 408.793ml/min

标准流量计平均流速: 120.204ml/min

1#流量计累计流量: 408.193ml

1#流量计最后流速: 408.193ml/min

2#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -192.407ml(g)

误差百分比: -32.036% 已验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:12:23 用时: 16s

天平称重: 1059.600g

标准流量计累计流量: 511.694ml

标准流量计最后流速: 511.744ml/min

标准流量计平均流速: 120.204ml/min

1#流量计累计流量: 511.143ml

1#流量计最后流速: 511.143ml/min

3#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -548.457ml(g)

误差百分比: -51.761% 已验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:12:50 用时: 16s

天平称重: 1648.200g

标准流量计累计流量: 614.644ml

标准流量计最后流速: 614.694ml/min

标准流量计平均流速: 120.204ml/min

1#流量计累计流量: 614.094ml

1#流量计最后流速: 614.094ml/min

4#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -1034.106ml(g)

误差百分比: -62.742% 已验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:13:17 用时: 16s

天平称重: 2366.400g

标准流量计累计流量: 717.595ml

标准流量计最后流速: 717.645ml/min

标准流量计平均流速: 120.204ml/min

1#流量计累计流量: 717.044ml

1#流量计最后流速: 717.044ml/min

5#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -1649.356ml(g)

误差百分比: -69.699% 已验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-26 18:13:44 用时: 16s

天平称重: 3214.200g

标准流量计累计流量: 820.545ml

标准流量计最后流速: 820.595ml/min

标准流量计平均流速: 120.204ml/min

1#流量计累计流量: 819.995ml
1#流量计最后流速: 819.995ml/min
6#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -2394.205ml(g)
误差百分比: -74.488% 已修正完成

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:14:09 用时: 14s
天平称重: 4105.200g
标准流量计累计流量: 913.586ml
标准流量计最后流速: 913.636ml/min
标准流量计平均流速: 142.464ml/min

1#流量计累计流量: 913.035ml
1#流量计最后流速: 913.035ml/min
7#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -3192.165ml(g)
误差百分比: -77.759% 已验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-26 18:14:21 用时: 1s
天平称重: 4606.700g
标准流量计累计流量: 959.831ml
标准流量计最后流速: 959.881ml/min
标准流量计平均流速: 3846.533ml/min

1#流量计累计流量: 958.730ml
1#流量计最后流速: 958.730ml/min
8#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -3647.970ml(g)
误差百分比: -79.188% 已修正完成

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 18:14:33 用时: 1s
天平称重: 5137.100g
标准流量计累计流量: 1005.526ml
标准流量计最后流速: 1005.576ml/min
标准流量计平均流速: 3846.533ml/min

1#流量计累计流量: 1004.424ml
1#流量计最后流速: 1004.424ml/min
9#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -4132.676ml(g)
误差百分比: -80.448% 已验证完成

结束