

报表生成时间: 2019-12-27 08:47:07

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 08:43:55 用时: 16s

天平称重: 190.200g

标准流量计累计流量: 281.019ml

标准流量计最后流速: 281.069ml/min

标准流量计平均流速: 121.030ml/min

1#流量计累计流量: 280.468ml

1#流量计最后流速: 280.468ml/min

1#流量计平均流速: 243.122ml/min

累计流量与天平误差: 90.268ml(g)

误差百分比: 47.460% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 08:44:31 用时: 16s

天平称重: 622.700g

标准流量计累计流量: 412.597ml

标准流量计最后流速: 412.647ml/min

标准流量计平均流速: 121.030ml/min

1#流量计累计流量: 412.047ml

1#流量计最后流速: 412.047ml/min

2#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -210.653ml(g)

误差百分比: -33.829% 已验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 08:44:58 用时: 16s

天平称重: 1103.700g

标准流量计累计流量: 515.547ml

标准流量计最后流速: 515.598ml/min

标准流量计平均流速: 121.030ml/min

1#流量计累计流量: 514.997ml

1#流量计最后流速: 514.997ml/min

3#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -588.703ml(g)

误差百分比: -53.339% 已验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 08:45:25 用时: 16s

天平称重: 1721.600g

标准流量计累计流量: 618.498ml

标准流量计最后流速: 618.548ml/min

标准流量计平均流速: 121.030ml/min

1#流量计累计流量: 617.947ml

1#流量计最后流速: 617.947ml/min

4#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -1103.653ml(g)

误差百分比: -64.106% 已验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 08:45:52 用时: 16s

天平称重: 2476.400g

标准流量计累计流量: 721.448ml

标准流量计最后流速: 721.498ml/min

标准流量计平均流速: 121.030ml/min

1#流量计累计流量: 720.898ml

1#流量计最后流速: 720.898ml/min

5#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -1755.502ml(g)

误差百分比: -70.889% 已验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-27 08:46:19 用时: 16s

天平称重: 3368.100g

标准流量计累计流量: 824.399ml

标准流量计最后流速: 824.449ml/min

标准流量计平均流速: 121.030ml/min

1#流量计累计流量: 823.298ml
1#流量计最后流速: 823.298ml/min
6#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -2544.802ml(g)
误差百分比: -75.556% 已修正完成

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 08:46:39 用时: 9s
天平称重: 4105.200g
标准流量计累计流量: 898.721ml
标准流量计最后流速: 898.771ml/min
标准流量计平均流速: 227.821ml/min

1#流量计累计流量: 897.620ml
1#流量计最后流速: 897.620ml/min
7#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -3207.580ml(g)
误差百分比: -78.135% 已验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-27 08:46:51 用时: 1s
天平称重: 4606.700g
标准流量计累计流量: 944.416ml
标准流量计最后流速: 944.466ml/min
标准流量计平均流速: 3872.954ml/min

1#流量计累计流量: 943.865ml
1#流量计最后流速: 943.865ml/min
8#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -3662.835ml(g)
误差百分比: -79.511% 已修正完成

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 08:47:03 用时: 1s
天平称重: 5137.100g
标准流量计累计流量: 990.110ml
标准流量计最后流速: 990.161ml/min
标准流量计平均流速: 3872.954ml/min

1#流量计累计流量: 989.560ml
1#流量计最后流速: 989.560ml/min
9#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -4147.540ml(g)
误差百分比: -80.737% 已验证完成

结束