

报表生成时间: 2019-12-27 14:30:12

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共1步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 14:29:57 用时: 16s

天平称重: 1148.700g

标准流量计累计流量: 526.558ml

标准流量计最后流速: 526.608ml/min

标准流量计平均流速: 14.375ml/min

1#流量计累计流量: 526.008ml

1#流量计最后流速: 526.008ml/min

1#流量计平均流速: 488.673ml/min

累计流量与天平误差: -622.692ml(g)

误差百分比: -54.208% 已标定完成

结束