

报表生成时间: 2019-12-30 13:02:08

型号: XY\_DD\_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 12:58:39 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 739.200g

标准流量计累计流量: 432.967ml

标准流量计最后流速: 433.017ml/min

标准流量计平均流速: 0.000ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 431.866ml

1#流量计最后流速: 431.866ml/min

1#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -307.334ml(g)

误差百分比: -41.577% 修正

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 12:59:59 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1403.900g

标准流量计累计流量: 547.479ml

标准流量计最后流速: 547.529ml/min

标准流量计平均流速: 0.000ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 546.928ml

1#流量计最后流速: 546.928ml/min

1#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -856.972ml(g)

误差百分比: -61.042% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 13:01:23 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2258.900g

标准流量计累计流量: 660.889ml

标准流量计最后流速: 660.939ml/min

标准流量计平均流速: 0.000ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 659.788ml

1#流量计最后流速: 659.788ml/min

1#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -1599.112ml(g)

误差百分比: -70.792% 修正

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:02:03 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 3316.400g

标准流量计累计流量: 775.401ml

标准流量计最后流速: 775.451ml/min

标准流量计平均流速: 0.000ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 774.850ml

1#流量计最后流速: 774.850ml/min

1#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -2541.550ml(g)

误差百分比: -76.636% 验证完成

结束