

报表生成时间: 2019-12-27 12:05:01

型号: XY\_DD\_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 12:01:43 用时: 16s

天平称重: 95.700g

标准流量计累计流量: 229.859ml

标准流量计最后流速: 229.909ml/min

标准流量计平均流速: 109.351ml/min

1#流量计累计流量: 229.309ml

1#流量计最后流速: 229.309ml/min

1#流量计平均流速: 192.134ml/min

累计流量与天平误差: 133.609ml(g)

误差百分比: 139.612% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 12:02:18 用时: 16s

天平称重: 410.600g

标准流量计累计流量: 358.644ml

标准流量计最后流速: 358.694ml/min

标准流量计平均流速: 109.351ml/min

1#流量计累计流量: 358.094ml

1#流量计最后流速: 358.094ml/min

2#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -52.506ml(g)

误差百分比: -12.788% 已验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 12:02:45 用时: 16s

天平称重: 813.900g

标准流量计累计流量: 461.595ml

标准流量计最后流速: 461.645ml/min

标准流量计平均流速: 109.351ml/min

1#流量计累计流量: 461.044ml

1#流量计最后流速: 461.044ml/min

3#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -352.856ml(g)

误差百分比: -43.354% 已验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 12:03:12 用时: 16s

天平称重: 1354.100g

标准流量计累计流量: 564.545ml

标准流量计最后流速: 564.595ml/min

标准流量计平均流速: 109.351ml/min

1#流量计累计流量: 563.995ml

1#流量计最后流速: 563.995ml/min

4#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -790.105ml(g)

误差百分比: -58.349% 已验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 12:03:39 用时: 16s

天平称重: 2031.200g

标准流量计累计流量: 667.496ml

标准流量计最后流速: 667.546ml/min

标准流量计平均流速: 109.351ml/min

1#流量计累计流量: 666.945ml

1#流量计最后流速: 666.945ml/min

5#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -1364.255ml(g)

误差百分比: -67.165% 已验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-27 12:04:06 用时: 16s

天平称重: 2845.200g

标准流量计累计流量: 770.446ml

标准流量计最后流速: 770.496ml/min

标准流量计平均流速: 109.351ml/min

1#流量计累计流量: 769.896ml  
1#流量计最后流速: 769.896ml/min  
6#流量计平均流速: nanml/min  
累计流量与天平误差: -2075.304ml(g)  
误差百分比: -72.941% 已修正完成

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 12:04:33 用时: 16s  
天平称重: 3796.100g  
标准流量计累计流量: 873.397ml  
标准流量计最后流速: 873.447ml/min  
标准流量计平均流速: 109.351ml/min

1#流量计累计流量: 872.846ml  
1#流量计最后流速: 872.846ml/min  
7#流量计平均流速: nanml/min  
累计流量与天平误差: -2923.254ml(g)  
误差百分比: -77.007% 已验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-27 12:04:45 用时: 1s  
天平称重: 4278.900g  
标准流量计累计流量: 917.440ml  
标准流量计最后流速: 917.490ml/min  
标准流量计平均流速: 3499.217ml/min

1#流量计累计流量: 916.339ml  
1#流量计最后流速: 916.339ml/min  
8#流量计平均流速: 0.000ml/min  
累计流量与天平误差: -3362.561ml(g)  
误差百分比: -78.585% 已修正完成

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 12:04:57 用时: 1s  
天平称重: 4790.600g  
标准流量计累计流量: 963.134ml  
标准流量计最后流速: 963.184ml/min  
标准流量计平均流速: 3499.217ml/min

1#流量计累计流量: 962.033ml  
1#流量计最后流速: 962.033ml/min  
9#流量计平均流速: 0.000ml/min  
累计流量与天平误差: -3828.567ml(g)  
误差百分比: -79.918% 已验证完成

结束