

报表生成时间：2019-12-31 15:58:53

型号：XY_DD_1 量程：2000ml/min

水温：25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间：2019-12-31 15:58:14 用时：1s

标准流量计Reset失败!

天平称重：10284.200g

标准流量计累计流量：1292.906ml

标准流量计最后流速：1292.956ml/min

标准流量计平均流速：1285.248ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量：1291.805ml

1#流量计最后流速：1291.855ml/min

1#流量计平均流速：1284.698ml/min

累计流量与天平误差：-8992.395ml(g)

误差百分比：-87.439% 标定写入失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间：2019-12-31 15:58:32 用时：1s

标准流量计Reset失败!

天平称重：11981.600g

标准流量计累计流量：1371.633ml

标准流量计最后流速：1371.683ml/min

标准流量计平均流速：1363.975ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量：1370.532ml

1#流量计最后流速：1370.582ml/min

1#流量计平均流速：1363.425ml/min

累计流量与天平误差：-10611.068ml(g)

误差百分比：-88.561% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间：2019-12-31 15:58:50 用时：1s

标准流量计Reset失败!

天平称重：13236.600g

标准流量计累计流量：1424.484ml

标准流量计最后流速：1424.534ml/min

标准流量计平均流速：1416.827ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量：1423.383ml

1#流量计最后流速：1423.433ml/min

1#流量计平均流速：1415.726ml/min

累计流量与天平误差：-11813.217ml(g)

误差百分比：-89.247% 验证完成

结束