

报表生成时间: 2019-12-27 13:01:47

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共2步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 13:00:58 用时: 16s

天平称重: 600.600g

标准流量计累计流量: 407.092ml

标准流量计最后流速: 407.142ml/min

标准流量计平均流速: 10.641ml/min

1#流量计累计流量: 405.440ml

1#流量计最后流速: 405.440ml/min

1#流量计平均流速: 368.587ml/min

累计流量与天平误差: -195.160ml(g)

误差百分比: -32.494% 已标定完成

结束