

报表生成时间: 2019-12-23 11:33:53
型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min 水温: 25° C

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:33:49 用时: 1s
天平称重: 4759.700g
标准流量计累计流量: 968.089ml
标准流量计最后流速: 968.129ml/min
标准流量计平均流速: nanml/min

1#流量计累计流量: 966.988ml
1#流量计最后流速: 966.988ml/min
1#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -3792.712ml(g)
误差百分比: -79.684% 已验证完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:30:43 用时: 16s
天平称重: 178.100g
标准流量计累计流量: 260.649ml
标准流量计最后流速: 260.689ml/min
标准流量计平均流速: 223.766ml/min

1#流量计累计流量: 260.098ml
1#流量计最后流速: 260.098ml/min
1#流量计平均流速: 223.165ml/min
累计流量与天平误差: 81.998ml(g)
误差百分比: 46.041% 已验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:31:10 用时: 16s
天平称重: 457.100g
标准流量计累计流量: 363.599ml
标准流量计最后流速: 363.639ml/min
标准流量计平均流速: 316.017ml/min

1#流量计累计流量: 363.049ml
1#流量计最后流速: 363.049ml/min
1#流量计平均流速: 325.996ml/min
累计流量与天平误差: -94.051ml(g)
误差百分比: -20.576% 已验证完成

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-23 11:31:37 用时: 16s
天平称重: 865.700g
标准流量计累计流量: 466.550ml
标准流量计最后流速: 466.590ml/min
标准流量计平均流速: 416.714ml/min

1#流量计累计流量: 465.999ml
1#流量计最后流速: 465.999ml/min
1#流量计平均流速: 428.912ml/min
累计流量与天平误差: -399.701ml(g)
误差百分比: -46.171% 已标定完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:32:04 用时: 16s
天平称重: 1403.900g
标准流量计累计流量: 569.500ml
标准流量计最后流速: 569.540ml/min
标准流量计平均流速: 532.456ml/min

1#流量计累计流量: 568.950ml
1#流量计最后流速: 568.950ml/min
1#流量计平均流速: 531.828ml/min
累计流量与天平误差: -834.950ml(g)
误差百分比: -59.474% 已验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:32:31 用时: 16s
天平称重: 2071.700g
标准流量计累计流量: 672.451ml
标准流量计最后流速: 672.491ml/min
标准流量计平均流速: 635.347ml/min

1#流量计累计流量: 671.900ml
1#流量计最后流速: 671.900ml/min
1#流量计平均流速: 634.762ml/min
累计流量与天平误差: -1399.800ml(g)
误差百分比: -67.568% 已验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-23 11:32:58 用时: 16s
天平称重: 2869.100g
标准流量计累计流量: 775.401ml
标准流量计最后流速: 775.441ml/min
标准流量计平均流速: 738.245ml/min

1#流量计累计流量: 774.850ml
1#流量计最后流速: 774.850ml/min
1#流量计平均流速: 737.660ml/min
累计流量与天平误差: -2094.250ml(g)
误差百分比: -72.993% 已修正完成

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:33:25 用时: 16s
天平称重: 3796.100g
标准流量计累计流量: 878.351ml
标准流量计最后流速: 878.391ml/min
标准流量计平均流速: 841.179ml/min

1#流量计累计流量: 877.801ml
1#流量计最后流速: 877.801ml/min
1#流量计平均流速: 840.576ml/min
累计流量与天平误差: -2918.299ml(g)
误差百分比: -76.876% 已验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-23 11:33:37 用时: 1s
天平称重: 4249.700g
标准流量计累计流量: 922.394ml
标准流量计最后流速: 922.434ml/min
标准流量计平均流速: 914.727ml/min

1#流量计累计流量: 921.293ml
1#流量计最后流速: 921.293ml/min
1#流量计平均流速: 914.176ml/min
累计流量与天平误差: -3328.407ml(g)
误差百分比: -78.321% 已修正完成

结束