

报表生成时间: 2019-12-26 15:34:55

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共1步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-26 15:34:49 用时: 16s

天平称重: 95.700g

标准流量计累计流量: 227.660ml

标准流量计最后流速: 227.710ml/min

标准流量计平均流速: 5.037ml/min

1#流量计累计流量: 227.110ml

1#流量计最后流速: 227.110ml/min

1#流量计平均流速: 189.849ml/min

累计流量与天平误差: 131.410ml(g)

误差百分比: 137.315% 已标定完成

结束