

报表生成时间: 2019-12-31 14:14:12

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-31 14:12:34 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 333.200g

标准流量计累计流量: 289.277ml

标准流量计最后流速: 289.327ml/min

标准流量计平均流速: 260.172ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 289.827ml

1#流量计最后流速: 289.877ml/min

1#流量计平均流速: 259.811ml/min

累计流量与天平误差: -43.373ml(g)

误差百分比: -13.017% 标定写入失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-31 14:13:11 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1133.600g

标准流量计累计流量: 439.573ml

标准流量计最后流速: 439.623ml/min

标准流量计平均流速: 402.806ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 437.922ml

1#流量计最后流速: 437.972ml/min

1#流量计平均流速: 401.877ml/min

累计流量与天平误差: -695.678ml(g)

误差百分比: -61.369% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-31 14:13:48 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1971.200g

标准流量计累计流量: 560.141ml

标准流量计最后流速: 560.191ml/min

标准流量计平均流速: 522.961ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 560.692ml

1#流量计最后流速: 560.742ml/min

1#流量计平均流速: 521.757ml/min

累计流量与天平误差: -1410.508ml(g)

误差百分比: -71.556% 验证完成

结束