

报表生成时间: 2019-12-27 14:19:06

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共2步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 14:18:47 用时: 16s

天平称重: 95.700g

标准流量计累计流量: 229.859ml

标准流量计最后流速: 229.909ml/min

标准流量计平均流速: 5.089ml/min

1#流量计累计流量: 229.309ml

1#流量计最后流速: 229.309ml/min

1#流量计平均流速: 192.014ml/min

累计流量与天平误差: 133.609ml(g)

误差百分比: 139.612% 已标定完成

结束