

报表生成时间: 2019-12-27 13:04:34

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共4步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 13:03:48 用时: 1s

天平称重: 5935.100g

标准流量计累计流量: 1035.805ml

标准流量计最后流速: 1035.855ml/min

标准流量计平均流速: 1027.047ml/min

1#流量计累计流量: 1035.255ml

1#流量计最后流速: 1035.255ml/min

1#流量计平均流速: 1025.945ml/min

累计流量与天平误差: -4899.845ml(g)

误差百分比: -82.557% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 13:04:08 用时: 1s

天平称重: 6901.700g

标准流量计累计流量: 1105.723ml

标准流量计最后流速: 1105.773ml/min

标准流量计平均流速: 1027.047ml/min

1#流量计累计流量: 1106.274ml

1#流量计最后流速: 1106.274ml/min

2#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -5795.426ml(g)

误差百分比: -83.971% 已验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 13:04:20 用时: 1s

天平称重: 7508.900g

标准流量计累计流量: 1151.418ml

标准流量计最后流速: 1151.468ml/min

标准流量计平均流速: 1027.047ml/min

1#流量计累计流量: 1151.968ml

1#流量计最后流速: 1151.968ml/min

3#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -6356.932ml(g)

误差百分比: -84.659% 已验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 13:04:32 用时: 1s

天平称重: 8141.700g

标准流量计累计流量: 1197.112ml

标准流量计最后流速: 1197.162ml/min

标准流量计平均流速: 1027.047ml/min

1#流量计累计流量: 1197.663ml

1#流量计最后流速: 1197.663ml/min

4#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -6944.037ml(g)

误差百分比: -85.290% 已验证完成

结束