

报表生成时间: 2019-12-27 11:55:58

型号: XY\_DD\_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共3步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 11:54:52 用时: 16s

天平称重: 1971.200g

标准流量计累计流量: 646.025ml

标准流量计最后流速: 646.075ml/min

标准流量计平均流速: 65.731ml/min

1#流量计累计流量: 645.474ml

1#流量计最后流速: 645.474ml/min

1#流量计平均流速: 608.105ml/min

累计流量与天平误差: -1325.726ml(g)

误差百分比: -67.255% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 11:55:27 用时: 16s

天平称重: 3039.200g

标准流量计累计流量: 774.300ml

标准流量计最后流速: 774.350ml/min

标准流量计平均流速: 65.731ml/min

1#流量计累计流量: 773.749ml

1#流量计最后流速: 773.749ml/min

2#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -2265.451ml(g)

误差百分比: -74.541% 已验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 11:55:54 用时: 16s

天平称重: 4019.700g

标准流量计累计流量: 877.250ml

标准流量计最后流速: 877.300ml/min

标准流量计平均流速: 65.731ml/min

1#流量计累计流量: 876.700ml

1#流量计最后流速: 876.700ml/min

3#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -3143.000ml(g)

误差百分比: -78.190% 已验证完成

结束