

报表生成时间: 2019-12-31 17:34:20

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-31 17:31:07 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1257.200g

标准流量计累计流量: 523.806ml

标准流量计最后流速: 523.856ml/min

标准流量计平均流速: 485.817ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 521.603ml

1#流量计最后流速: 521.653ml/min

1#流量计平均流速: 484.492ml/min

累计流量与天平误差: -735.597ml(g)

误差百分比: -58.511% 标定写入失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-31 17:31:40 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2280.200g

标准流量计累计流量: 656.485ml

标准流量计最后流速: 656.535ml/min

标准流量计平均流速: 619.494ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 655.384ml

1#流量计最后流速: 655.434ml/min

1#流量计平均流速: 618.221ml/min

累计流量与天平误差: -1624.816ml(g)

误差百分比: -71.258% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-31 17:32:13 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 3342.200g

标准流量计累计流量: 771.547ml

标准流量计最后流速: 771.597ml/min

标准流量计平均流速: 734.264ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 769.896ml

1#流量计最后流速: 769.946ml/min

1#流量计平均流速: 732.956ml/min

累计流量与天平误差: -2572.304ml(g)

误差百分比: -76.964% 验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-31 17:32:33 用时: 2s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 4105.200g

标准流量计累计流量: 835.960ml

标准流量计最后流速: 836.010ml/min

标准流量计平均流速: 825.550ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 834.859ml

1#流量计最后流速: 834.909ml/min

1#流量计平均流速: 824.311ml/min

累计流量与天平误差: -3270.341ml(g)

误差百分比: -79.663% 验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-31 17:32:52 用时: 1s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 4883.900g

标准流量计累计流量: 894.868ml

标准流量计最后流速: 894.918ml/min

标准流量计平均流速: 888.311ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 895.418ml

1#流量计最后流速: 895.468ml/min
1#流量计平均流速: 886.109ml/min
累计流量与天平误差: -3988.482ml (g)
误差百分比: -81.666% 验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-31 17:33:16 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 5696.400g
标准流量计累计流量: 952.123ml
标准流量计最后流速: 952.173ml/min
标准流量计平均流速: 944.466ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 952.674ml
1#流量计最后流速: 952.724ml/min
1#流量计平均流速: 943.365ml/min
累计流量与天平误差: -4743.726ml (g)
误差百分比: -83.276% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-31 17:33:34 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 6864.600g
标准流量计累计流量: 1028.098ml
标准流量计最后流速: 1028.148ml/min
标准流量计平均流速: 1020.440ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 1028.648ml
1#流量计最后流速: 1028.698ml/min
1#流量计平均流速: 1019.339ml/min
累计流量与天平误差: -5835.952ml (g)
误差百分比: -85.015% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-31 17:33:58 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 7822.100g
标准流量计累计流量: 1084.803ml
标准流量计最后流速: 1084.853ml/min
标准流量计平均流速: 1077.145ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 1085.353ml
1#流量计最后流速: 1085.403ml/min
1#流量计平均流速: 1075.494ml/min
累计流量与天平误差: -6736.747ml (g)
误差百分比: -86.125% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-31 17:34:16 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 9181.700g
标准流量计累计流量: 1155.822ml
标准流量计最后流速: 1155.872ml/min
标准流量计平均流速: 1148.165ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 1156.373ml
1#流量计最后流速: 1156.423ml/min
1#流量计平均流速: 1147.064ml/min
累计流量与天平误差: -8025.327ml (g)
误差百分比: -87.406% 验证完成

结束