

报表生成时间: 2019-12-26 17:54:14

型号: XY\_DD\_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共2步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-26 17:53:53 用时: 16s

天平称重: 113.900g

标准流量计累计流量: 237.005ml

标准流量计最后流速: 237.055ml/min

标准流量计平均流速: 5.329ml/min

1#流量计累计流量: 236.455ml

1#流量计最后流速: 236.455ml/min

1#流量计平均流速: 199.383ml/min

累计流量与天平误差: 122.555ml(g)

误差百分比: 107.599% 已标定完成

结束