

报表生成时间: 2019-12-27 13:02:51

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共1步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 13:02:45 用时: 16s

天平称重: 3290.700g

标准流量计累计流量: 809.534ml

标准流量计最后流速: 809.584ml/min

标准流量计平均流速: 23.201ml/min

1#流量计累计流量: 807.883ml

1#流量计最后流速: 807.883ml/min

1#流量计平均流速: 770.892ml/min

累计流量与天平误差: -2482.817ml(g)

误差百分比: -75.450% 已标定完成

结束