

报表生成时间: 2019-12-26 15:40:25

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共1步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-26 15:40:04 用时: 17s

天平称重: 536.700g

标准流量计累计流量: 393.328ml

标准流量计最后流速: 393.378ml/min

标准流量计平均流速: 10.211ml/min

1#流量计累计流量: 392.778ml

1#流量计最后流速: 392.778ml/min

1#流量计平均流速: 355.546ml/min

累计流量与天平误差: -143.922ml(g)

误差百分比: -26.816% 已标定完成

结束