

报表生成时间: 2019-12-30 11:59:41

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 11:57:22 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 202.700g

标准流量计累计流量: 262.851ml

标准流量计最后流速: 262.901ml/min

标准流量计平均流速: 6.120ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 261.750ml

1#流量计最后流速: 261.750ml/min

1#流量计平均流速: 224.961ml/min

累计流量与天平误差: 59.050ml(g)

误差百分比: 29.132% 标定读取失败!

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 11:57:55 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 633.900g

标准流量计累计流量: 386.722ml

标准流量计最后流速: 386.772ml/min

标准流量计平均流速: 6.120ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 386.171ml

1#流量计最后流速: 386.171ml/min

1#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -247.729ml(g)

误差百分比: -39.080% 修正

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 11:58:28 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1241.400g

标准流量计累计流量: 500.683ml

标准流量计最后流速: 500.733ml/min

标准流量计平均流速: 6.120ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 500.132ml

1#流量计最后流速: 500.132ml/min

1#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -741.268ml(g)

误差百分比: -59.712% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 11:59:02 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2071.700g

标准流量计累计流量: 618.498ml

标准流量计最后流速: 618.548ml/min

标准流量计平均流速: 6.120ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 617.947ml

1#流量计最后流速: 617.947ml/min

1#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -1453.753ml(g)

误差百分比: -70.172% 修正

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 11:59:36 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 3088.700g

标准流量计累计流量: 735.212ml

标准流量计最后流速: 735.262ml/min

标准流量计平均流速: 6.120ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 734.661ml

1#流量计最后流速: 734.661ml/min
1#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -2354.039ml(g)
误差百分比: -76.215% 验证完成

结束