

报表生成时间: 2019-12-27 13:05:32

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共2步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 13:05:11 用时: 16s

天平称重: 132.600g

标准流量计累计流量: 1346.859ml

标准流量计最后流速: 1346.909ml/min

标准流量计平均流速: 40.009ml/min

1#流量计累计流量: 1346.308ml

1#流量计最后流速: 1346.308ml/min

1#流量计平均流速: 1309.317ml/min

累计流量与天平误差: 1213.708ml(g)

误差百分比: 915.315% 已标定完成

结束