

报表生成时间: 2019-12-23 11:12:08
型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min 水温: 25° C

第(1)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:12:04 用时: 1s
天平称重: 5137.100g
标准流量计累计流量: 982.403ml
标准流量计最后流速: 982.443ml/min
标准流量计平均流速: nanml/min

1#流量计累计流量: 982.953ml
1#流量计最后流速: 982.953ml/min
1#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -4154.147ml(g)
误差百分比: -80.866% 已验证完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:08:58 用时: 1s
天平称重: 209.100g
标准流量计累计流量: 273.311ml
标准流量计最后流速: 273.351ml/min
标准流量计平均流速: 205.729ml/min

1#流量计累计流量: 273.862ml
1#流量计最后流速: 273.862ml/min
1#流量计平均流速: 204.396ml/min
累计流量与天平误差: 64.762ml(g)
误差百分比: 30.972% 已验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:09:25 用时: 16s
天平称重: 516.200g
标准流量计累计流量: 377.913ml
标准流量计最后流速: 377.953ml/min
标准流量计平均流速: 320.378ml/min

1#流量计累计流量: 376.812ml
1#流量计最后流速: 376.812ml/min
1#流量计平均流速: 339.674ml/min
累计流量与天平误差: -139.388ml(g)
误差百分比: -27.003% 已验证完成

第(4)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-23 11:09:52 用时: 16s
天平称重: 960.200g
标准流量计累计流量: 480.864ml
标准流量计最后流速: 480.904ml/min
标准流量计平均流速: 443.871ml/min

1#流量计累计流量: 479.763ml
1#流量计最后流速: 479.763ml/min
1#流量计平均流速: 442.573ml/min
累计流量与天平误差: -480.437ml(g)
误差百分比: -50.035% 已标定完成

第(5)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:10:19 用时: 16s
天平称重: 1541.100g
标准流量计累计流量: 583.814ml
标准流量计最后流速: 583.854ml/min
标准流量计平均流速: 546.779ml/min

1#流量计累计流量: 582.713ml
1#流量计最后流速: 582.713ml/min
1#流量计平均流速: 545.471ml/min
累计流量与天平误差: -958.387ml(g)
误差百分比: -62.189% 已验证完成

第(6)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:10:46 用时: 16s
天平称重: 2258.900g
标准流量计累计流量: 686.765ml
标准流量计最后流速: 686.805ml/min
标准流量计平均流速: 649.712ml/min

1#流量计累计流量: 685.663ml
1#流量计最后流速: 685.663ml/min
1#流量计平均流速: 648.370ml/min
累计流量与天平误差: -1573.237ml(g)
误差百分比: -69.646% 已验证完成

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-23 11:11:13 用时: 16s
天平称重: 3138.600g
标准流量计累计流量: 789.715ml
标准流量计最后流速: 789.755ml/min
标准流量计平均流速: 752.611ml/min

1#流量计累计流量: 788.614ml
1#流量计最后流速: 788.614ml/min
1#流量计平均流速: 751.269ml/min
累计流量与天平误差: -2349.986ml(g)
误差百分比: -74.874% 已修正完成

第(8)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:11:40 用时: 16s
天平称重: 4105.200g
标准流量计累计流量: 891.014ml
标准流量计最后流速: 891.054ml/min
标准流量计平均流速: 854.559ml/min

1#流量计累计流量: 889.362ml
1#流量计最后流速: 889.362ml/min
1#流量计平均流速: 853.227ml/min
累计流量与天平误差: -3215.838ml(g)
误差百分比: -78.336% 已验证完成

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-23 11:11:52 用时: 1s
天平称重: 4606.700g
标准流量计累计流量: 936.708ml
标准流量计最后流速: 936.748ml/min
标准流量计平均流速: 929.041ml/min

1#流量计累计流量: 937.259ml
1#流量计最后流速: 937.259ml/min
1#流量计平均流速: 929.591ml/min
累计流量与天平误差: -3669.441ml(g)
误差百分比: -79.654% 已修正完成

结束