

报表生成时间: 2019-12-23 10:54:20
型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min 水温: 25° C

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-23 10:54:08 用时: 4294967285s
天平称重: 392.700g
标准流量计累计流量: 341.578ml
标准流量计最后流速: 341.618ml/min
标准流量计平均流速: nanml/min

1#流量计累计流量: 340.477ml
1#流量计最后流速: 340.477ml/min
1#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -52.223ml(g)
误差百分比: -13.299% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 10:53:41 用时: 16s
天平称重: 133.700g
标准流量计累计流量: 238.654ml
标准流量计最后流速: 238.694ml/min
标准流量计平均流速: 201.624ml/min

1#流量计累计流量: 237.554ml
1#流量计最后流速: 237.554ml/min
1#流量计平均流速: 200.335ml/min
累计流量与天平误差: 103.854ml(g)
误差百分比: 77.677% 已验证完成

结束