

报表生成时间: 2019-12-27 13:03:28

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共1步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 13:03:14 用时: 1s

天平称重: 4367.100g

标准流量计累计流量: 910.283ml

标准流量计最后流速: 910.333ml/min

标准流量计平均流速: 902.625ml/min

1#流量计累计流量: 910.833ml

1#流量计最后流速: 910.833ml/min

1#流量计平均流速: 901.524ml/min

累计流量与天平误差: -3456.267ml(g)

误差百分比: -79.143% 已标定完成

结束