

报表生成时间: 2020-01-02 10:43:32

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2020-01-02 10:42:07 用时: 1s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1834.700g

标准流量计累计流量: 583.264ml

标准流量计最后流速: 583.314ml/min

标准流量计平均流速: 575.606ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 583.814ml

1#流量计最后流速: 583.864ml/min

1#流量计平均流速: 574.505ml/min

累计流量与天平误差: -1250.886ml(g)

误差百分比: -68.179% 标定写入失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2020-01-02 10:42:41 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 3113.600g

标准流量计累计流量: 726.954ml

标准流量计最后流速: 727.004ml/min

标准流量计平均流速: 689.963ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 725.853ml

1#流量计最后流速: 725.903ml/min

1#流量计平均流速: 688.724ml/min

累计流量与天平误差: -2387.747ml(g)

误差百分比: -76.688% 验证完成

结束