

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 054-Página 1 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ENDOSCÓPIO	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

1. CONCEITO: Ato de realizar a limpeza e desinfecção do endoscópio quando utilizado no bloco cirurgico	
1.1 Responsáveis pela execução Tecnico de enfermagem	
1.2 Finalidades <ul style="list-style-type: none"> Processamento de materiais respeitando as boas praticas de preparação de materiais para saúde. 	1.3 Indicações <ul style="list-style-type: none"> Orientar o colaborador quanto a limpeza e desinfecção do endoscópio quando enviados a CME.

2. MATERIAIS
<ul style="list-style-type: none"> Roupa privativa; EPI do setor conforme POP nº08(EPI utilizado nos setores da CME) Bacia, balde ou cuba de plástico de tamanho compatível com a quantidade de material Escova de cerdas duras e finas Compressas ou panos limpos e macios Soluções de detergente enzimático conforme POP Nº09 e recipientes que serão usados para limpeza do material Soluções de desinfecção de alto nível recomendado Copo medidor ou seringa Recipiente com tampa Embalagem Tecido algodão; Grau cirúrgico ou Manta (SMS); Fita zebrada e hospitalar; Etiqueta de identificação;

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade
3. Receber o material vindo do BC, setor especifico ou diretamente do médico/instrumentador e registrar no relatório de Controle de Registro de Entrada no Expurgo Materiais Sujo;
4. Realizar a limpeza conforme POP Nº 10(limpeza manual), imergindo o material na solução de água e detergente, limpando com a esponja (não deixar de molho);



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 054-Página 2 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ENDOSCÓPIO	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

5. Remover as válvulas, imergir em solução enzimática e proceder a escovação dos lumens;
6. Lavar externamente o aparelho, comando e tubo com compressas ou esponjas;
7. Introduzir a escova de limpeza no canal, até a saída na porção distal e escovar a escova de limpeza ao sair na extremidade, antes de tracioná-la de volta;
8. Escovar o local das válvulas com escova própria;
9. Enxaguar os canais, utilizando os acessórios abundantemente em água corrente e secar com pano limpo;
10. Como o fabricante não recomende a utilização dos produtos padronizados na CME(POP Nº09) para desinfecção do endoscópio, apenas o glutaraldeído, então após limpeza e secagem, guardar em sacola plástica e aguardar o setor responsável vir buscar;
11. Manter área limpa e organizada.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Sempre que o endoscópio for encaminhado para CME realizar a limpeza e encaminhar para sala da endoscopia para realizar desinfecção com o produto recomendado pelo fabricante(glutaron).

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

- NÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 054-Página 3 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ENDOSCÓPIO	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 12/07/2024.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 12/07/2024.
9. STORZ, Karl. Limpeza, desinfecção, conservação e esterilização de instrumentos da Karl Storz. Versão 3.1. Janeiro, 2019.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 054-Página 4 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ENDOSCÓPIO	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/19	Elaboração inicial do documento
2	01/09/21	Acrescimo do objetivo, alteração na descrição das atividades e tema
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na descrição de atividades e formatação do doc

Versão 1 – Elaboração Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem Maria Helena Alves Coutinho Gerente de Enfermagem	Data: 01/09/19
Versão 2 – Revisão Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25