

西门子

Healthineers



8c3高清MP2	10135943	21070497	A9	通过
14L5SP MP2	10041226	21080039	S1	通过
10MC3DL260和TC-ZIF	11268679	20060694	E1	通过
EC9-4 DL260&TC-ZIF	10789383	20220122	E2	通过
V5M	11013704	21060007	T3	通过
Z6Ms	10436113	83534016	T5	失败

这些换能器是每个换能器系列组的代表。因此，小组成员可以被代表的结果所覆盖。下表显示了作为后处理变送器系列分类的变送器系列 (P/N 11508294)

传感器	P/N	家庭
4V1c MP2 (代表) 8V3MP1.5 8V3 MP456	07695724 10789382 11014578	A2
5C1MP456 (代表) 4V1 MP456 CH5-2DL260 CH5-2 TC-ZIF 5C1 TC-ZIF 7C2 TC-ZIF 16L4 TC-ZIF 8V4 TC-ZIF 5P1 TC-ZIF P8-4 DL260和TC-ZIF P4-2DL260和TC-ZIF 13L4 TC-ZIF DAXMP456 5V1 MP456 VF16-5DL260 VF16-5 TC-ZIF	11291794 11014576 08648086/10789386 10136141 11268278 11268277 11284846 11284847 11014154 10030615/10789389 &11014543 08648045/10789385&10136143 11361589 10787116 11291796 10785041 11014552	A3
10L4 MP456 (代表) VF10-5DL260&TC-ZIF 11L4 DL260和TC-ZIF 9L4 MP2	10787114 08648110/10789387&10136142 11361584&11284844 10035946/10789393	A4
14L5 MP456 (代表) 10V4 MP1&TC-ZIF&MP456 4P1 MP2 VF13-5 TC-ZIF 14L5 MP2.0	11254090 08266709&11319697&11014579 10041224/10789398 10789372 10041221/10789396	A5
18L6 MP456 (代表) VF12-4 DL260 12L4 MP2 6小时/分钟2 12L3 TC-ZIF 1816小时MP2 9C3 MP456	10787113 10136922 10786035 10135941 11268279 10041227/10789400 10787112	A6
4Z1c MP2 (代表)	10033682/10789391	A7
8C3HD MP2 (代表) 1816小时MP2 6小时/分钟2	10135943 10041227/10789400 10135941	A9
14L5SP MP2 (代表) VF13-5 SP DL 360	10041226 08266907	S1