



通用电气医疗系统

## CL715化学品符合性声明

通用电气医疗系统中国有限公司

公司名称

国家高新技术开发区长江路19号

中国江苏省无锡市

公司地址

86+510-85278503

公司电话和传真号码

[www.gehealthcare.com](http://www.gehealthcare.com)

公司网站

我们特此声明，TPRs D0c2156840第16节中列出的化学品符合化学兼容性要求。

TPRS D0c2156840第16节中列出的化学品（凝胶、清洁剂和高级消毒剂）应与11M3换能器兼容。当暴露在这些化学品中时，鼻片/手柄塑料和镜片粘合剂可能会变色，这种变色是可以接受的。探针化学兼容性测试应通过Hi-pot和泄漏测试，以及TPRSDOC2156840中定义的声学测试。

化学兼容性也设计为4年（6000小时）使用寿命，符合TPRs D0c2156840第12节中规定的可靠性要求。

签署日期：

Wang QiYuan, GE OEM. probe program Manager  
2020. Feb. 12

公司授权人员的签名、姓名和职位

CL715探针的无限制化学符合性声明

第1页，共3页

品名	制造商
偶联凝胶	
Aquasonics 100	帕克实验室股份有限公司。
清除图像	Sonotech股份有限公司。
肯德尔	泰科/医疗保健
扫描	帕克实验室股份有限公司。
Sonogel	SonogelVertriebs GmbH
波长	国家治疗产品股份有限公司。
喷雾	
CaviCide	Metrex
鱼子酱1	Metrex
Clinell通用喷雾	GAMA医疗保健有限公司
Protex消毒剂喷雾	帕克实验室
冲浪安全	ANIOS实验室
<b>T-spray II</b>	股份有限公司医药创新公司。
崔斯特！超声波二人组	Tristel Solutions Limited
抹布	
Asepti湿巾II	艺康
Bactyyll lingettes desinfectantes inodores	Garcin Bactyyll实验室
CaviWipes	Metrex
CaviWipes 1	Metrex
Cleanisept湿巾	舒马赫博士股份有限公司
Clinell Clorox湿巾	GAMA医疗保健有限公司
Clinell通用消毒湿巾	GAMA医疗保健有限公司
派遣医院清洁消毒剂	
漂白毛巾	克洛克斯专业产品公司
通用消毒湿巾	总体解决方案
Mikrobac组织	BODE Chemie GmbH
Mikrozid敏感湿巾	Schulke&Mayr GmbH
Protex消毒湿巾	帕克实验室
Sani Cloth Active	艺康
Sani Cloth AF杀菌一次性用品	PDI
抹布	
Sani Cloth AF3杀菌一次性用品	PDI
抹布	
萨尼布漂白杀菌剂	
一次性抹布	PDI

赛尼布HB杀菌一次性用品	PDI
抹布	
Sani Cloth Plus杀菌一次性用品	PDI
抹布	
Septiwipes	舒马赫博士股份有限公司
Tristel预清洁湿巾	Tristel Solutions Limited
Tristel冲洗湿巾	Tristel Solutions Limited
Tristel杀菌湿巾-激活	
擦	Tristel Solutions Limited
Tuffie 5	Vernacale有限公司
湿式擦拭氯消毒	湿式擦拭A/S
湿巾消毒	湿式擦拭A/S
湿式通用擦拭器	湿式擦拭A/S
高级刮水器	ANIOS实验室
浸泡	
Acryl Deso	Schulke&Mayr
苯胺基DD1	实验室设备NIOs
Bacillocid Rasant	BODE Chemie GmbH
Biguacid-S	防腐化学药剂. pharm. Produkte
BodedexForte	BODE Chemie GmbH
Cidex	高级灭菌产品
含邻苯二甲酸溶液	高级灭菌产品
Cidex Plus	高级灭菌产品
Gigasept AF	Schulke&Mayr GmbH
Gigasept FF Neu	Schulke&Mayr GmbH
公制14	Metrex
杀菌剂28	Metrex
杀米剂OPA Plus	Metrex
杀螨剂+30	Metrex
公制	Metrex
米克罗齐敏感液体	Schulke&Mayr GmbH
Revital Ox RESERT HLD	Steris Healthcare
Septanios MD	ANIOS实验室
Steranios 2%	ANIOS实验室
Wavicide-01	医药化工公司
Trophon	Nanosonics有限公司