

**Общество с ограниченной ответственностью**

**"ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ"**

**610008, г. Киров, ул. Гагарина, д. 20, кв.62**

**610027, Россия, Кировская область, город Киров, улица Красноармейская, дом 43А, помещение 1,21.**

## **ПРОТОКОЛ №ЕИ-04/02-01405**

периодической поверки СИ - счетчик воды СГВ-15, год изготовления 2019, заводской № 40501957

Регистрационный номер средства измерений в ФИФ ОЕИ: 16078-13

Принадлежащего: Частное лицо

Место поверки: г.Киров, ул.Лепсе 42-20

### **ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРЯЕМОГО СИ**

Диапазон измерения объемного расхода жидкости:

от 0,06 м<sup>3</sup>/ч до 3 м<sup>3</sup>/ч (класс А)

от 0,03 м<sup>3</sup>/ч до 3 м<sup>3</sup>/ч (класс В)

Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов:

класс А:

от 0,06 м<sup>3</sup>/ч до 0,15 м<sup>3</sup>/ч : ± 5 %

от 0,15 м<sup>3</sup>/ч до 3 м<sup>3</sup>/ч : ± 2 %

Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов:

класс В:

от 0,03 м<sup>3</sup>/ч до 0,12 м<sup>3</sup>/ч : ± 5 %

от 0,12 м<sup>3</sup>/ч до 3 м<sup>3</sup>/ч : ± 2 %

условия поверки	в начале поверки	в конце поверки	
Температура окружающей среды, °С	23,2	24,9	от 5-50°С
Влажность окружающей среды, %	52,5	58,3	от 30-95%
Атмосферное давление, кПа	99,7	99,7	от 84-106 кПа
Температура поверочной жидкости-воды, °С	57	79	от 5-40°С для СХВ, от 40-90°С для СГВ, от 5-90°С для универсальных счётчиков

### **ЭТАЛОНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОВЕРКЕ**

УПСЖ 5П №2350 72850.18.3Р.00701885

### **МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ**

1. Внешний осмотр (2.7.1): соответствует.
2. Опробование (2.7.2): соответствует.
- 2.1 Проверка герметичности (2.7.2.1): соответствует.
3. Определение относительной погрешности (2.7.3)

Режим измерений	Результаты измерений							
	Класс счетчика	Расход, м <sup>3</sup> /ч	V воды счёт., м <sup>3</sup>		Vсчет (V <sub>ij</sub> = K*N <sub>ij</sub> ), м <sup>3</sup>	Vэтал, м <sup>3</sup>	δ, %	δдоп, %
			начало измерений	конец измерений				
Измерения на минимальном расходе Q <sub>наим</sub> , равном (60 + 6) л/ч (класс А) (30 + 3) л/ч (класс В)	В	0,032	57,8	57,807	0,007	0,0068	2,9	± 5
Измерения на расходе 1,1*Q <sub>п</sub> , равном (165 ± 16,5) л/ч (класс А) (132 ± 13,2) л/ч (класс В)		0,131	57,813	57,827	0,014	0,0142	-1,4	± 2
Измерения на расходе Q <sub>наиб</sub> , л/ч		0,895	57,845	57,875	0,030	0,0301	-0,3	± 2

K= 0,00814 , где K - коэффициент преобразования счетчика, значение которого указывается на счетчике конкретного типа или в его эксплуатационных документах, м3/имп

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов поверки СИ соответствует установленным метрологическим и техническим требованиям и пригодно к применению.

Поверитель \_\_\_\_\_ Стариков С.В.  
(подпись)

Дата поверки

01.11.2025

На основании результатов поверки СИ соответствует установленным метрологическим и техническим требо



заниям и пригодно к применению.

Тип	СГВ-15 16078-13
Протокол №	01405
Год изготовления	2019
Номер	40501957
Коэффициент преобразования счетчика, значение которого указывается на счетчике конкретного типа или в его эксплуатационных документах, м3/имп	0,00814
Показания на начало поверки, м <sup>3</sup>	57,8
Собственник	Частное лицо
Адрес	г.Киров, ул.Лепсе 42-20
Таб номер поверителя	02
Дата	01.11.2025
Температура воздуха °С:	23,2
влажность воздуха %:	52,5
атмосферное давление, кПа:	99,7
t пов-й жидкости в начале поверки, °С:	57
t пов-й жидкости в конце поверки, °С:	79
СЕГОДНЯ: 13.11.2025	





[illegible]



[illegible]

[illegible]

Эталон

Старииков С.В.

УПСЖ 5П №2350 72850.18.3Р.00701885

5-50

30-95

630-795

5-40 для хв и 40-90 для гв 5-90 для универсальных













УПСЖ ЗПМ, № 043	40391.09.3Р.00233424
УПСЖ ЗПМ, №039	40391.09.3Р.00233422

УПСЖ ЗПМ, №144	40391.09.3Р.00233425	Суслопаров (Коробов)
----------------	----------------------	----------------------

УПСЖ-ЗП, №00041	32213.06.3Р.00233420	Елькин
УПСЖ-ЗП, №00124	32213.06.3Р.00233421	Ваганов, Дюпин (Береснев)
УПСЖ-ЗПМ, № 271	40391.09.3Р.37591	Зуев













1 21.06.2015

тип	мп
СГВ-15 16078-13	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СГВ-15 16078-05	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СГВ-15 16078-00	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СХВ-15 16078-13	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СХВ-15 16078-05	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СХВ-15 16078-00	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВХ 15 46597-11	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СГВ-20 16078-13	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СГВ-20 16078-05	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
ЕВ-АМ1 24860-03	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
ЕВ-АМ 24860-11	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВК 20-5-1 13869-13	«ГСИ. Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые типа СВК. Методика поверки»
СВК 15-3-2 13869-13	«ГСИ. Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые типа СВК. Методика поверки»
СВК 15-3 13869-98	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВК 15-3 13869-02	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВК 15-3 13869-03	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВК 15-3-2 13869-08	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВК 15-1,5 31697-06 Бологое	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВ-15Г 24319-05	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВ-15Х 24319-05	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВ-15 МЕТЕР 56279-14	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
ПУЛЬС 68501-17	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
ЭКО НОМ СВ-15-110 67831-17	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СКВ-3/15 27361-04	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
МК-У 56505-14	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
VLF-U 58362-14	«Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые VLF торговой марки VALTEC. Методика поверки» МП-2550-0241-2014
VLF-R 26382-07	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
WFW2 54418-13	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
WFK2 54418-13	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
JS 1,5 15314-05	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
ОХТА 47153-11	«Счетчики воды крыльчатые ОХТА. Методика поверки» МП 2550-0159-2011
СВКМ-15Х 57034-14	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015



СВКМ-15Г 57034-14	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВКМ-15У 57034-14	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
УВС-15Г 47204-11	«ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки» ГОСТ 8.156-83
УВС-15Х 47204-11	«ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки» ГОСТ 8.156-83
СКВГ 90-3/15 27399-04	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
ВДГ-15М 58329-14	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
ВСКМ 90-20 32539-11	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
ЭКО-15 53352-13	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
ЭКО-15 63564-16	«ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки» ГОСТ 8.156-83
ЭКОМЕРА-15 73546-18	«Счетчики воды крыльчатые универсальные ЭКОМЕРА. Методика поверки» МП 07-2
ТРИТОН-УЛЬТРА 60780-15	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВУ-15 56279-14	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВУ-15 58361-14	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВК-15Х 54835-13	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВК-15Г 54835-13	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВК-15Х 61399-15	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015
СВК-15Г 61399-15	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» МИ 1592-2015









3

4

5

6

7

8

9

10

11

[illegible]

[illegible]









|

12

13

Столбец3	Столбец4
16078-13	СГВ-15
16078-05	СГВ-15
16078-00	СГВ-15
16078-13	СХВ-15
16078-05	СХВ-15
16078-00	СХВ-15
46597-11	СВХ 15
16078-13	СГВ-20
16078-05	СГВ-20
24860-03	ЕВ-АМ1
24860-11	ЕВ-АМ
13869-13	СВК 20-5-1
13869-13	СВК 15-3-2
13869-98	СВК15-3
13869-02	СВК15-3
13869-03	СВК 15-3-2
13869-08	СВК 15-3-2
31697-06	СВК 15-1,5
24319-05	СВ-15Г
24319-05	СВ-15Х
56279-14	СВ-15
68501-17	ПУЛЬС
67831-17	ЭКО НОМ СВ-15-110
27361-04	СВБ-3/15
56505-14	МК-У
58362-14	VLF-U
26382-07	VLF-R
54418-13	WFW2
54418-13	WFK2
15314-05	JS 1,5
47153-11	OXTA
57034-14	СВКМ-15Х

57034-14	СВКМ-15Г
57034-14	СВКМ-15У
47204-11	УВС-15Г
47204-11	УВС-15Х
27399-04	СКВГ 90-3/15
58329-14	ВДГ-15М
32539-11	ВСКМ 90-20
53352-13	ЭКО-15
63564-16	ЭКО-15
73546-18	ЭКОМЕРА-15
60780-15	ТРИТОН-УЛЬТРА
56279-14	СВУ-15
58361-14	СВУ-15
54835-13	СВК-15Х
54835-13	СВК-15Г
61399-15	СВК-15Х
61399-15	СВК-15Г

