

Prüfprotokoll

Überprüfung der elektrischen Sicherheit nach EN 61010

Auftraggeber:		Auftragnehmer: KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH Hegauer Weg 38 14163 Berlin	
Geräteart: Prüfwerkzeug		Hersteller: Knauer	
Typenbezeichnung: W0609		Schutzkl.: I	
Ident. Nr.: 001			
Prüfung nach EN 61010		Prüfdatum: 07.07.26	
Besichtigung: [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung [OK] Isolierteile in Ordnung [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt [OK] Sonstiges			
Messung	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [R _{SL}]	+0.056Ohm	<0.100Ohm	OK
Isolationswiderstand [R _{ISO}]	>+310.0MOhm	>0.500MOhm	OK
Differenzstrom [I _{DIFF}]		<03.50mA	
Gehäuseableitstrom [I _{G-NC}]	+000.6µA	<0.500mA	OK
Gehäuseableitstrom Single Fault Condition [I _{G-SFC}]	+278.2µA	<03.50mA	OK
Maximale Leistungsaufnahme P _{MAX} [W]			
Leistungsfaktor LF			
Maximale Stromaufnahme I _{MAX} [A]			
Arbeit [kWh]			
Messdauer [hh:mm:ss]			
Hochspannungsprüfung [+02.32kV]			OK
Funktionstest			
[OK] Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			
Prüfzyklus 24 Monate Nächster Prüftermin : 07.07.2028			
Verwendete Messgeräte: KN2997		Typ: SECUTEST 0751/601 / SIII... Fabrikat: GOSSEN-METRAWATT	
Unterschrift: Prüfer: Schulze 			
Ort: Berlin		Datum 07.07.2026	