

සීමාන්විතයි

ප්‍රාදේශීය වාර්තාව

(තවති 29/94 ට ඇමුණුම "අ")

මැතිවිම්/අලාභනාතිවිම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේණි 104(03) යටතේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රාදේශීය වාර්තාව
I වන කොටස

ආයතන ප්‍රධානියෙහි වාර්තාව:

I මැතිවිම්/අලාභනාතිවිම්/උග්‍රාණතා සිදු වූ දිනය, වේලාව, ස්ථානය :

දිනය : 2018, 09, 16 දින
වේලාව : කෝරා 0220 පැයට පමණ
ස්ථානය : යුද්ධ හමුදා රෝහල - අනුරාධපුර

II මැතිවිම්/අලාභනාතිවිම් භාණ්ඩ ප්‍රමාණයන් :

- | | | |
|----|--------------------------------|------|
| 01 | Cardiac Monitor | - 01 |
| | S/N :- 08575 | |
| | Model: NIHON Kohden PVM - 270L | |
| | (Rs 440000.00) | |
| 02 | Wall Fan | - 01 |
| | (Rs 4424.00) | |

III මැතිවිම්/අලාභනාතිවිම් භාණ්ඩවල ආසන්නතම වටිනාකම :

යුද්ධ හමුදා දේපල:- රු:444424.00
මුළු එකතුව :- රු:444424.00

බාදි අග

IV මැතිවිම්/අලාභනාති සඳහා සම්බන්ධ/වගකිවයුතු පුද්ගලයා/පුද්ගලයින්ගේ නිලය හා නම:

මුහුදු නිවිසකුණ නිගමන මත තීරණය වේ

V මැතිවිම්/අලාභනාති සිදු වූ ආකාරය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් : මෙම රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයේ 2018.09.16 දින අඟුයම 0220 ට පමණ බිත්ති වීදුලි පාකාව අසල ඇතිවූ ගින්නක් හේතුවෙන් එම වීදුලි පාකාවේ ඒවායින් සුළං අවර පෙති උණුවීම හේතුවෙන් අදාළ වීදුලි පාකාව හා පහත තිබූ වෛද්‍ය උපකරණය විනාශවීම සිදුවී ඇත, Cardiac Monitor

VI වේපාණ් මණ්ඩලය/මුහුදු මණ්ඩලය සඳහා යෝජනා කරන නිලධාරීන්ගේ නම් :

ආ/00031	මේජර්	කේතූර්ජි පෙරේරා	(ශ්‍රී ලක්ෂ්මණ)	- මුහුදු සභාපති
ආ/6449	මේජර්	පීරිසේනේරාජේ ගනේශ්වරයා	(විපාල)	- මුහුදු සාමාජික
ආ/65587	කපිතන්	කමිල්ස් සයවර්ධන ආර්ථික	(විපාල)	- මුහුදු සාමාජික

විවර්ත

දිනය : 2018 සැප්තැම්බර් මස 20 දින

අංකය :- නි/65893
නිලය :- මේජර්
නම :- එන්ජිවිසු පෙරේරා - ශ්‍රී ලක්ෂ්මණ
තනතුර :- වැඩ: අභ්‍යන්තර නිලධාරීන්
වැඩ: අභ්‍යන්තර
වැඩ: අභ්‍යන්තර
පුද්ගලයාගේ
අනුමැතිය

සීමාන්විතයි

සීමාන්විතයි

II වන කොටස

අනෙකුත් (උ/ප) අඟුපති වාර්තාව:

1. අගන කැබිනිට්/අලාභකානිවිතී සඳහා කෙළින්ම හෝ අනියම් ආකාරයට සම්බන්ධ යම් නිලධාරියෙක් /මහජාතික් හෝ කොතොනි/කොතොනින් හෝ සෙනි/සෙනින් පිළිබඳ විස්තරය:

මුළු නිරීක්ෂණ නිගමන මත තීරණය වේ

2. යම් පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයින් වගකිවයුතුකම් බහුතර ඵලදායී යෝජනාකරන යම් විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග: මුළු පුද්ගල හමුදාධිපති නිගමනයට අනුව ක්‍රියාකිරීම සුදුසු වේ.

3. පෙරැති කැබිනිට්/අලාභකානි ඉදිරියේදී ඇති නොවීමට හෙතු ඇති හෝ යෝජනාකරන පියවරවල්:

මීට ඉදිරියේදී විදුලි උපකරණ පාවිච්චි නොකරන අවස්ථාවන්හිදී ප්‍රධාන විදුලි ධාරාවෙන් විසන්ධි කර ගැනීමට හා විදුලි උපකරණ සම්පයේ නොතිබීමෙන් එවා භාරව ඇති අයවරුන්ගේ වගකීම් පවරා ගිණප පරික්ෂාවට ලක් කිරීමට ක්‍රියා කරන මෙන් උපදෙස් ලබාදී ඇත.

4. පත්පල පරික්ෂණ මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර:

ම/66031	මේජර්	කේආර්ථී	පෙරේරා	(ශ්‍රී ලක්ෂ්මණ) - මුළු සභාපති
ම/6449	මේජර්	පිරිත්තේරත්නේ	ගනේගොඩ	(විජය) - මුළු සාමාජික
ම/65387	කපිතන්	සබිල් රාජ්	රාජ් සබිල්	(විජය) - මුළු සාමාජික

දිනය : 2018 පැපුවානිවර් මස 2-ව දින



අංකය :- නි/60313
නිලය :- මුහේන්ද්‍රයන්
තන :- පිරිත්තේරත්නේ රාජ්
තනතුර :- ආඥාපති - අනෙකුත් (උ/ප)

අත්සන
අත්සන
අත්සන