Vergabevermerk

Universität Wernstadt · Vorgang V-27-0204 · zum Beschaffungsantrag ZB-2027-0330

Gegenstand	Ultratiefkühlschrank 400 l, mindestens -80 °C
Verfahren	Preisvergleich durch Einholung schriftlicher Angebote
Wertung	Preis (netto) der Angebote, die das Leistungsverzeichnis erfüllen

Eingegangene Angebote

Bieter	Angebot	vom	netto	brutto	Rang
Kältetechnik Rautmann GmbH	KR-27-215	03.05.2027	3.150,00 €	3.748,50 €	–
Cryolab Seidenstücker KG	CS 27-0388	04.05.2027	4.820,00 €	5.735,80 €	1
Laborkälte Meinhold GmbH	LM-A-11807	06.05.2027	5.190,00 €	6.176,10 €	2

Zuschlag an: Cryolab Seidenstücker KG, 4.820,00 € netto

Begründung der Vergabeentscheidung

Angebot KR-27-215 ist ausgeschlossen: Temperaturbereich nur bis -40 °C, gefordert sind mindestens -80 °C. Von den geeigneten Angeboten ist das der Cryolab Seidenstücker KG das günstigste.

Wernstadt, 11.05.2027
Hiltrud Nopper, Zentrale Beschaffung