

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Número do Certificado: CAL-2025-00187

Equipamento: Bomba de Infusão B. Braun Infusomat Space

Número de Série: INF-2020-88321

Localização: Serviço de Medicina

Data da Calibração: 15/02/2025

Próxima Calibração: 15/02/2027

Resultado: APROVADO

Observações: O equipamento foi submetido aos ensaios de precisão de débito e alarmes de segurança. Todos os parâmetros encontram-se dentro dos limites definidos pelo fabricante.

Técnico Responsável:

Eng. Ricardo Martins

Departamento de Engenharia Clínica

Centro Hospitalar Lisboa Norte