

RELATÓRIO TÉCNICO

Relatório Nº RT-2025-077

Equipamento: Desfibrilhador Zoll R Series

Número de Série: ZR-2021-7712

Localização: Serviço de Urgência

Data da Intervenção: 08/04/2025

Motivo: Verificação preventiva anual.

Atividades Realizadas: Inspeção visual; teste funcional; verificação da bateria; verificação das pás de desfibrilhação; teste do sistema de impressão térmica.

Resultado: Equipamento operacional e em conformidade com as especificações do fabricante.

Próxima intervenção recomendada: Abril de 2027

Técnico Responsável:

Eng. João Ferreira

Departamento de Engenharia Clínica - Hospital Central Lisboa Norte