

Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Analiza imaginilor cu fund de ochi pentru ajutor în
diagnosticul retinopatiei diabetice**

Lucrare de dizertație

Prezentată ca cerință parțială pentru obținerea
titlului de *Master*
în domeniul *Calculatoare și Tehnologia Informației*
programul de studii *Ingineria Informației*

Conducător științific
Conf. dr. ing. Laura Maria FLOREA

Absolvent
Stancovici Marian

Anul 2026

Cuprins

Lista figurilor	iv
Lista tabelelor	vi
Lista acronimelor	viii
1. Introducere	1
2. Fundamente teoretice	4
2.1. Diabetul zaharat și complicațiile sale oculare	4
2.2. Anatomia ochiului și retina	5
2.3. Retinopatia diabetică – definiție, stadii de evoluție și simptome	7
2.4. Imagistica de fund de ochi (”fundus photography”)	9
2.5. Diagnosticul clinic – procesul actual și limitările sale	10
2.6. Învățarea automată și învățarea profundă în analiza imaginilor medicale	11
2.7. Rețele neuronale convoluționale	13
2.8. Transfer learning și modele pre-antrenate	16
3. Stadiul actual al cercetării	18
3.1. Analiza seturilor de date disponibile	18
3.2. Metoda bazată pe arhitectura Inception-V3 [1]	20
3.3. “Transfer Learning” pentru diagnosticul retinopatiei diabetice [2]	21
3.4. “Multi-task Learning” pentru gradarea retinopatiei diabetice [3]	22
3.5. Analiza arhitecturii “Modified U-Net” pentru segmentarea semantică [4]	23
3.6. Tranziția către arhitecturi globale: RTNet (Relation Transformer Network) [5]	24
3.7. Arhitectura “Dual Branch” [6]	26
3.8. Abordarea “Explainable AI” [7]	26
3.9. Generalizarea în scenarii reale: “Multi-Model Domain Adaptation” [8]	27
3.10. Concluzii	28
4. Seturi de date și construirea dataset-urilor experimentale	29
4.1. Rolul seturilor de date în lucrare	29
4.2. Sursele de date utilizate	30
4.3. Pipeline-ul de prelucrare pentru EyePACS	31
4.4. Pipeline-ul de prelucrare pentru APTOS 2019	32
4.5. Pipeline-ul de prelucrare pentru Diabetic_Balanced_Aug	33
4.6. Verificarea distribuției imaginilor	33
4.7. Separarea originalelor de augmentări în Diabetic_Balanced_Data	34
4.8. Controlul data leakage prin split grupat	34
4.9. Preprocesarea Ben Graham și CLAHE	35
4.10. Dataset-urile finale rezultate	37

5. Metodologia propusă	38
5.1. Fluxul general al sistemului	38
5.2. Modelele analizate	39
5.3. Arhitectura ResNet50	39
5.4. Arhitectura EfficientNet-B3	39
5.5. Arhitectura InceptionV3	40
5.6. Arhitectura Inception-ResNet-V2	41
5.7. Funcții de pierdere utilizate	41
5.8. Optimizatorul și hiperparametrii de antrenare	42
5.9. Strategia de evaluare	43
5.10. Implementarea procesului de antrenare	43
5.11. Optimizări recente ale protocolului experimental	45
6. Rezultate experimentale	46
6.1. Compararea funcțiilor de pierdere pe Diabetic_Balanced_Data	46
6.2. Compararea arhitecturilor pe Diabetic_Balanced_Data	47
6.3. Analiza data leakage în APTOS și Diabetic_Balanced_Data	47
6.4. Configurația experimentală	49
6.5. Istoricul funcției de pierdere	50
6.6. Istoricul acurateții	52
6.7. Istoricul scorului QWK	52
6.8. Precision, recall și F1 pe clase	53
6.9. Matricele de confuzie	54
6.10. Curbele ROC multiclasă	55
6.11. Integrarea cu sistemul final în două etape	57
7. Aplicația de inferență	60
7.1. Scopul aplicației dezvoltate	60
7.2. Arhitectura aplicației	60
7.3. Componenta backend	60
7.4. Componenta frontend	61
7.5. Fluxul de utilizare	63
7.6. Integrarea modelului antrenat	63
7.7. Limitări practice ale aplicației	63
8. Concluzii și direcții viitoare	65
8.1. Concluzii generale	65
8.2. Rezultatele obținute față de obiectivele inițiale	65
8.3. Limitările lucrării	65
8.4. Direcții viitoare	66
Bibliografie	68
Anexa A. Cod	71

Lista figurilor

2.1.	Structura anatomica a fundului de ochi [9]	6
2.2.	Reprezentare grafică a diferențelor vizuale între o imagine de fund de ochi fără semne patologice și una cu retinopatie diabetică proliferativă [10]	8
2.3.	Flux conceptual pentru clasificarea imaginilor de fund de ochi cu o rețea neuronală convoluțională	13
2.4.	Schema generală a unei rețele neuronale convoluționale [11]	14
2.5.	Schema unei arhitecturi ResNet50 [12]	14
2.6.	Schema unei arhitecturi Inception-v3 [13]	15
2.7.	Schema unei arhitecturi EfficientNet-B3 [14]	15
2.8.	Schema unei arhitecturi Inception-ResNet-v2 [15]	16
3.1.	Exemple de imagini ale fundului de ochi în seturile de date DIARETDB0 și DIARETDB1 [7]	19
3.2.	Framework propus pentru detectarea și clasificarea retinopatiei diabetice [2] . . .	21
3.3.	Arhitectura U-net modificată [4]	24
3.4.	Curbele de Loss (stânga) și curbele Precision-Recall (dreapta) pentru studiile de ablație asupra celor patru leziuni DR. [5]	25
4.1.	Exemplu de data leakage în <code>Diabetic_Balanced_Data</code> : imaginea originală și augmentările sale apar în subseturi diferite, permițând modelului să recunoască structuri aproape identice în validare sau testare.	35
4.2.	Vizualizarea etapelor de preprocesare Ben Graham: imagine inițială, mască retiniană, estimarea iluminării de fond, filtrare, generarea haloului și imagine finală.	36
5.1.	Structura blocurilor MBConv în EfficientNet-B3	40
5.2.	Exemplu de hărți Grad-CAM pentru un model ResNet50 antrenat cu Focal Loss și Adam	43
6.1.	Comparația istoricului funcției de pierdere pentru ResNet50 pe <code>Diabetic_Balanced_Data</code>	47
6.2.	Matrici de confuzie absolute pentru arhitecturile comparate pe <code>Diabetic_Balanced_Data</code>	47
6.3.	Comparație APTOS între fluxul cu <i>data leakage</i> și fluxul corect fără <i>data leakage</i> : istoricul funcției de pierdere și matricea de confuzie absolută pentru fiecare variantă.	48
6.4.	Comparație pentru <code>Diabetic_Balanced_Data</code> între varianta publică afectată de <i>data leakage</i> și varianta rearanjată prin split grupat: istoricul funcției de pierdere și matricea de confuzie absolută pentru fiecare variantă.	48
6.5.	Istoricul loss-ului pentru ResNet50 pe APTOS, EyePACS și <code>Balanced_Aug</code>	51
6.6.	Istoricul loss-ului pentru InceptionResNet-v2 pe APTOS, EyePACS și <code>Balanced_Aug</code>	51
6.7.	Istoricul scorului QWK pentru ResNet50 pe cele 9 variante de experimente.	53
6.8.	Precision, recall și F1 pe clase pentru cele nouă experimente principale.	54
6.9.	Matricele de confuzie pentru cele 3 dataseturi în cele trei configurații.	55
6.10.	Curbele ROC multiclasă pentru cele nouă experimente principale din <code>experiments.ipynb</code>	56

6.11. Curbe combinate pentru experimentul final în două etape. Prima celulă sintetizează etapa binară, iar celelalte trei celule compară formulările multiclasă pentru clasele 1–4.	58
6.12. Matrici de confuzie combinate pentru etapa binară și pentru cele trei variante multiclasă. Comentariile evidențiază diferența dintre acuratețe globală și respectarea ordinii clinice a claselor.	59
7.1. Zona de recomandări afișată în aplicația de inferență după obținerea predicției .	62
7.2. Interfața aplicației de inferență dezvoltate pentru clasificarea retinopatiei diabetice	62
7.3. Meniul dropdown pentru selecția modelului în aplicația de inferență	63

Lista tabelelor

2.1. Interpretarea orientativă a claselor de severitate folosite în clasificarea retinopatiei diabetice	7
3.1. Tabel comparativ între seturile de date disponibile	20
4.1. Dataset-uri construite și rolul lor în lucrare	37

Lista acronimelor

SOTA = State of the Art

DR = Diabetic Retinopathy

Deep DRiD = Deep Diabetic Retinopathy Image Dataset

UoA-DR = University of Auckland Diabetic Retinopathy

IDRiD = Indian Diabetic Retinopathy Image Dataset

DDR = Dataset of Diabetic Retinopathy

DRIVE = Digital Retinal Images for Vessel Extraction

QWK = Quadratic Weighted Kappa

Capitolul 1

Introducere

Contextul și motivația lucrării

Retinopatia diabetică reprezintă o provocare majoră de sănătate, fiind principala cauză a orbirii prevenibile în rândul populației active. Creșterea continuă a numărului de pacienți cu diabet generează presiune asupra sistemelor medicale, depășind adesea capacitatea de diagnosticare a specialiștilor. Din cauză că această afecțiune poate evolua asimptomatic în fazele inițiale, identificarea pacienților la risc este critică înainte ca leziunile retiniene să devină ireversibile, subliniind necesitatea unor soluții de monitorizare scalabile și eficiente.

Complexitatea diagnosticării este dată de necesitatea unei clasificări precise, conform standardelor internaționale care împart boala în cinci clase de severitate [3], [6]. Procesul impune medicului să distingă între stadiile incipiente, marcate doar de microanevrisme discrete [16], și formele avansate, caracterizate de hemoragii și neovascularizație. Această granularitate a diagnosticului este dificilă de menținut constant în programele de "screening" în masă, unde oboseala și subiectivitatea specialiștilor pot duce la erori de clasificare cu impact asupra deciziilor terapeutice.

Pentru a depăși aceste limitări, domeniul imagisticii medicale a adoptat soluții bazate pe inteligență artificială. Trecerea de la metodele clasice de procesare a imaginii [17] la algoritmi de învățare profundă ("Deep Learning") a marcat un punct de inflexiune, validat clinic prin studii extensive [1]. Rețelele neurale convoluționale au eliminat necesitatea definirii manuale a regulilor vizuale [18], având capacitatea de a învăța trăsături complexe direct din datele brute [7] și de a identifica corelații subtile între texturi și patologia ochiului.

Evoluția recentă a acestor tehnologii a permis tranziția de la modele experimentale simple la arhitecturi robuste [5], capabile să opereze în condiții clinice reale. Între timp cercetarea actuală s-a distanțat de clasificarea binară elementară, concentrându-se pe sisteme care pot gestiona diversitatea imaginilor provenite din multiple surse prin tehnici de adaptare la domeniu [8]. Algoritmi moderni demonstrează o flexibilitate crescută la artefacte și zgomot vizual, oferind o consistență a diagnosticului care reușesc să atingă nivelul expertizei umane [7], [2].

Obiectivele lucrării

Scopul lucrării de față este de a folosi algoritmi de vedere computerizată bazați pe rețele convoluționale adânci pentru a crea o metodă de detectare și clasificare a retinopatiei diabetice. Metoda se va testa pe seturi de date publice. Implementarea se va face în Python folosind biblioteci specifice.

Aceasta urmărește atingerea următoarelor obiective:

- Analizarea metodelor deja propuse în literatura de specialitate pentru detecția și clasificarea automată a retinopatiei diabetice folosind imagini cu fund de ochi.

- Căutarea seturilor de date publice ce conțin imagini cu fund de ochi și adnotări pentru clasificarea retinopatiei diabetice.
- Analizarea seturilor de date găsite.
- Propunerea unei metode bazate pe învățare profundă pentru detecția și clasificarea retinopatiei diabetice.
- Analizarea performanței pentru metoda propusă în diverse cazuri de antrenare/testare

Structura lucrării

Lucrarea este organizată în opt capitole principale, urmărind trecerea de la contextul medical și stadiul actual al cercetării la metodologia propusă, rezultatele experimentale și aplicația de inferență dezvoltată.

- **Capitolul 1 – Introducere:** Se prezintă contextul medical al retinopatiei diabetice, motivația temei, obiectivele lucrării și modul de organizare a documentului.
- **Capitolul 2 – Fundamente teoretice:** Se introduc noțiunile medicale și tehnice necesare: diabetul zaharat, retina, stadiile retinopatiei diabetice, imaginile de fund de ochi, rețelele neuronale convoluționale și principiile învățării profunde.
- **Capitolul 3 – Stadiul actual al cercetării:** Se analizează metodele existente pentru detecția și clasificarea automată a retinopatiei diabetice, cu accent pe arhitecturi CNN, ”transfer learning” și tehnici de generalizare între seturi de date.
- **Capitolul 4 – Seturi de date și construirea dataset-urilor experimentale:** Se descriu sursele de date utilizate, scripturile de curățare și reorganizare, augmentarea, preprocesarea Ben Graham și verificarea riscului de *data leakage*.
- **Capitolul 5 – Metodologia sistemului propus:** Se prezintă fluxul general al sistemului, arhitecturile analizate, formularea în două etape, funcțiile de pierdere, hiperparametrii, regularizarea și strategia de evaluare.
- **Capitolul 6 – Rezultate experimentale:** Include experimentele preliminare, analiza augmentării și a preprocesării, evaluarea sistemului principal și interpretarea impactului produs de *data leakage*.
- **Capitolul 7 – Aplicația de inferență:** Descrie aplicația web dezvoltată pentru testarea modelului, arhitectura frontend-backend, fluxul de utilizare și integrarea modelului antrenat.
- **Capitolul 8 – Concluzii și direcții viitoare:** Se sintetizează rezultatele obținute, contribuțiile lucrării, limitările identificate și posibilele direcții de dezvoltare ulterioară.

Capitolul 2

Fundamente teoretice

2.1 Diabetul zaharat și complicațiile sale oculare

Diabetul zaharat este o afecțiune metabolică cronică definită prin menținerea unor valori crescute ale glicemiei pe perioade lungi. În mod fiziologic, nivelul glucozei din sânge este reglat în principal prin acțiunea insulinei, hormon produs de pancreas, care facilitează absorbția glucozei de către celule și utilizarea acesteia ca sursă de energie. În cazul diabetului, acest mecanism este perturbat fie prin absența sau producerea insuficientă de insulină, fie prin rezistența țesuturilor la acțiunea acesteia. Din punct de vedere clinic, cele mai cunoscute forme sunt diabetul zaharat de tip 1, asociat cu distrugerea celulelor beta pancreatice și deficit insulinar sever, și diabetul zaharat de tip 2, asociat mai ales cu rezistența la insulină și cu factori metabolici precum obezitatea, sedentarismul și predispoziția genetică [19].

Importanța diabetului pentru această lucrare nu se limitează la caracterul său metabolic, ci derivă în special din complicațiile pe care le produce. Hiperglicemia cronică afectează vasele de sânge de calibru mic și mare, nervii periferici, rinichii, cordul și structurile oculare. Complicațiile microvasculare sunt de interes major în oftalmologie, deoarece retina este un țesut puternic vascularizat și sensibil la variațiile aportului de oxigen și nutrienți. Vasele retiniene au un diametru redus, iar peretele vascular poate fi deteriorat gradual de modificările biochimice asociate diabetului. În timp, apar alterări ale permeabilității vasculare, microanevrisme, hemoragii, exudate, zone ischemice și, în stadiile avansate, vase de neoformație [19], [20].

Retina este una dintre puținele regiuni ale organismului în care microcirculația poate fi observată direct prin imagistică neinvazivă. Această particularitate transformă examinarea fundului de ochi într-un instrument esențial pentru monitorizarea efectelor diabetului asupra sistemului vascular. Din perspectivă medicală, modificările retiniene reflectă atât afectarea oculară locală, cât și severitatea afectării microvasculare. Din perspectivă computațională, imaginile retiniene oferă un suport vizual bogat, în care semnele patologice pot fi analizate prin metode automate de procesare a imaginilor și prin modele de învățare profundă [1], [21].

Complicațiile oculare ale diabetului includ retinopatia diabetică, edemul macular diabetic, cataracta și glaucomul. Dintre acestea, retinopatia diabetică este cea mai importantă în contextul "screening-ului" automat, deoarece evoluează de obicei lent, poate fi asimptomatică în fazele inițiale și poate produce pierdere ireversibilă de vedere dacă nu este identificată și tratată la timp [20]. Edemul macular diabetic este o complicație strâns legată de retinopatie și apare atunci când permeabilitatea vasculară crescută determină acumularea de lichid în zona maculei, regiunea responsabilă pentru vederea centrală fină [20]. Chiar și atunci când retinopatia nu este în stadiu proliferativ, afectarea maculară poate reduce semnificativ acuitatea vizuală.

În contextul acestei lucrări, cele mai relevante complicații oculare pot fi sintetizate astfel:

- **Retinopatia diabetică** – afectează vasele retiniene și reprezintă principala țintă a sistemului automat de clasificare.

- **Edemul macular diabetic** – implică acumularea de lichid în zona maculei și poate reduce vederea centrală.
- **Cataracta și glaucomul** – nu sunt obiectivul direct al clasificării, dar pot influența calitatea imaginii și interpretarea clinică.

Din punctul de vedere al sistemelor automate, retinopatia diabetică este o problemă dificilă deoarece semnele bolii au dimensiuni, forme și contraste diferite, iar severitatea trebuie estimată pe o scară ordinală, nu doar printr-o decizie binară sănătos/bolnav. Această particularitate justifică abordarea multiclasă detaliată în secțiunea următoare, unde sunt prezentate stadiile bolii și semnele vizuale asociate fiecărui nivel de severitate [1], [3], [22].

2.2 Anatomia ochiului și retina

Ochiul uman este un sistem optic complex, specializat în captarea luminii și transformarea acesteia în semnale nervoase interpretate de creier. Din punct de vedere funcțional, componentele principale implicate în formarea imaginii sunt corneea, cristalinul, umoarea apoasă, corpul vitros și retina. Corneea și cristalinul focalizează lumina, iar retina funcționează ca un strat fotosensibil situat în partea posterioară a globului ocular. În contextul analizei automate a imaginilor, retina este structura de interes, deoarece aici pot fi observate vasele sanguine, discul optic, macula și leziunile asociate retinopatiei diabetice [20], [16].

Retina este formată din mai multe straturi celulare, incluzând fotoreceptori, celule bipolare, celule ganglionare și celule de suport. Fotoreceptorii transformă stimulii luminoși în semnale electrice, iar informația este transmisă prin nervul optic către cortexul vizual. Regiunea centrală a retinei, numită maculă, este responsabilă pentru vederea detaliată, necesară cititului, recunoașterii fețelor și percepției fine a culorilor. În centrul maculei se află foveea, zona cu cea mai mare densitate de conuri și cu acuitatea vizuală maximă. Din acest motiv, afectarea maculei prin edem sau exudate poate avea consecințe majore asupra calității vieții pacientului [23], [20].

În imaginile de fund de ochi, câteva repere anatomice sunt esențiale pentru interpretare. Discul optic apare de obicei ca o regiune circulară sau ovalară, mai luminoasă, din care pornesc vasele retiniene principale. Vasele se ramifică progresiv și formează o rețea vasculară care acoperă suprafața retiniană vizibilă. Macula se observă ca o zonă mai întunecată, situată lateral față de discul optic, iar foveea reprezintă centrul acesteia. Aceste detalii se pot observa în figura de mai jos. Pentru algoritmi de analiză, aceste structuri au rol dublu: pe de o parte oferă informație anatomică utilă, iar pe de altă parte pot produce confuzii. De exemplu, discul optic este o regiune luminoasă care poate fi confundată cu exudatele dacă modelul nu învață contextul anatomic corect.




Figura 2.1: Structura anatomica a fundului de ochi [9]

Principalele repere anatomice urmărite într-o imagine de fund de ochi sunt:

- **Discul optic** – regiune luminoasă din care pornesc vasele retiniene principale.
- **Macula** – zonă responsabilă pentru vederea centrală, importantă în evaluarea edemului macular.
- **Fovea** – centrul maculei, asociat cu acuitatea vizuală maximă.
- **Rețeaua vasculară** – structură relevantă pentru identificarea hemoragiilor, microanevrismelor și modificărilor ischemice.

Vasele retiniene au o importanță deosebită în detectarea modificărilor patologice. În diabet, afectarea microvasculară determină fragilizarea pereților capilari și modificări ale fluxului sanguin. Microanevrismele apar ca mici dilatații ale capilarelor, fiind printre cele mai timpurii semne vizibile ale retinopatiei diabetice. Hemoragiile sunt rezultatul ruperii sau scurgerii vaselor deteriorate, iar exudatele apar prin depunerea de lipide și proteine în urma creșterii permeabilității vasculare [23]. În stadiile avansate, ischemia retiniană poate stimula formarea de vase noi, fragile și anormale, fenomen numit neovascularizație [20].

Din perspectiva prelucrării imaginilor, retina prezintă o combinație de structuri globale și detalii locale fine. Structurile globale includ forma câmpului vizual, poziția discului optic și distribuția vaselor principale, iar detaliile locale includ microanevrismele, punctele hemoragice, exudatele mici sau modificările subtile de textură [24], [17].

Un alt aspect relevant este diversitatea aspectului retinei: pigmentarea fundului de ochi, diametrul vaselor și poziția discului optic pot varia între pacienți și între achiziții. Modelele

automate trebuie astfel să distingă între variații anatomice normale și semne patologice reale, iar influența artefactelor de imagine este discutată separat în secțiunea dedicată fotografiei fundus.

2.3 Retinopatia diabetică – definiție, stadii de evoluție și simptome

Retinopatia diabetică este o complicație microvasculară a diabetului zaharat, caracterizată prin afectarea progresivă a vaselor de sânge retiniene. Mecanismele patologice includ lezarea endoteliului vascular, pierderea pericitelor, creșterea permeabilității capilare, ocluzii vasculare și ischemie retiniană. În timp, aceste procese duc la apariția unor leziuni vizibile în imaginile fundului de ochi. În fazele incipiente, pacientul poate să nu observe nicio modificare a vederii, ceea ce face ca "screening-ul" periodic să fie esențial. În fazele avansate, boala poate produce vedere încetoșată, pete în câmpul vizual, scăderea acuității vizuale și, în cazuri severe, pierderea vederii [20].

Clasificarea clinică a retinopatiei diabetice este de obicei organizată pe niveluri de severitate. În lucrările de învățare automată, inclusiv în seturile de date publice folosite frecvent, se utilizează adesea o scară cu cinci clase: [1], [3], [22]

- Clasa 0 – fără retinopatie diabetică
- Clasa 1 – retinopatie diabetică ușoară
- Clasa 2 – retinopatie diabetică moderată
- Clasa 3 – retinopatie diabetică severă
- Clasa 4 – retinopatie diabetică proliferativă

Această formulare este utilă pentru antrenarea modelelor de clasificare, deoarece transformă evaluarea clinică într-o problemă de predicție multiclasă.

Tabela 2.1: Interpretarea orientativă a claselor de severitate folosite în clasificarea retinopatiei diabetice

Clasa	Grad de severitate	Semne vizuale urmărite în imagine
0	Fără retinopatie diabetică	Nu sunt observate leziuni specifice; imaginea poate fi considerată normală din punct de vedere al retinopatiei diabetice.
1	Retinopatie ușoară	Microanevrisme izolate, de obicei greu vizibile și ușor de confundat cu zgomot sau artefacte de achiziție.
2	Retinopatie moderată	Număr mai mare de leziuni, cu posibile hemoragii, exudate dure și modificări vasculare vizibile.
3	Retinopatie severă	Afectare vasculară extinsă, numeroase hemoragii și risc crescut de progresie către forma proliferativă.
4	Retinopatie proliferativă	Neovascularizație și risc major de complicații severe, precum hemoragie vitroasă sau dezlipire de retină.




Figura 2.2: Reprezentare grafică a diferențelor vizuale între o imagine de fund de ochi fără semne patologice și una cu retinopatie diabetică proliferativă [10]

Clasele 0 și 1 sunt de obicei cele mai subtile din punct de vedere vizual. Absența semnelor evidente într-o fotografie nu garantează absența completă a riscului, deoarece detectabilitatea leziunilor depinde de calitatea imaginii și de câmpul vizual acoperit. În același timp, retinopatia ușoară poate fi reprezentată doar de câteva microanevrisme, motiv pentru care confuziile între clasele 0, 1 și 2 sunt frecvente în modelele automate [1], [22].

Clasele 3 și 4 sunt asociate cu afectare vasculară mai evidentă și cu risc clinic mai ridicat. Imaginea devine, în general, mai evidentă din punct de vedere patologic, iar modelele automate tind să obțină performanțe mai bune pentru aceste stadii decât pentru cele incipiente. Totuși, identificarea corectă a claselor avansate este critică, deoarece subestimarea severității poate întârzia intervenția medicală. Într-un sistem de screening, o eroare de tip fals negativ pentru o formă proliferativă este mult mai gravă decât o confuzie între două clase adiacente [21].

În afara clasificării pe stadii, este importantă și natura leziunilor observabile. Cele mai importante semne patologice sunt:

- **Microanevrismele** – printre primele semne ale bolii, vizibile ca puncte roșii foarte mici.
- **Hemoragiile** – pot avea forme variate, de la punctiforme la pete mai extinse.
- **Exudatele dure** – regiuni galben-albicioase, bine delimitate, asociate cu scurgeri lipidice.
- **Exudatele moi** – pete vătămăte care indică zone de ischemie în stratul fibrelor nervoase.
- **Neovascularizația** – semn al trecerii către forma proliferativă.

Metodele automate pot aborda aceste semne fie prin clasificare globală a imaginii, fie prin segmentarea leziunilor, fie prin combinații multi-task, în care modelul învață simultan mai multe sarcini legate de severitate și localizare [24], [17], [23], [20], [3], [5].

2.4 Imagistica de fund de ochi ("fundus photography")

Fotografia de fund de ochi reprezintă una dintre cele mai utilizate metode de examinare imagistică a retinei. Aceasta permite captarea unei imagini color a suprafeței retiniene, incluzând discul optic, vasele sanguine, macula și eventualele leziuni patologice. Spre deosebire de metode mai complexe, precum angiografia cu fluoresceină sau tomografia în coerență optică, fotografia fundus este relativ rapidă, neinvazivă și potrivită pentru programe de "screening" la scară largă [1]. Din acest motiv, majoritatea seturilor de date utilizate în cercetarea privind detecția automată a retinopatiei diabetice se bazează pe astfel de imagini [7], [22].

În mod obișnuit, o imagine fundus este obținută cu o cameră specializată care iluminează retina și captează lumina reflectată prin pupilă. Achiziția poate fi realizată cu sau fără dilatarea pupilei, iar câmpul vizual poate varia în funcție de echipament. Imaginile pot avea rezoluții diferite, niveluri diferite de contrast și grade variabile de claritate. În plus, pot apărea artefacte precum reflexii luminoase, umbre, zone întunecate, margini circulare, praf pe lentilă sau defocalizare. Toate aceste elemente influențează atât evaluarea umană, cât și performanța algoritmilor de clasificare [22], [8].

Pentru analiza automată, imaginea fundus prezintă mai multe provocări. Prima este variația de iluminare. Unele imagini sunt supraexpuse, iar leziunile luminoase pot fi greu de distins de fundal. Altele sunt subexpuse, iar leziunile roșii sau vasele fine pot deveni slab vizibile. A doua provocare este variația cromatică: tonul general al retinei diferă între pacienți și între camere. A treia provocare este rezoluția foarte mare a imaginilor originale. Leziunile mici pot ocupa doar câțiva pixeli, iar redimensionarea agresivă poate elimina informație relevantă. În același timp, procesarea directă a imaginilor la rezoluție completă poate fi costisitoare computațional [1], [6].

Cele mai frecvente dificultăți întâlnite în imaginile de fund de ochi sunt:

- variații de iluminare și contrast între imagini;
- diferențe cromatice între pacienți și între camere de achiziție;
- rezoluții diferite și dimensiuni mari ale imaginilor originale;
- artefacte precum reflexii, blur, margini întunecate sau câmp vizual incomplet;
- dimensiunea foarte mică a unor leziuni, în special a microanevrismelor.

Preprocesarea imaginilor are rolul de a reduce aceste variații și de a oferi modelului date mai consistente. Etapele frecvente includ decuparea marginilor negre, redimensionarea la o dimensiune standard, normalizarea valorilor pixelilor, corectarea iluminării și aplicarea unor transformări de augmentare. În unele abordări, se utilizează metode pentru evidențierea vaselor sau pentru îmbunătățirea contrastului local. În altele, modelul primește imaginea aproape brută, iar rețeaua neuronală învață singură trăsăturile relevante. Alegerea depinde de dimensiunea setului de date, de arhitectura folosită și de obiectivul experimentului [17], [16], [7].

Într-un flux tipic de lucru, preprocesarea poate include:

- decuparea zonelor negre din jurul câmpului circular al imaginii;

- redimensionarea imaginilor la dimensiunea cerută de model;
- normalizarea intensităților pixelilor;
- corectarea parțială a iluminării neuniforme;
- augmentări precum rotații, flip-uri, modificări de luminozitate sau contrast.

Din punct de vedere practic, preprocesarea trebuie să păstreze leziunile fine, nu doar să uniformizeze aspectul general al imaginii. O redimensionare prea agresivă poate elimina microanevrismele, iar o corecție de contrast nepotrivită poate accentua artefactele. De aceea, etapele de preprocesare sunt alese în funcție de modelul folosit și de rezoluția minimă la care semnele patologice rămân vizibile.

Aceste observații sunt importante pentru proiectarea fluxului experimental: imaginile trebuie aduse la o formă comparabilă fără a elimina informația patologică fină. Diferența dintre abordările bazate pe trăsături proiectate manual și cele bazate pe învățare profundă este discutată în secțiunea următoare [24], [17], [18].

Un element important în folosirea imaginilor fundus pentru clasificare este raportul dintre informația globală și cea locală. O imagine poate conține semne patologice mici, dar decizia finală depinde și de distribuția acestora în câmpul retinian. Un model care analizează doar fragmente locale poate detecta leziuni, dar poate pierde contextul global. Un model care analizează imaginea întreagă poate învăța distribuția generală, dar poate rata detalii fine după redimensionare. Din acest motiv, literatura recentă explorează arhitecturi care combină informații la mai multe scări, ramuri multiple sau mecanisme de atenție [6], [5].

2.5 Diagnosticul clinic – procesul actual și limitările sale

Diagnosticul clinic al retinopatiei diabetice se bazează pe evaluarea imaginilor retiniene de către medici oftalmologi sau specialiști instruiți în screening. În cadrul unui flux standard, pacientului i se realizează una sau mai multe fotografii ale fundului de ochi, iar imaginile sunt analizate pentru identificarea leziunilor specifice. În funcție de severitate, pacientul poate fi încadrat într-o categorie de risc și poate primi recomandări pentru monitorizare, investigații suplimentare sau tratament. În programele de screening, scopul principal este identificarea pacienților care necesită evaluare medicală mai rapidă, înainte de apariția pierderii ireversibile de vedere [1], [21].

Procesul clinic are însă mai multe limitări [1], [22]:

- **Disponibilitatea specialiștilor:** Pe măsură ce numărul pacienților cu diabet crește, volumul imaginilor care trebuie evaluate devine tot mai mare.
- **Variabilitatea opiniei între observatori:** Doi specialiști pot evalua diferit aceeași imagine, mai ales în cazurile de graniță dintre clase.
- **Variabilitatea intra-observator:** Același specialist poate avea discrepanțe în decizie în funcție de oboseală, experiență sau calitatea imaginii.
- **Calitatea imaginilor:** Imaginile slab focalizate, întunecate sau parțial acoperite de artefacte sunt greu de interpretat.

În practică, problema calității imaginii rămâne deosebit de importantă. În unele cazuri, imaginea trebuie repetată, ceea ce crește timpul și costul examinării. În alte cazuri, imaginea poate fi evaluată cu incertitudine, ceea ce afectează consistența diagnosticului. Din acest motiv, unele sisteme moderne includ nu doar clasificarea retinopatiei, ci și estimarea calității imaginii, astfel încât imaginile neinterpretabile să fie semnalate separat [22].

Sistemele automate bazate pe inteligență artificială nu înlocuiesc medicul, dar pot funcționa ca instrumente de suport. Într-un scenariu de "screening", un algoritm poate analiza rapid un număr mare de imagini și poate prioritiza cazurile suspecte. De asemenea, poate oferi o a doua opinie sau poate reduce timpul necesar pentru trierea imaginilor fără semne evidente. Studiile moderne au demonstrat că modelele de învățare profundă pot atinge performanțe ridicate în detectarea retinopatiei diabetice pe imagini fundus [1], [21]. Totuși, integrarea clinică necesită validare riguroasă, interpretabilitate, robustețe la imagini din surse diferite și control al erorilor critice.

O dificultate specifică diagnosticului automat este faptul că nu toate erorile au aceeași importanță. În clasificarea multiclasă, o predicție greșită cu o clasă adiacentă poate fi tolerabilă în anumite contexte, dar o predicție care subestimează severitatea bolii poate întârzia tratamentul. De exemplu, clasificarea unei imagini severe ca fiind fără retinopatie este o eroare mult mai periculoasă decât clasificarea unei imagini moderate ca ușoare. Din acest motiv, evaluarea unui model nu trebuie să se bazeze exclusiv pe acuratețe globală, ci pe un set mai larg de metrici [21], [22]:

- **Sensibilitate** (*Sensitivity / Recall*) – exprimă proporția cazurilor patologice detectate corect de model. În context medical, această metrică este importantă deoarece un scor scăzut indică existența unor cazuri de boală ratate (*false negatives*), ceea ce poate afecta diagnosticul precoce.
- **Specificitate** (*Specificity*) – exprimă proporția cazurilor sănătoase identificate corect. O specificitate ridicată indică faptul că modelul produce puține alarme false și nu clasifică eronat pacienții sănătoși ca fiind bolnavi.
- **Scorul AUC** (*Area Under the ROC Curve*) – evaluează capacitatea modelului de a separa clasele pentru diferite praguri de decizie. Un scor AUC apropiat de 1 indică o separare foarte bună, iar un scor apropiat de 0.5 sugerează o performanță slabă, comparabilă cu alegerea aleatoare.
- **Matricea de confuzie** – oferă o reprezentare detaliată a relației dintre clasele reale și cele prezise. Aceasta permite identificarea tipurilor de erori produse de model și evidențierea claselor care sunt confundate frecvent.
- **Performanța pe fiecare clasă** – este necesară mai ales în cazul seturilor de date dezechilibrate. Prin raportarea valorilor de *precision*, *recall* și *F1-score* pentru fiecare clasă, se poate evalua dacă modelul funcționează bine doar pentru clasele majoritare sau și pentru cele rare, dar importante clinic.

2.6 Învățarea automată și învățarea profundă în analiza imaginilor medicale

Învățarea automată este un domeniu al inteligenței artificiale care urmărește dezvoltarea unor algoritmi capabili să învețe modele din date. În loc ca regulile să fie definite explicit de

programator, sistemul ajustează parametri interni pe baza unor exemple. În cazul clasificării imaginilor medicale, exemplele sunt imagini asociate cu etichete clinice, iar obiectivul modelului este să învețe o funcție care primește o imagine și produce o predicție. Pentru retinopatia diabetică, această predicție poate fi binară, de tipul retinopatie prezentă/absentă, sau multclasă, corespunzătoare severității bolii [1], [21].

Metodele clasice de învățare automată necesitau de obicei o etapă separată de extragere a trăsăturilor. În imaginile retiniene, aceste trăsături puteau include culoarea, textura, forma leziunilor, grosimea vaselor sau distribuția spațială a exudatelor. După extragerea trăsăturilor, un clasificator precum SVM, k-NN sau Random Forest putea fi antrenat pentru a lua decizia finală. Avantajul acestor metode este interpretabilitatea relativ mai mare a unor trăsături proiectate manual. Dezavantajul este dependența puternică de calitatea acestor trăsături și dificultatea de a acoperi toată aria și diversitatea imaginilor reale [24], [17], [16].

Într-o abordare clasică, "pipeline"-ul era de obicei împărțit în etape distincte:

- preprocesarea imaginii și corectarea iluminării;
- extragerea manuală a trăsăturilor relevante;
- selectarea sau reducerea dimensionalității trăsăturilor;
- antrenarea unui clasificator clasic;
- validarea rezultatului pe imagini nefolosite la antrenare.

Învățarea profundă schimbă această paradigmă prin folosirea unor rețele neuronale cu multe straturi, capabile să învețe reprezentări ierarhice [25]. Într-o rețea convoluțională, primele straturi învață filtre simple, precum muchii, contraste locale sau texturi. Straturile intermediare combină aceste filtre în forme mai complexe, iar straturile profunde pot reprezenta structuri relevante pentru sarcina finală. Această ierarhie este potrivită pentru imagini medicale, deoarece semnele patologice apar la scări diferite și în contexte anatomice variate [25], [18].

În procesul de antrenare supervizată, modelul primește perechi imagine-etichetă și produce o predicție. Diferența dintre predicție și eticheta reală este măsurată printr-o funcție de pierdere, iar parametrii rețelei sunt actualizați prin algoritmi de optimizare, de obicei pe baza propagării inverse a gradientului. Pentru clasificarea multclasă, se pot utiliza mai multe tipuri de funcții de pierdere, fiecare abordând problema dintr-o perspectivă diferită:

- **Cross-Entropy (CE)** – este funcția standard pentru problemele de clasificare multclasă. Aceasta măsoară divergența dintre distribuția de probabilitate prezisă de model și distribuția reală a etichetelor. Funcționează optim atunci când setul de date este echilibrat, dar poate favoriza clasele majoritare în scenariile dezechilibrate.
- **Weighted Cross-Entropy (WCE)** – reprezintă o extensie a funcției standard, introdusă pentru a combate dezechilibrul claselor. Prin asocierea unei ponderi mai mari erorilor provenite din clasele rare (minoritare), modelul este penalizat mai sever dacă greșește în aceste cazuri, asigurând o învățare echitabilă și performanțe superioare pentru clasele critice.

- **Focal Loss** – este o funcție avansată concepută special pentru a rezolva problema dezechilibrului extrem și a exemplor greu de separat. Aceasta modifică ecuația standard prin introducerea unui factor de modulare care reduce semnificativ contribuția exemplorlor clasificate ușor și forțează modelul să se concentreze prioritar pe exemplele dificile (*hard examples*) [26].

Dezechilibrul claselor este o problemă frecventă în retinopatia diabetică. În multe seturi de date, clasa fără retinopatie este mult mai numeroasă decât clasele severe. Dacă modelul este antrenat fără corecții, acesta poate obține acuratețe bună prin favorizarea clasei dominante, dar poate avea sensibilitate slabă pentru clasele rare. Din acest motiv, evaluarea trebuie să urmărească performanța pe fiecare clasă, nu doar media globală. Tehnicile de reechilibrare includ ponderarea funcției de pierdere, eșantionarea echilibrată, augmentare mai puternică a claselor minoritare sau folosirea unor metrici robuste la dezechilibru [26], [22].




Figura 2.3: Flux conceptual pentru clasificarea imaginilor de fund de ochi cu o rețea neuronală convoluțională

În analiza imaginilor medicale, o altă provocare este dimensiunea limitată a datelor adnotate. Obținerea etichetelor clinice necesită timp și expertiză, iar datele pot fi afectate de restricții etice și de confidențialitate. Una dintre soluțiile folosite frecvent pentru această problemă este transfer learning-ul, prezentat separat la finalul capitolului [2].

2.7 Rețele neuronale convoluționale

Rețelele neuronale convoluționale, cunoscute sub abrevierea CNN, reprezintă una dintre cele mai importante arhitecturi pentru analiza imaginilor. Ele sunt concepute pentru a exploata structura spațială a datelor vizuale. Spre deosebire de o rețea complet conectată, care ar trata fiecare pixel independent de poziția sa, o rețea convoluțională aplică filtre locale pe imagine și păstrează relațiile spațiale dintre pixeli. Această proprietate este esențială pentru imagini retiniene, deoarece semnele patologice sunt definite de configurații locale de culoare, formă și textură [18], [7].

Operația de convoluție constă în deplasarea unui filtru peste imagine și calcularea unui răspuns local. Fiecare filtru învață să detecteze un anumit tipar vizual. În primele straturi, filtrele pot detecta margini, pete sau contraste. În straturile mai profunde, combinațiile de filtre pot detecta structuri mai complexe, precum vase, exudate sau zone hemoragice. Parametrii filtrelor sunt învățați automat în timpul antrenării, ceea ce elimină necesitatea proiectării manuale a descriptorilor vizuali [25], [18].

Pe lângă straturile convoluționale, CNN-urile includ mai multe componente recurente, așa cum se poate observa și în figura 2.4:

- **funcții de activare**, care introduc neliniaritate și permit modelului să aproximeze relații complexe;
- **operații de pooling**, care reduc dimensiunea spațială a hărților de trăsături;
- **straturi de normalizare**, care pot stabiliza antrenarea și accelera convergența;
- **straturi complet conectate sau globale**, care transformă trăsăturile extrase într-o predicție finală;
- **strat softmax**, folosit frecvent pentru a obține probabilități pe clase în clasificarea mult-clasă.




Figura 2.4: Schema generală a unei rețele neuronale convoluționale [11]

Arhitecturile CNN moderne diferă prin adâncime, tipul blocurilor folosite și modul în care gestionează propagarea informației. Dintre acestea, câteva arhitecturi s-au remarcat în mod special în analiza imaginilor medicale:

- **ResNet (Residual Networks)** – introduce conexiuni reziduale (“skip connections”), care permit transmiterea directă a informației peste unul sau mai multe straturi [27]. Această inovație atenuează problema dispariției gradientului și previne degradarea performanței în rețelele foarte adânci, facilitând învățarea unor reprezentări vizuale complexe.




Figura 2.5: Schema unei arhitecturi ResNet50 [12]

- **Inception** – utilizează module care aplică simultan filtre convoluționale de dimensiuni diferite (ex. 1×1 , 3×3 , 5×5) pe aceeași intrare, capturând astfel informații la scări spațiale multiple [28]. Acest mecanism este crucial în retinopatia diabetică, unde patologia variază de la leziuni minuscule (microanevrisme punctiforme) la zone masive (exudate extinse sau hemoragii).




Figura 2.6: Schema unei arhitecturi Inception-v3 [13]

- **EfficientNet-B3** – face parte din familia EfficientNet, arhitecturi care folosesc o strategie de scalare compusă (*compound scaling*) pentru a crește simultan adâncimea, lățimea și rezoluția rețelei într-un mod echilibrat. Varianta B3 oferă un compromis între acuratețe și cost computațional, fiind potrivită pentru imagini medicale unde detaliile fine trebuie păstrate fără a crește excesiv complexitatea modelului. În contextul retinopatiei diabetice, această arhitectură poate ajuta la identificarea leziunilor subtile, precum microanevrismele sau exudatele mici, menținând în același timp capacitatea de a surprinde contextul global al imaginii fundus [29].




Figura 2.7: Schema unei arhitecturi EfficientNet-B3 [14]

- **Inception-ResNet** – reprezintă o arhitectură hibridă care combină eficiența de procesare multi-scală a modulelor Inception cu propagarea robustă a gradientului oferită de conexiunile reziduale. Această fuziune crește viteza de convergență și oferă o capacitate superioară de generalizare, aspect esențial pentru imaginile cu patologii retiniene complexe [2], [6].

Arhitectura Rețelei Inception Resnet V2




Figura 2.8: Schema unei arhitecturi Inception-ResNet-v2 [15]

În retinopatia diabetică, CNN-urile pot fi folosite în mai multe moduri:

- **clasificare globală**, în care modelul primește fotografia fundus și produce gradul de severitate;
- **detectie de leziuni**, în care modelul indică prezența unor semne patologice;
- **segmentare semantică**, în care modelul identifică regiunile afectate la nivel de pixel;
- **modele hibride sau multi-task**, care învață simultan clasificarea, localizarea și interpretarea leziunilor.

Segmentarea poate oferi informație mai detaliată și poate susține interpretabilitatea, dar necesită etichete "pixel-level", mai greu de obținut. Metodele hibride combină ramuri globale și locale pentru a integra contextul cu detaliile patologice [3], [5], [6].

Un aspect important al CNN-urilor este interpretabilitatea. Deși performanța lor poate fi ridicată, modelele profunde sunt adesea percepute ca sisteme de tip "cutie neagră". În medicină, această problemă este critică, deoarece deciziile trebuie să fie verificabile și explicabile. Tehnici precum hărțile de activare a claselor pot evidenția regiunile care au influențat predicția, oferind medicului o indicație vizuală asupra motivului pentru care modelul a ales o anumită clasă. Astfel de metode nu garantează corectitudinea deciziei, dar pot crește transparența și pot ajuta la detectarea cazurilor în care modelul se bazează pe artefacte sau regiuni irelevante [7].

2.8 Transfer learning și modele pre-antrenate

Transfer learning-ul este o tehnică prin care cunoștințele învățate într-o sarcină sunt reutilizate pentru o altă sarcină. În contextul imaginilor medicale, această tehnică este foarte importantă deoarece seturile de date adnotate sunt mai greu de obținut decât în domeniile generale ale vederii computerizate. Un model pre-antrenat pe milioane de imagini poate învăța

filtre generale pentru muchii, texturi, forme și compoziții vizuale. Chiar dacă imaginile naturale diferă de imaginile retiniene, primele straturi ale rețelei pot rămâne utile, iar straturile finale pot fi adaptate la clasificarea medicală [2], [25].

Există mai multe moduri de utilizare a transfer learning-ului:

- **Extractor de trăsături fix.** Straturile convoluționale sunt păstrate fixe, iar doar clasificatorul final este antrenat pe datele medicale.
- **Fine-tuning parțial.** Se ajustează doar ultimele blocuri ale rețelei, pentru a adapta reprezentările la imaginile retiniene.
- **Fine-tuning complet.** Toți parametrii modelului sunt actualizați, variantă utilă când există suficiente date și regularizare adecvată.

Fine-tuning-ul poate oferi performanțe mai bune, dar necesită atenție la rata de învățare, dimensiunea setului de date, regularizare și optimizatorul folosit, Adam fiind una dintre alegerile frecvente în antrenarea rețelelor profunde [2], [30].

În aplicații de retinopatie diabetică, arhitecturile pre-antrenate pot fi adaptate prin înlocuirea ultimului strat cu un clasificator pentru cele cinci clase de severitate și prin continuarea antrenării pe imaginile fundus disponibile [18], [2]. Detaliile arhitecturilor utilizate experimental sunt prezentate ulterior în metodologia propusă.

Transfer learning-ul nu elimină însă toate problemele. Dacă datele de antrenare sunt dezechilibrate sau conțin artefacte sistematice, modelul poate învăța corelații nedorite. De exemplu, dacă imaginile severe provin predominant de la o anumită cameră sau au o anumită rezoluție, modelul poate asocia caracteristicile tehnice cu boala. Această problemă este cunoscută ca bias de domeniu și afectează capacitatea de generalizare. Din acest motiv, este importantă evaluarea pe seturi de validare și testare reprezentative, precum și analiza erorilor prin matrice de confuzie și curbe ROC [8], [22].

În această lucrare, fundamentele prezentate în capitolul curent susțin partea experimentală ulterioară. Retinopatia diabetică este o problemă medicală cu impact ridicat, imaginile de fund de ochi oferă suportul vizual pentru screening automat, iar rețelele convoluționale permit învățarea directă a trăsăturilor relevante. Transfer learning-ul facilitează adaptarea arhitecturilor moderne la date medicale, iar metricile de evaluare permit compararea configurațiilor de antrenare. Împreună, aceste elemente definesc cadrul teoretic necesar pentru metodologia propusă și pentru interpretarea rezultatelor experimentale.

Capitolul 3

Stadiul actual al cercetării

3.1 Analiza seturilor de date disponibile

Performanța și capacitatea de generalizare a modelelor de învățare profundă sunt intrinsec dependente de calitatea, volumul și diversitatea datelor utilizate în procesul de antrenare. În contextul oftalmologiei computaționale, disponibilitatea bazelor de date publice a permis tranziția de la metodele clasice de procesare a imaginii la arhitecturi neuronale complexe, oferind un teren comun pentru evaluarea obiectivă a algoritmilor.

- **Seturi de referință pentru clasificarea globală (“Grading”)**

- **EyePACS** (Kaggle Diabetic Retinopathy Detection) [1], [7] rămâne cea mai vastă resursă publică disponibilă, conținând aproximativ 88.702 de imagini. Importanța sa constă în caracterul eterogen al imaginilor (variații de expunere, focalizare, artefacte), fiind critic pentru antrenarea unor rețele backbone robuste capabile să gestioneze fenomenul de “domain shift” [8] și să generalizeze pe imagini de calitate slabă
- **APTOS 2019 Blindness Detection** [7] reprezintă standardul modern de calitate. Colectat de Aravind Eye Hospital, acest set de 3.662 de imagini este utilizat frecvent în literatura recentă pentru “fine-tuning”, oferind o vizibilitate superioară a detaliilor retiniene comparativ cu seturile mai vechi
- **MESSIDOR-2** [7] este considerat în prezent „Benchmark-ul de Aur” pentru testarea algoritmilor. Extinzând setul original Messidor la 1.748 de imagini, acesta se distinge prin consistența diagnostică și este utilizat ca domeniu țintă (Target Domain) în studiile de adaptare [8] și pentru validarea sistemelor explicabile (XAI) [7], oferind o metrică fidelă a performanței reale pe date curate.
- **DeepDRiD** [22] aduce o inovație necesară prin structurarea celor 2.000 de imagini în perechi binoculare și includerea notelor de calitate, simulând fluxul de triaj clinic.
- **UoA-DR** [7] este o resursă istorică (200 imagini), utilizată complementar în studiile comparative pentru a asigura diversitatea demografică a validării.

- **Seturi specializate pentru segmentarea leziunilor și analiza detaliată**

- **IDRiD** [7] este setul critic pentru sarcinile de segmentare semantică fină [5]. Pentru 81 dintre imagini, experții au trasat manual măști binare la nivel de pixel, făcându-l indispensabil pentru antrenarea arhitecturilor complexe de tip Transformer și pentru validarea localizării leziunilor în sistemele end-to-end [7].
- **DDR** [21] a revoluționat segmentarea pe scară largă, oferind 13.673 de imagini. Este esențial pentru antrenarea rețelelor adânci de segmentare (precum RTNet) fără a risca “overfitting-ul”, oferind adnotări “pixel-wise” pentru leziuni multiple [5].

- **E-Ophtha** [7] este o bază de date vitală pentru reducerea alarmelor false în metodele de detecție a exudatelor [17]. Valoarea sa unică constă în includerea imaginilor cu patologii non-diabetice care pot fi confundate cu DR
- **DiaRetDB1** [7] este standardul istoric pentru calibrarea sensibilității la leziuni roșii (microanevrisme) în lucrările de detecție automată [24]. Complementar, HEI-MED [23] oferă 169 de imagini focalizate exclusiv pe segmentarea zonelor de Edem Macular Diabetic.




Figura 3.1: Exemple de imagini ale fundului de ochi în seturile de date DIARETDB0 și DIARETDB1 [7]

• Seturi standard pentru preprocesarea vasculară

- **DRIVE** [16] și **STARE** [7] sunt pilonii etapei de preprocesare. Deși conțin un număr redus de imagini, ele sunt utilizate obligatoriu pentru validarea algoritmilor de segmentare a vaselor de sânge, cum ar fi arhitecturile U-Net modificate [4] sau metodele clasice de extragere a trăsăturilor [24].

Tabelul de mai jos sintetizează caracteristicile tehnice esențiale ale seturilor de date analizate, evidențiind diferențele de volum, rezoluție și tipul de adnotare disponibil, elemente care dictează utilizarea lor în diversele etape ale proiectului.

Tabela 3.1: Tabel comparativ între seturile de date disponibile

Set de date	Număr imagini (total)	Rezoluție tipică (px)	Tip adnotare	Utilizare principală
EyePACS	88.702	Variabilă, până la 4000+	Globală, clase 0–4	Antrenare backbone și generalizare
DDR	13.673	Variabilă	Pixel-wise, măști și bounding box	Segmentare la scară largă
APTOS 2019	3.662	Înaltă, standardizată	Globală, clase 0–4	Fine-tuning și validare
DeepDRiD	2.000	512×512, reconstruit	Globală, calitate și binocular	Analiza calității imaginii
MESSIDOR-2	1.748	1440×960 – 2240×1488	Globală și edem	Benchmark și testare
IDRiD	516	4288×2848	Pixel-wise pentru 81 imagini și globală	Segmentare semantică fină
E-Ophtha	381 EX / 381 MA	Variabilă, medie/mare	Contur leziuni EX/MA	Reducerea alarmelor false pozitive
UoA-DR	~200	Variabilă	Globală, clase 0–4	Validare încrucișată
HEI-MED	169	2196×1958	Măști edem	Detecție edem macular
DiaRetDB1	89	1500×1152	Coordonate punctuale	Calibrare microanevrisme
DRIVE	40	565×584	Măști vase binare	Preprocesare și segmentare vase de sânge
STARE	20	700×605	Măști vase binare	Preprocesare și segmentare vase de sânge

3.2 Metoda bazată pe arhitectura Inception-V3 [1]

Studiul realizat de Gulshan et al. [1] este considerat un reper major în literatura de specialitate, marcând una dintre primele validări clinice ale utilizării rețelelor neuronale convoluționale pentru screening-ul automat al retinopatiei diabetice. Lucrarea demonstrează că un sistem de deep learning poate atinge și chiar depăși performanța medie a medicilor oftalmologi în detectarea retinopatiei diabetice, contribuind decisiv la acceptarea inteligenței artificiale în aplicații medicale reale [1].

Arhitectura utilizată este Inception-v3, o rețea convoluțională profundă caracterizată prin utilizarea modulelor Inception, care combină în paralel convoluții de dimensiuni diferite (1×1, 3×3, 5×5) și operații de pooling. Această strategie permite captarea informațiilor la multiple scări spațiale și reduce costul computațional prin utilizarea convoluțiilor 1×1 pentru diminuarea dimensionalității. Datorită acestei structuri, modelul este capabil să învețe reprezentări vizuale complexe, esențiale pentru identificarea leziunilor subtile specifice retinopatiei diabetice.

Modelul a fost antrenat pe un set de date extins, alcătuit din peste 128.000 de imagini fundus color, etichetate independent de mai mulți medici oftalmologi certificați în 2015. Utilizarea consensului între experți a contribuit la reducerea subiectivității etichetelor și la creșterea fiabilității procesului de antrenare. Sarcina principală a rețelei a fost clasificarea imaginilor în funcție de prezența sau absența retinopatiei diabetice referabile, conform standardelor clinice acceptate internațional [1].

Preprocesarea imaginilor a inclus decuparea automată a regiunii retiniene, redimensionarea la o rezoluție compatibilă cu Inception-v3 și normalizarea intensității pixelilor. În plus, au

fost aplicate tehnici extensive de augmentare a datelor, precum rotații, translații și ajustări de luminozitate și contrast, pentru a îmbunătăți generalizarea și a reduce supraînvățarea [1] [2].

Evaluarea performanței a fost realizată pe seturile de date EyePACS-1 și Messidor-2 [7], unde modelul a obținut o arie sub curba ROC (AUC) de aproximativ 0.99 pentru detectarea retinopatiei diabetice referabile, cu valori ridicate de sensibilitate, comparabile cu performanța medicilor oftalmologi experimentați [1] [18].

3.3 “Transfer Learning” pentru diagnosticul retinopatiei diabetice [2]

Lucrarea propusă de Jabbar et al. [2] abordează problema diagnosticului automat al retinopatiei diabetice dintr-o perspectivă practică, concentrându-se pe utilizarea tehnicilor de “transfer learning” pentru a compensa limitările impuse de dimensiunea redusă a seturilor de date medicale etichetate. Studiul evidențiază faptul că modelele CNN pre-antrenate pe seturi de date generale de mari dimensiuni, precum ImageNet, pot fi adaptate eficient pentru analiza imaginilor fundus, obținând performanțe competitive cu un cost de antrenare semnificativ redus [2].

Autorii investighează mai multe arhitecturi consacrate de rețele neuronale convoluționale, printre care VGG16, VGG19, ResNet50, Inception-v3 și DenseNet, utilizate ca extractoare de caracteristici. Strategia de transfer learning constă în inițializarea rețelelor cu ponderi pre-antrenate, urmată de ajustarea straturilor superioare pentru sarcina specifică de clasificare a retinopatiei diabetice. În unele experimente, straturile convoluționale inferioare sunt înghețate pentru a preveni supraînvățarea, în timp ce în altele este aplicat “fine-tuning” progresiv pentru a îmbunătăți adaptarea la domeniul imagisticii medicale. Una din abordările propuse poate fi observată în figura următoare.




Figura 3.2: Framework propus pentru detectarea și clasificarea retinopatiei diabetice [2]

Seturile de date utilizate includ imagini fundus publice din Kaggle EyePACS [7], preprocesate prin redimensionare, normalizare și augmentare extensivă a datelor. Tehnicile de augmentare, precum rotațiile, flip-urile orizontale și ajustările de luminosități, joacă un rol central în creșterea diversității artificiale a datelor și în îmbunătățirea capacității de generalizare a modelelor. Această etapă este esențială în contextul “transfer learning-ului”, unde diferențele de distribuție dintre datele naturale și imaginile medicale pot afecta performanța rețelelor [2].

Evaluarea performanței este realizată folosind metrici standard, precum acuratețea, sensibilitatea, specificitatea și scorul F1, permițând o comparație riguroasă între diferitele arhitecturi analizate. Rezultatele experimentale indică faptul că modelele bazate pe DenseNet și ResNet obțin performanțe superioare față de arhitecturile mai vechi, confirmând avantajele reutilizării caracteristicilor vizuale generale în sarcini medicale specializate. Studiul subliniază că transfer learning-ul reprezintă o soluție viabilă și eficientă pentru implementarea rapidă a sistemelor automate de screening în contexte cu resurse limitate [2].

3.4 “Multi-task Learning” pentru gradarea retinopatiei diabetice [3]

Lucrarea propusă de Wang et al. [3] introduce o abordare de tip “deep multi-task learning” pentru gradarea automată a retinopatiei diabetice, având ca obiectiv principal exploatarea relației clinice dintre severitatea bolii și prezența leziunilor retiniene specifice. Spre deosebire de metodele clasice de clasificare “single-task”, autorii demonstrează că învățarea simultană a mai multor sarcini corelate clinic conduce la reprezentări vizuale mai discriminative și la performanțe superioare în sarcina principală de gradare [3].

Arhitectura propusă este alcătuită dintr-un backbone convoluțional comun, bazat pe o rețea CNN profundă (ResNet18), utilizat pentru extracția caracteristicilor globale din imaginile fundus. Peste acest extractor comun sunt construite mai multe ramuri specializate (task-specific branches), fiecare corespunzătoare unei sarcini distincte. Sarcina principală constă în clasificarea severității retinopatiei diabetice în mai multe stadii, în timp ce sarcinile auxiliare vizează detectarea prezenței diferitelor tipuri de leziuni, precum microanevrismele, exudatele dure, exudatele moi și hemoragiile, considerate “markeri” clinici relevanți ai progresiei bolii [3].

Un element central al arhitecturii îl reprezintă mecanismul de partajare controlată a caracteristicilor între sarcini. În locul unei separări rigide între ramuri, modelul permite propagarea informației relevante între sarcina de gradare și cele de detecție a leziunilor, încurajând învățarea unor reprezentări comune sensibile la semnalele patologice fine. Funcția de pierdere globală este definită ca o combinație ponderată a pierderilor individuale asociate fiecărei sarcini:

$$L_{isr} = \lambda_{img} \cdot L_{img_isr} + \lambda_{tv} \cdot L_{tv_isr} + \lambda_{sa} \cdot L_{seg-aware} + \lambda_{ca} \cdot L_{cls-aware}$$

,unde λ_{img} , λ_{tv} , λ_{sa} și λ_{ca} sunt hiperparametri care controlează contribuția pierderilor “intra-task”, “segmentation-aware” și “classification-aware”. Această formulare permite echilibrarea influenței fiecărei sarcini și stabilizează procesul de optimizare [3].

Modelul este antrenat și evaluat pe seturi de date publice de imagini fundus etichetate (DDR [21] și EyePACS [7]) atât cu stadiul retinopatiei diabetice, cât și cu adnotări la nivel de imagine privind prezența leziunilor. Imaginile sunt supuse unor etape standard de preprocesare, incluzând decuparea regiunii retiniene, redimensionarea și augmentarea datelor, pentru a reduce variațiile de iluminare și pentru a îmbunătăți capacitatea de generalizare. Prin includerea sarcinilor auxiliare, modelul beneficiază de un efect de regularizare implicită, reducând riscul

de supraînvăţare, aspect observat şi în lucrările anterioare bazate pe CNN-uri “single-task” [1], [18].

Rezultatele experimentale raportate în articol indică îmbunătăţiri consistente ale performanţei faţă de modelele “single-task”, atât în termeni de acurateţe, cât şi de scor F1 pentru sarcina de gradare a retinopatiei diabetice. În plus, autorii evidenţiază o creştere a stabilităţii predicţiilor şi o sensibilitate mai bună la stadiile intermediare ale bolii, considerate dificil de clasificat. Aceste rezultate confirmă faptul că integrarea informaţiilor despre leziuni în procesul de antrenare contribuie direct la o evaluare mai precisă a severităţii retinopatiei diabetice şi validează eficienţa paradigmei “multi-task learning” în context clinic [3].

3.5 Analiza arhitecturii “Modified U-Net” pentru segmentarea semantică [4]

Segmentarea semantică a structurilor retiniene, în special a reţelei vasculare şi a leziunilor asociate retinopatiei diabetice, reprezintă o etapă critică în diagnosticarea automată, deoarece modificările morfologice ale vaselor de sânge sunt adesea primii indicatori ai bolii. Deşi arhitectura UNet, introdusă iniţial de Ronneberger et al. [31] pentru segmentarea biomedicală, a devenit standardul de aur în domeniu datorită structurii sale simetrice de tip “encoder-decoder”, aceasta prezintă limitări în detectarea vaselor capilare foarte fine, pierzând informaţii spaţiale esenţiale în procesul de subeşantionare.

În studiul “Modified U-Net architecture for semantic segmentation of diabetic retinopathy images”, Sambyal et al [4]. propun o optimizare arhitecturală semnificativă pentru a contracara aceste deficienţe. Modelul propus, denumit Modified U-Net, păstrează structura în formă de „U” a reţelei originale, dar inovează fundamental la nivelul blocurilor de procesare.

Autorii au înlocuit blocurile convoluţionale standard cu blocuri reziduale (residual blocks), inspirate din arhitecturile de tip ResNet. Această modificare este crucială din punct de vedere tehnic: în reţelele adânci, apare frecvent problema dispariţiei gradientului (vanishing gradient), ceea ce face antrenarea dificilă şi duce la pierderea detaliilor fine. Prin introducerea conexiunilor reziduale (“skip connections” la nivel de bloc), informaţia originală este propagată mai eficient prin straturi, permiţând reţelei să înveţe caracteristici complexe fără a degrada performanţa pe detaliile de fineţe, precum microanevrismele sau vasele subţiri. Aceste detalii se pot observa şi în figura următoare.

Importanţa acestei abordări constă în capacitatea de generalizare comparativ cu metodele clasice de procesare a imaginii, precum cele bazate pe “clustering fuzzy” propuse anterior de Sopharak et al. [17]. În timp ce metodele de tip “clustering” sunt sensibile la zgomot şi la variaţiile de iluminare (frecvente în imaginile de fund de ochi), arhitectura Modified U-Net demonstrează o robusteţe sporită prin învăţarea contextuală a trăsăturilor

Pentru validarea performanţei, metoda a fost testată pe seturile de date publice standardizate DRIVE [16] şi STARE [7], recunoscute pentru dificultatea lor în segmentarea vaselor.

Rezultatele experimentale raportate de Sambyal et al. [4] au indicat o îmbunătăţire clară faţă de U-Net-ul standard. Pe setul de date DRIVE, autorii au obţinut o acurateţe maximă de 96.94 sub curba ROC (AUC) de 0.98, valori care plasează metoda în topul soluţiilor de segmentare. Mai mult, analiza vizuală a rezultatelor arată o continuitate mult mai bună a vaselor de sânge segmentate şi o reducere a alarmelor false în zonele cu patologii, demonstrând că integrarea învăţării reziduale în arhitectura de segmentare este o direcţie esenţială pentru analiza detaliată a retinopatiei diabetice.




Figura 3.3: Arhitectura U-net modificată [4]

3.6 Tranziția către arhitecturi globale: RTNet (Relation Transformer Network) [5]

Dacă modelele bazate pe U-Net, precum cel discutat anterior [4], excelează în capturarea detaliilor locale, ele suferă totuși de o limitare inerentă a rețelelor convoluționale: incapacitatea de a modela dependențe la distanță mare (long-range dependencies). În patologia retiniană, leziunile nu apar izolat; există adesea o corelație spațială între poziția vaselor de sânge și apariția microanevrismelor sau a exudatelor. Pentru a adresa această lipsă de „context global”, Huang et al. [5] au propus în 2022 o schimbare de paradigmă prin introducerea RTNet (Relation Transformer Network), o arhitectură care marchează trecerea către mecanisme de atenție.

Inovația centrală a RTNet constă în înlocuirea parțială a operațiilor convoluționale standard cu blocuri de tip “Transformer”, denumite Relation Transformer Blocks (RTB). Spre deosebire de CNN-uri care „văd” doar o fereastră mică de pixeli la un moment dat, RTB-ul utilizează două mecanisme de atenție complementare:

1. “Self-Attention” (Atenție proprie): Permite modelului să înțeleagă relațiile dintre leziunile dispersate pe toată suprafața retinei (de exemplu, grupuri de exudate dure care semnalează o zonă de edem).
2. “Cross-Attention” (Atenție încrucișată): Autorii au observat că leziunile vasculare sunt strâns legate de structura vaselor de sânge. Astfel, mecanismul de “cross-attention” folosește harta vaselor de sânge ca un „ghid” pentru a localiza mai precis leziunile fine, transferând informație structurală dinspre ramura vasculară către ramura de detectare a leziunilor.

Pentru validare, metoda a fost testată pe seturile de date IDRiD [7] și DDR [21], care conțin adnotări la nivel de pixel pentru multiple tipuri de leziuni. Rezultatele cantitative au demonstrat că RTNet depășește metodele existente anterioare (inclusiv diverse variante de U-Net și DeepLab), obținând cele mai bune scoruri de segmentare pentru Exudate (EX), Microanevrisme (MA) și Exudate Moi (SE).

Deși inovația teoretică a arhitecturii RTNet (Relation Transformer Network) propusă de Huang et al. [5] este evidentă prin integrarea mecanismelor de atenție, validarea practică a acesteia necesită o demonstrație riguroasă a faptului că fiecare modul propus contribuie activ la îmbunătățirea segmentării. În acest sens, autorii au realizat un studiu extensiv de ablație (ablation study), analizând impactul incremental al componentelor arhitecturale asupra capacității de învățare și generalizare a rețelei.

Această analiză comparativă este sintetizată în graficele de performanță care monitorizează evoluția funcției de pierdere (Loss) și curbele Precision-Recall (PR) pentru cele patru tipuri principale de leziuni asociate retinopatiei diabetice: microanevrisme (MA), exudate (EX), hemoragii (HE) și exudate moi (SE).

Comparatia pornește de la un model “Baseline” (o rețea convoluțională standard de tip U-Net fără mecanisme de atenție) și adaugă progresiv componentele specifice RTNet, regasite în figura de mai jos:

1. GTB (Global Transformer Block): Adăugarea capacității de procesare globală.
2. SAH (Self-Attention Head): Introducerea atenției proprii pentru corelarea leziunilor similare.
3. RAH (Relation Attention Head / Cross-Attention): Modulul critic care leagă leziunile de structura vaselor de sânge.
4. RTB (Relation Transformer Block): Arhitectura completă propusă.




Figura 3.4: Curbele de Loss (stânga) și curbele Precision-Recall (dreapta) pentru studiile de ablație asupra celor patru leziuni DR. [5]

Lucrarea lui Huang et al. [5] validează ipoteza că integrarea informației globale prin Transformere este pasul necesar pentru a depăși plafonul de performanță atins de rețelele convoluționale pure în segmentarea medicală complexă.

3.7 Arhitectura “Dual Branch” [6]

Deși progresele în segmentarea semantică, ilustrate prin metodele bazate pe U-Net [4] sau pe Transformers [5], au permis o delimitare precisă a leziunilor, translatarea acestor detalii într-un diagnostic global (grading) rămâne o provocare majoră din cauza naturii subtile a diferențelor dintre stadiile retinopatiei diabetice. Rețelele convoluționale standard utilizate în studiile fundamentale, precum cel al lui Gulshan et al. [1], tind să piardă detaliile fine, cum ar fi microanevrismele incipiente, în procesul de redimensionare a imaginii necesar pentru analiza globală. Pentru a depăși acest compromis inerent între contextul vizual și rezoluția detaliilor, Shakibania et al. [6] au propus o arhitectură inovatoare de tip “Dual Branch Deep Learning Network”, care restructurează procesul de învățare prin decuplarea extragerii trăsăturilor în două fluxuri paralele distincte.

Conceptul central al acestei abordări constă în imitarea procesului cognitiv uman de diagnosticare, procesând imaginea simultan pe o „ramură globală” și o „ramură locală”. Ramura globală analizează imaginea completă a fundului de ochi pentru a captura structura generală a vaselor și geometria retinei, o strategie similară cu metodele clasice de “Transfer Learning” [2]. În paralel, ramura locală operează pe decupaje de înaltă rezoluție, fiind specializată în identificarea leziunilor microscopice care ar fi invizibile pentru rețeaua globală. Elementul de noutate adus de această lucrare față de abordările “multi-task” anterioare [3], este mecanismul de fuziune a celor două fluxuri, care utilizează tehnici de atenție pentru a pondera importanța trăsăturilor locale în decizia finală, asigurând că un detaliu critic nu este ignorat în favoarea unei imagini de ansamblu aparent sănătoase.

Eficiența acestei arhitecturi hibride este validată prin rezultatele experimentale obținute pe seturile de date standard, unde modelul “Dual Branch” a demonstrat o superioritate clară în clasificarea stadiilor intermediare ale bolii (ușor și moderat). Analiza performanței indică faptul că integrarea informației locale crește semnificativ sensibilitatea modelului și reduce confuzia între clasele adiacente, oferind o robustețe superioară la variațiile de calitate a imaginii comparativ cu arhitecturile “singlestream”. Astfel, lucrarea confirmă faptul că performanța actuală în 2024 nu derivă doar din adâncimea rețelei, ci din capacitatea arhitecturală de a reuni viziunea macroscopică cu cea microscopică într-un diagnostic coerent.

3.8 Abordarea “Explainable AI” [7]

În timp ce arhitecturile precum “Dual Branch Network” [6] sau Transformer-ele relaționale [5] au reușit să împingă limitele acurateței și ale segmentării fine, integrarea acestor sisteme în fluxul clinic real se lovește de o barieră fundamentală: lipsa de încredere a medicilor în algoritmi de tip „black-box”. Validarea clinică inițiată de Gulshan et al. [1] a demonstrat potențialul diagnostic, însă pentru ca un sistem de inteligență artificială să fie acceptat ca asistent de încredere, acesta trebuie să își poată justifica deciziile. În acest context, lucrarea publicată de Chetoui și Akhloufi [7], reprezintă un pilon esențial al stadiului actual al cunoașterii, adresând simultan două probleme critice: interpretabilitatea (Explainable AI - XAI) și robustețea pe seturi de date eterogene.

Metodologia propusă de autori se bazează pe o arhitectură de tip CNN modificată (utilizând backbone-uri precum DenseNet121 sau ResNet50), în care straturile clasice complet conectate sunt înlocuite cu Global Average Pooling (GAP). Această modificare tehnică permite generarea Hărților de Activare a Claselor (CAM), oferind medicului o confirmare vizuală a regiunilor patologice care au determinat diagnosticul.

Relevanța clinică a acestei abordări extensive este evidențiată în rezultatele vizuale, unde

hărțile de saliență generate de algoritm se suprapun cu precizie peste semnele patologice reale, indiferent de setul de date din care provine imaginea. Zonele marcate cu roșu intens pe hărțile CAM corespund anatomic cu microanevrismele și exudatele, confirmând că rețeaua neuronală a învățat trăsăturile intrinseci ale bolii și nu caracteristicile specifice ale camerei foto (bias-ul echipamentului). Prin urmare, modelul propus [7] validează faptul că un sistem trebuie să fie nu doar precis, ci și independent de sursa datelor și transparent în decizii.

3.9 Generalizarea în scenarii reale: “Multi-Model Domain Adaptation” [8]

Ultima frontieră în dezvoltarea sistemelor de diagnostic asistat de calculator (CAD) pentru retinopatia diabetică nu mai este legată strict de acuratețea obținută pe un singur set de date de antrenament, ci de capacitatea algoritmului de a funcționa corect într-un mediu clinic eterogen. În realitate, imaginile de fund de ochi variază drastic în funcție de modelul camerei, setările de iluminare, etnia pacientului sau protocolul de achiziție, fenomen cunoscut sub numele de “domain shift”. Modelele antrenate pe un „domeniu sursă” (de exemplu, imagini de înaltă calitate de la EyePACS [7]) tind să aibă performanțe scăzute atunci când sunt aplicate pe un „domeniu țintă” (imagini clinice noi, cu caracteristici vizuale diferite), ceea ce limitează sever aplicabilitatea lor universală.

Pentru a soluționa această problemă critică de implementare, Zhang et al. [8] au propus în 2022 o metodă inovatoare denumită “Multi-Model Domain Adaptation” (MMDA). Spre deosebire de abordările anterioare care încearcă să alinieze domeniile folosind un singur model, autorii introduc o arhitectură complexă bazată pe o rețea siameză, utilizând două modele distincte pentru a extrage trăsături complementare și pentru a crește robustețea deciziei.

Inovația tehnică centrală a lucrării constă în integrarea simultană a trei mecanisme de optimizare care lucrează concertat pentru a forța modelul să ignore diferențele stilistice dintre seturile de date și să se concentreze exclusiv pe patologie. Astfel, arhitectura combină o pierdere de clasificare pentru a asigura acuratețea diagnostică pe domeniul sursă etichetat, cu o pierdere de discrepanță care maximizează diferența dintre predicțiile celor două clasificatoare pe domeniul țintă pentru a detecta exemplele aflate la granița de decizie. În plus, se utilizează o pierdere de adaptare adversarială care, prin intermediul unui discriminator, minimizează distanța dintre distribuția trăsăturilor din sursă și cea din țintă, făcând ca imaginile provenite din spitale diferite să fie reprezentate similar de către rețeaua neuronală.

Validarea experimentală a metodei a fost realizată folosind setul de date EyePACS [7] ca domeniu sursă și Messidor-2 [7] ca domeniu țintă, simulând un scenariu realist de transfer tehnologic de la imagini de screening la imagini clinice de referință. Rezultatele au demonstrat că abordarea MMDA depășește semnificativ metodele standard de antrenare și alte tehnici de adaptare cunoscute, obținând o îmbunătățire substanțială a metricilor de performanță pe domeniul țintă fără a necesita etichete pentru acesta. Această lucrare încheie logic analiza stadiului actual al cunoașterii, subliniind faptul că un sistem complet nu trebuie doar să segmenteze leziuni fine sau să fie explicabil, ci trebuie să fie capabil să iasă din mediul controlat al laboratorului și să ofere o performanță robustă și generalizabilă în diversele condiții întâlnite în practica medicală globală.

3.10 Concluzii

Analiza literaturii de specialitate relevă faptul că detectarea automată a retinopatiei diabetice a depășit stadiul de experiment teoretic, devenind o direcție de cercetare matură, cu rezultate clinice valide. Totuși, problema rămâne una de o complexitate ridicată, care depășește simpla clasificare a imaginilor. Dificultatea majoră nu constă doar în volumul masiv de date necesar, ci în subtilitatea semnelor patologice incipiente, precum microanevrismele, care pot ocupa doar câțiva pixeli dintr-o imagine de înaltă rezoluție, fiind ușor de confundat cu artefactele sau zgomotul de fond. Această granularitate fină impune algoritmilor o capacitate de discriminare vizuală care, în anumite scenarii limită, trebuie să depășească acuitatea ochiului uman.

În ciuda acestor obstacole, soluțiile algoritmice existente demonstrează o evoluție remarcabilă. Trecerea de la rețelele convoluționale standard la arhitecturi sofisticate, capabile să integreze informația globală cu cea locală prin mecanisme de tip “dual-branch” [6], a permis o creștere semnificativă a sensibilității în detectarea stadiilor intermediare ale bolii. Mai mult, rezultatele obținute prin tehnici de adaptare la domeniu [8] sugerează că bariera variabilității echipamentelor medicale începe să fie depășită, deschizând calea pentru sisteme robuste, capabile să funcționeze corect indiferent de spitalul în care sunt implementate.

Un alt aspect promițător este schimbarea de paradigmă de la modelele de tip „cutie neagră” la sistemele explicabile (Explainable AI). Așa cum evidențiază studiile recente [7], capacitatea modelelor de a genera hărți de activare precise transformă inteligența artificială dintr-un simplu clasificator statistic într-un partener transparent pentru medic, facilitând validarea rapidă a deciziei. Deși provocările legate de dezechilibrul claselor și de generalizarea pe populații diverse persistă, performanțele atinse de metodele actuale, validate pe seturi de date riguroase precum MESSIDOR-2 [7], confirmă potențialul acestor tehnologii de a eficientiza screening-ul în masă și de a preveni orbirea la scară globală.

Capitolul 4

Seturi de date și construirea dataset-urilor experimentale

4.1 Rolul seturilor de date în lucrare

Clasificarea automată a retinopatiei diabetice depinde puternic de calitatea imaginilor, de distribuția claselor și de modul în care datele sunt separate înainte de antrenare. În literatură, diferențele dintre seturi precum EyePACS, APTOS, DDR, IDRiD sau Messidor sunt discutate frecvent în raport cu robustețea modelelor și cu problema schimbării domeniului vizual (*domain shift*) [1], [8], [7], [22], [21]. Din acest motiv, în această lucrare seturile de date nu au fost tratate ca simple directoare de imagini, ci ca o componentă de metodologie centrală a sistemului.

O parte importantă a lucrării a constatat în construirea, curățarea și verificarea mai multor variante de seturi de date. Imaginile au fost reorganizate local, filtrate, împărțite în subseturi, augmentate și preprocesate prin fluxuri reproductibile. Acest efort a fost necesar deoarece rezultate aparent foarte bune pot fi obținute artificial atunci când imagini derivate din aceeași sursă ajung simultan în antrenare și în validare sau testare. În consecință, capitolul prezintă nu doar sursele de date, ci și munca practică realizată pentru a transforma aceste surse în seturi experimentale controlate.

Pașii urmăriți în construirea dataset-urilor au fost:

- identificarea și descărcarea surselor publice relevante pentru clasificarea retinopatiei diabetice;
- verificarea structurii inițiale a fiecărui set și numărarea imaginilor pe clase;
- reorganizarea imaginilor într-un format comun `train/val/test`, fiecare subset fiind împărțit în clasele 0-4;
- curățarea imaginilor invalide, foarte neclare sau fără regiune retiniană detectabilă;
- aplicarea augmentărilor doar pe subsetul de antrenare;
- generarea variantelor preprocesate prin metoda Ben Graham și, pentru sistemul final, prin CLAHE;
- verificarea riscului de *data leakage*, mai ales în seturile care conțin augmentări preexistente.

Au fost folosite mai multe surse de date: EyePACS, APTOS 2019, `Diabetic.Balanced.Data` și `Diabetic.Balanced.Aug`. Modelul principal al lucrării este construit pe EyePACS, într-un pipeline local CUDA, iar celelalte seturi au fost folosite pentru experimente preliminare, comparații între arhitecturi și analiza robustă a protocolului de evaluare. Toate variantele finale au fost aduse, pe cât posibil, la o structură comună de tip:

```
dataset/
  train/0  train/1  train/2  train/3  train/4
  val/0    val/1    val/2    val/3    val/4
  test/0   test/1   test/2   test/3   test/4
```

Clasele numerice corespund celor cinci niveluri clinice ale retinopatiei diabetice: clasa 0 reprezintă absența bolii, clasa 1 forma ușoară, clasa 2 forma moderată, clasa 3 forma severă, iar clasa 4 forma proliferativă.

4.2 Sursele de date utilizate

Setul EyePACS a fost utilizat ca sursă principală pentru sistemul final. Acesta conține un număr mare de imagini de fund de ochi, dar are o distribuție puternic dezechilibrată: clasa 0 este dominantă, în timp ce clasele severe sunt mult mai puțin reprezentate. Dezechilibrul este o caracteristică întâlnită frecvent în screening-ul pentru retinopatie diabetică, unde imaginile normale sau cazurile moderate apar mai des decât formele severe [1], [21]. Tocmai din acest motiv, EyePACS este relevant pentru scenarii apropiate de practica reală, dar impune atenție la metricile folosite și la strategia de antrenare.

Setul APTOS 2019 a fost folosit pentru experimente comparative și pentru analiza efectului augmentării și al preprocesării Ben Graham. Imaginile APTOS provin dintr-o distribuție diferită de EyePACS, astfel încât ele permit observarea sensibilității modelelor la schimbarea domeniului vizual. Această diferență de domeniu este importantă deoarece modelele antrenate pe un singur set pot învăța particularități ale camerei, iluminării sau rezoluției, nu doar semne clinice ale bolii [8], [7].

Din punct de vedere experimental, APTOS este valoros deoarece are un volum mai redus decât EyePACS, dar imagini relativ bine standardizate și etichete pe aceeași scară de severitate 0–4, făcându-l fiabil pentru experimente rapide și eficiente. Prin urmare, el a fost folosit ca set de test pentru deciziile de preprocesare și augmentare: dacă o strategie funcționează doar pe un dataset mare, dar nu se păstrează pe APTOS, atunci există riscul ca modelul să fi învățat particularități ale sursei, nu trăsături generale ale retinopatiei diabetice.

Setul *Diabetic_Balanced_Data*, disponibil public pe Kaggle sub denumirea *Diabetic Retinopathy Balanced* [32], a fost folosit în experimentele inițiale de comparație între arhitecturi, funcții de pierdere și optimizatori. Ulterior, analiza acestui set a devenit importantă metodologic, deoarece s-a observat că organizarea sa poate permite apariția unui *data leakage* între subseturi.

Setul *Diabetic_Balanced_Aug* a fost folosit ca sursă mare, dezechilibrată, din care au fost construite mai multe variante: split inițial, variantă curățată, variantă augmentată și variantă augmentată cu preprocesare Ben Graham. Aceste variante au fost generate prin scripturile din directorul `Scripts/Diabetic_Balanced_Aug`.

Prin folosirea acestor surse complementare, lucrarea a urmărit două obiective practice:

- obținerea unui set principal suficient de mare pentru antrenarea modelelor CNN prin *transfer learning*;
- testarea deciziilor de preprocesare și organizare pe seturi cu distribuții și niveluri de calitate diferite.

4.3 Pipeline-ul de prelucrare pentru EyePACS

Pentru EyePACS au fost create mai multe variante experimentale prin scripturile din `Scripts/EyePACS`. Primul pas este realizat de notebook-ul `split_eyepacs.ipynb`, care citește fișierele CSV cu etichete, caută imaginile existente în directorul `Images`, păstrează doar intrările care pot fi mapate corect și creează o împărțire stratificată în subseturile `train`, `val` și `test`. Imaginile sunt apoi copiate în directoare numerotate de la 0 la 4, corespunzătoare claselor.

Al doilea pas este curățarea imaginilor, implementată în `clean_eyepacs.ipynb`. Scriptul verifică fiecare imagine printr-un set de criterii simple de calitate: citirea corectă a fișierului, claritatea estimată prin varianța Laplacianului, existența unei regiuni retiniene detectabile prin threshold și contur, precum și aria regiunii principale. Imaginile valide sunt copiate în `eyepacs_cleaned`.

Algoritmul de curățare a fost construit ca un filtru automat, aplicat înainte de augmentare și preprocesare. Logica urmărită este următoarea:

- **Redimensionarea pentru analiză:** imaginea este adusă temporar la o dimensiune standard, astfel încât pragurile de claritate și de arie să fie comparabile între fișiere.
- **Conversia în grayscale:** imaginea este convertită în tonuri de gri pentru a analiza intensitatea globală și pentru a separa mai ușor retina de fundal.
- **Estimarea clarității:** se calculează varianța Laplacianului; valori foarte mici indică imagini încețoșate, din care modelul poate învăța trăsături instabile.
- **Detectarea regiunii retiniene:** se aplică un prag de intensitate pentru separarea fundului de ochi de fundalul negru, apoi se caută contururile rezultate.
- **Validarea conturului principal:** este păstrat cel mai mare contur, presupus a fi regiunea retiniană; imaginile fără contur sau cu o arie prea mică sunt respinse.

Prin această succesiune de pași, curățarea nu modifică diagnosticul și nu introduce imagini noi, ci elimină intrările care ar putea afecta negativ antrenarea: imagini neclare, imagini aproape goale, imagini cu fund de ochi foarte mic sau fișiere imposibil de citit. Această etapă a fost aplicată înaintea augmentării tocmai pentru ca imaginile sintetizate să pornească din exemple valide, nu din imagini problematice.

Această etapă a avut rolul de a elimina cazurile în care imaginea nu putea fi folosită în mod fiabil de model: fișiere corupte, imagini aproape complet întunecate, imagini cu fund de ochi foarte mic în cadru sau imagini în care conturul retinian nu putea fi separat suficient de fundal. În analiza imaginilor medicale, calitatea intrării influențează direct capacitatea modelului de a învăța trăsături utile [22].

Pentru reducerea dezechilibrului de clase, notebook-ul `form_eyepacs_augmented.ipynb` generează o variantă augmentată. Scriptul copiază imaginile originale și aplică augmentări doar pe subsetul de antrenare: flip, transformări afine, blur gaussian, variații moderate de luminosități/contrast și zgomot. Scopul nu este modificarea diagnosticului, ci creșterea diversității vizuale pentru clasele minoritare.

În alegerea augmentărilor s-a urmărit păstrarea sensului clinic al imaginii. Astfel, transformările au fost limitate la modificări care pot simula variații obișnuite de achiziție, fără a

introduce artefacte agresive. Pentru retinopatia diabetică, această precauție este importantă deoarece leziunile relevante pot fi mici, iar o augmentare excesivă poate estompa microanevrismele, hemoragiile punctiforme sau exudatele [24], [17].

Augmentarea a avut trei roluri practice. În primul rând, a crescut numărul de exemple pentru clasele slab reprezentate, reducând tendința modelului de a favoriza clasa majoritară. În al doilea rând, a expus rețeaua la variații de poziție, scară, luminozitate și claritate asemănătoare celor întâlnite între camere sau sesiuni diferite de achiziție. În al treilea rând, a permis compararea între variante de dataset fără a schimba arhitectura modelului, astfel încât efectul preprocesării și al augmentării să poată fi analizat separat. Pentru a păstra validitatea evaluării, imaginile din validare și test nu au fost augmentate artificial.

Ultima variantă este generată de `form_eyepacs_augmented_bengraham.ipynb`, care aplică preprocesarea Ben Graham peste imaginile augmentate. Astfel se obține un set în care fundalul, contrastul și regiunea retiniană sunt mai uniformizate.

4.4 Pipeline-ul de prelucrare pentru APTOS 2019

Setul APTOS 2019 a fost prelucrat printr-un flux asemănător cu cele folosite pentru EyePACS și Diabetic_Balanced_Aug. Imaginile au fost reorganizate pe clase, apoi au fost construite variante experimentale cu augmentare și cu preprocesare Ben Graham. Scopul nu a fost doar creșterea numerică a setului, ci obținerea unui banc de testare mai controlat pentru efectul preprocesărilor.

În cazul APTOS, augmentările au fost importante deoarece setul este mai mic decât EyePACS, iar clasele severe au mai puține exemple disponibile. Au fost folosite transformări moderate: flip-uri, rotații mici, scalări, modificări de luminozitate și contrast, blur ușor și zgomot gaussian. Aceste transformări simulează variații reale ale achiziției, dar evită deformarea patologiei. Astfel, modelul este încurajat să recunoască structuri retiniene relevante, nu poziții fixe sau caracteristici accidentale ale imaginilor.

După augmentare, au fost generate și variante preprocesate prin metoda Ben Graham. Această etapă a uniformizat iluminarea, a redus influența fundalului și a făcut mai vizibile structurile retiniene. Prin folosirea aceluiași tip de preprocesare ca în celelalte dataset-uri, APTOS a devenit util pentru experimente comparative: se poate observa dacă modelul reacționează similar pe o distribuție diferită sau dacă performanța depinde de sursa imaginilor.

APTOS a fost, așadar, un dataset experimental potrivit pentru lucrare din trei motive:

- dimensiunea sa mai redusă, dar totuși în același timp echilibrată și cu imagini curate
- are aceeași formulare multiclasă 0–4 ca celelalte seturi folosite;
- provine dintr-un domeniu vizual diferit, util pentru testarea robusteții;
- permite analiza separată a efectului augmentării și al preprocesării Ben Graham pe un set mai mic și mai controlabil.

4.5 Pipeline-ul de prelucrare pentru Diabetic_Balanced_Aug

Pentru `Diabetic_Balanced_Aug`, fluxul este similar și este implementat în `Scripts/Diabetic_Balanced_Aug`. Notebook-ul `split_balanced_aug.ipynb` citește `trainLabels.csv`, potrivește etichetele cu imaginile din `resized_train` și creează un split stratificat pe clase.

Notebook-ul `clean_balanced_aug.ipynb` construiește varianta `balanced_aug_cleaned`. Acesta aplică filtre de calitate asemănătoare cu cele folosite pentru EyePACS: verificarea citirii imaginii, redimensionarea pentru analiză, estimarea clarității, segmentarea aproximativă a fundului de ochi și validarea conturului principal.

Pentru acest set, curățarea a fost utilă deoarece imaginile provin dintr-o colecție deja prelucrată și nu toate fișierele au aceeași calitate vizuală. Prin aplicarea aceluiași criterii ca în cazul EyePACS, s-a obținut un protocol comparabil între dataset-uri. Această uniformizare nu elimină complet diferențele dintre surse, dar reduce variațiile produse de organizarea locală a fișierelor.

În practică, același algoritm de curățare a avut două efecte importante asupra acestui dataset:

- a separat etapa de control al calității de etapa de augmentare, ceea ce a permis compararea clară între dataset-ul curățat și dataset-ul augmentat;
- a redus riscul ca imaginile cu fundal dominant, contur incorect sau blur puternic să fie multiplicat prin augmentări și să influențeze disproporționat antrenarea.

Notebook-ul `form_balanced_augmented.ipynb` creează varianta `balanced_augmented`. Pentru fiecare clasă, imaginile originale din train sunt păstrate, iar clasele minoritare sunt completate prin augmentări generate dinamic. Transformările includ flip, rotații și scalări mici, blur, variații de culoare și zgomot gaussian. Subseturile de validare și testare sunt copiate fără augmentări suplimentare, pentru a păstra evaluarea stabilă.

Pentru acest dataset, augmentarea a fost tratată ca o etapă de construcție a datelor, nu ca o operație aplicată întâmplător în timpul evaluării. Prin generarea variantelor augmentate offline, s-a putut verifica explicit câte imagini apar în fiecare clasă și în fiecare subset. Această abordare a făcut mai ușoară compararea dintre setul curățat, setul augmentat și setul augmentat cu Ben Graham.

În final, `form_balanced_augmented_bengraham.ipynb` aplică metoda Ben Graham și generează `balanced_augmented_bengraham`. Această variantă a fost folosită pentru a observa dacă uniformizarea iluminării și accentuarea contrastului local ajută modelele pe un set mai mare și dezechilibrat.

4.6 Verificarea distribuției imaginilor

Pe lângă generarea efectivă a dataset-urilor, a fost realizată și o etapă de verificare a distribuției imaginilor. În notebook-ul `Notebooks/testam_chestii.ipynb` au fost incluse funcții pentru numărarea imaginilor pe clase și subseturi, aplicate succesiv pe variantele intermediare și finale. Această verificare a fost importantă deoarece o eroare de copiere sau o distribuție foarte diferită între `train`, `val` și `test` poate afecta direct interpretarea rezultatelor, dând avantaj clasei majoritare.

Pentru fiecare dataset au fost urmărite următoarele aspecte:

- existența tuturor claselor în fiecare subset;
- numărul de imagini pe clasă după curățare și augmentare;
- păstrarea validării și testării fără augmentări generate artificial;
- compararea vizuală a imaginilor originale cu imaginile preprocesate;
- identificarea variantelor de dataset care pot fi folosite pentru experimente preliminare și a celor potrivite pentru sistemul final.

4.7 Separarea originalelor de augmentări în Diabetic_Balanced_Data

Un pas distinct a fost realizat pentru setul `Diabetic_Balanced_Data`. Scriptul `Scripts/DIabetic_Balanced_Data/split_diabetic_balanced_augmented.py` separă imaginile originale de cele augmentate pe baza markerului `_aug_` din numele fișierului. Rezultatul constă în două colecții separate: una cu imagini originale și una cu imagini augmentate. Această separare a fost necesară pentru a înțelege mai bine compoziția setului și pentru a investiga dacă imaginile augmentate pot apărea în subseturi diferite față de imaginea originală.

Din punct de vedere experimental, această etapă a fost una dintre cele mai importante, deoarece a mutat accentul de la simpla antrenare a modelelor la validitatea datelor folosite. Într-un dataset care include deja imagini augmentate, fișierele pot părea exemple independente, deși ele provin din aceeași imagine inițială. Dacă aceste versiuni sunt distribuite aleator în subseturi diferite, modelul poate recunoaște structuri aproape identice în validare sau testare.

4.8 Controlul data leakage prin split grupat

În ultimele experimente realizate pe `Diabetic_Balanced_Data` s-a observat o problemă metodologică importantă: setul public de pe Kaggle poate produce rezultate artificiale dacă imaginile originale și augmentările lor sunt împărțite între subseturi diferite. Această situație reprezintă *data leakage*, deoarece modelul poate vedea în antrenare o variantă foarte apropiată de o imagine care apare ulterior în validare sau testare.

Pentru verificarea acestei ipoteze a fost creat scriptul `Scripts/DIabetic_Balanced_Data/grouped_split_diabetic_balanced_data.py`. Scriptul grupează fiecare imagine originală împreună cu augmentările sale, apoi împarte grupurile, nu fișierele individuale, în `train`, `val` și `test`, folosind raportul 70%/20%/10%. După copiere, scriptul validează că niciun grup nu apare în mai multe subseturi și salvează un raport în `grouped_split_report.json`.




Figura 4.1: Exemplu de data leakage în `Diabetic_Balanced_Data`: imaginea originală și augmentările sale apar în subseturi diferite, permițând modelului să recunoască structuri aproape identice în validare sau testare.

Logica scriptului poate fi rezumată astfel:

- se extrage numele imaginii de bază prin eliminarea markerilor de augmentare;
- toate fișierele care provin din aceeași imagine sunt plasate în același grup;
- împărțirea se face la nivel de grup, nu la nivel de fișier individual;
- după copiere se verifică intersecția grupurilor între subseturi;
- se salvează un raport care documentează numărul de imagini și grupuri rezultate.

Această descoperire este o contribuție practică a lucrării. Ea arată că performanțele obținute pe seturi publice trebuie interpretate împreună cu modul exact de împărțire a datelor. În capitolul de rezultate se arată că, după eliminarea acestui risc de *data leakage*, performanța scade semnificativ, ceea ce confirmă că evaluarea inițială era prea optimistă.

4.9 Preprocesarea Ben Graham și CLAHE

Preprocesarea Ben Graham este folosită pentru reducerea variațiilor de iluminare și pentru accentuarea structurilor retiniene. În scripturile de construire a dataset-urilor, metoda aplică redimensionare, conversie în tonuri de gri, detectarea regiunii retiniene prin threshold, extragerea conturului principal, eroziunea măștii, blur gaussian și combinația ponderată dintre imaginea originală și imaginea blurată.

Pentru a documenta vizual fiecare etapă, în `Notebooks/testam_chestii.ipynb` a fost creată funcția `procesare_ben_graham_detaliata`. Aceasta afișează secvențial transformările aplicate unei imagini de fund de ochi: imaginea originală, conversia în tonuri de gri, masca retiniană, blur-ul gaussian folosit pentru estimarea iluminării de fond, filtrul Ben Graham, masca exterioară, harta distanțelor, haloul exterior și imaginea finală. Figura 4.2 sintetizează această analiză vizuală.

Etapile principale ale preprocesării sunt:

- izolarea regiunii retiniene prin prag de intensitate și contur principal;
- erodarea măștii pentru reducerea marginilor instabile;
- estimarea iluminării de fond prin blur gaussian cu deviație proporțională cu dimensiunea imaginii;
- aplicarea formulei de tip `addWeighted`, care accentuează diferența dintre imagine și fundalul blurat;
- uniformizarea exteriorului retinei printr-un halou gradual, pentru a evita margini dure;
- salvarea imaginii procesate pentru antrenare offline.

În figura următoare se poate observa cum fiecare etapă a preprocesării Ben Graham contribuie la transformarea imaginii inițiale într-o versiune în care fundalul este uniformizat, iar structurile retiniene sunt mai vizibile. Această vizualizare detaliată ajută la înțelegerea modului în care preprocesarea influențează datele de intrare și, implicit, performanța modelelor antrenate pe aceste date.

Procesarea Secvențială: Extragere Contur, Transformare Ben Graham și Halou




Figura 4.2: Vizualizarea etapelor de preprocesare Ben Graham: imagine inițială, mască retiniană, estimarea iluminării de fond, filtrare, generarea haloului și imagine finală.

În modelul principal local CUDA, preprocesarea este realizată offline și este completată cu CLAHE. Imaginile sunt redimensionate la 224×224 pixeli, regiunea retiniană este mascată, fundalul este uniformizat, apoi contrastul local este ajustat prin `cv2.createCLAHE`. Imaginile procesate sunt salvate pe disc în `processed_by_me/local_notebook_outputs/processed_bg_224_local`, astfel încât antrenarea să nu repete costul de preprocesare la fiecare epocă.

Combinarea Ben Graham + CLAHE a fost aleasă pentru sistemul final deoarece urmărește două obiective complementare: reducerea variațiilor globale de iluminare și accentuarea contrastului local. Totuși, această preprocesare nu a fost presupusă automat ca fiind optimă pentru toate seturile. Ea a fost testată experimental pe variantele construite, iar rezultatele sunt discutate în capitolele următoare. Această abordare este importantă deoarece literatura arată că modelele pot reacționa diferit la schimbări de preprocesare și de domeniu vizual [8], [7].

4.10 Dataset-urile finale rezultate

În urma acestor pași au rezultat mai multe variante experimentale. Tabelul 4.1 sintetizează rolul fiecăreia.

Tabela 4.1: Dataset-uri construite și rolul lor în lucrare

Dataset	Script / sursă	Rol
eyepacs_split	split_eyepacs.ipynb	Split stratificat inițial pentru EyePACS.
eyepacs_cleaned	clean_eyepacs.ipynb	Variantă filtrată calitativ.
eyepacs_augmented	form_eyepacs_augmented.ipynb	Variantă cu augmentare pentru reducerea dezechilibrului.
eyepacs_augmented_bengraham	form_eyepacs_augmented_bengraham.ipynb	EyePACS augmentat și preprocesat Ben Graham.
aptos_augmented	form_aptos_augmented.ipynb	Variantă APTOS construită pentru experimente cu augmentare controlată.
aptos_augmented_bengraham	form_aptos_augmented+b_g.ipynb	APTOS augmentat și preprocesat Ben Graham, folosit pentru comparații între domenii vizuale.
balanced_aug_cleaned	clean_balanced_aug.ipynb	Variantă curățată din dataset-ul Diabetic_Balanced_Aug.
balanced_augmented	form_balanced_augmented.ipynb	Variantă echilibrată prin augmentare.
balanced_augmented_bengraham	form_balanced_augmented_bengraham.ipynb	Variantă augmentată și preprocesată Ben Graham.
Diabetic_Balanced_Data_grouped_70_20_10	grouped_split_diabetic_balanced_data.py	Split grupat fără leakage între originale și augmentări.

Capitolul 5

Metodologia propusă

5.1 Fluxul general al sistemului

Metodologia propusă urmărește construirea unui flux complet pentru clasificarea automată a retinopatiei diabetice pe baza imaginilor de fund de ochi. Sistemul pornește de la setul de date *Diabetic_Balanced_Data*, organizat în directoare de antrenare, validare și testare, și ajunge la salvarea unor modele antrenate care pot fi folosite ulterior într-o aplicație de inferență. Implementarea este realizată în Python, folosind PyTorch pentru antrenarea rețelelor, Torchvision și `timm` pentru arhitecturi pre-antrenate, iar scikit-learn, Matplotlib și Seaborn pentru evaluare și vizualizare.

Fluxul de lucru este împărțit în mai multe componente principale. Fișierul `my_dataset.py` se ocupă de încărcarea imaginilor și de aplicarea transformărilor. Fișierul `builder.py` definește modelele, funcțiile de pierdere, modul de calcul al predicțiilor și optimizatorii. Fișierul `utils.py` grupează funcțiile auxiliare necesare pentru rularea experimentelor: crearea directorilor de rezultate, generarea numelor de fișiere, calculul metricilor suplimentare, rularea unei epoci de antrenare sau validare, salvarea graficelor, construirea matricilor de confuzie, a curbelor ROC și a hărților Grad-CAM. Scriptul `train.py` integrează aceste componente, rulează antrenarea, validează modelul la fiecare epocă, salvează cea mai bună variantă și generează graficele de evaluare.

Separarea funcțiilor utilitare într-un fișier dedicat este importantă deoarece menține `train.py` concentrat pe fluxul principal al experimentului. În același timp, `utils.py` permite reutilizarea acelorași funcții de evaluare și vizualizare pentru mai multe arhitecturi, surse de date și configurații de antrenare. Astfel, metricile precum QWK, Macro F1 și Balanced Accuracy sunt calculate consecvent, iar rezultatele generate pentru experimente diferite au aceeași structură și pot fi comparate mai ușor.

Problema este formulată ca o clasificare multiclasă în cinci clase, corespunzătoare stadiilor retinopatiei diabetice. Pentru fiecare imagine, modelul produce un vector de cinci scoruri, iar clasa finală este obținută prin alegerea valorii maxime în cazul funcțiilor de pierdere de tip Cross-Entropy și Focal Loss. Pentru varianta ordinală, ieșirea este interpretată prin praguri binare, deoarece clasele au o ordine clinică naturală.

Pe lângă această formulare multiclasă, soluția principală a lucrării este organizată ca un pipeline în două etape. Prima etapă tratează problema ca detecție binară și decide dacă imaginea aparține clasei 0 sau uneia dintre clasele patologice 1–4. A doua etapă este aplicată doar imaginilor considerate patologice și clasifică severitatea în clasele 1, 2, 3 și 4. Astfel, decizia finală rămâne exprimată pe scala completă 0–4, dar modelul nu mai trebuie să rezolve simultan două probleme diferite: separarea imaginilor sănătoase de cele afectate și diferențierea gradelor de severitate între cazurile bolnave.

5.2 Modelele analizate

În experimente au fost analizate arhitecturi convoluționale moderne, alese deoarece permit transfer learning și au fost utilizate frecvent în clasificarea imaginilor medicale [18], [2]. Implementarea permite construirea modelelor `resnet50`, `efficientnet_b3`, `inception_v3` și `incres_v2`. Accentul lucrării este pus pe compararea acestor familii arhitecturale, deoarece ele oferă perspective complementare asupra problemei: învățare reziduală, scalare eficientă, procesare multi-scală și combinația dintre module Inception și conexiuni reziduale.

Toate modelele sunt adaptate pentru sarcina experimentală curentă. În experimentele inițiale, straturile finale, proiectate inițial pentru clasificarea ImageNet, sunt înlocuite sau configurate astfel încât ieșirea să corespundă celor cinci stadii ale retinopatiei diabetice. În soluția principală în două etape, același principiu este folosit pentru a construi separat un model cu ieșire binară pentru detecție și un model cu patru ieșiri pentru clasele patologice 1–4. Folosirea ponderilor pre-antrenate este importantă deoarece permite reutilizarea unor trăsături vizuale generale, precum muchii, texturi, forme și tranziții de culoare, care sunt apoi ajustate pentru domeniul medical prin fine-tuning. Această strategie este utilă în special pentru seturile de date medicale, unde numărul de imagini etichetate este mai mic decât în colecțiile generale precum ImageNet, iar variațiile de iluminare, contrast și calitate a achiziției pot influența semnificativ predicția.

5.3 Arhitectura ResNet50

ResNet50 este o arhitectură convoluțională bazată pe conexiuni reziduale [27]. Ideea principală este ca un bloc al rețelei să nu învețe direct o transformare completă, ci o corecție față de intrarea primită. Această abordare facilitează antrenarea rețelelor adânci și reduce riscul degradării performanței odată cu creșterea numărului de straturi. Din acest motiv, ResNet50 este folosită frecvent ca model de referință în probleme de clasificare medicală: are o capacitate suficient de mare pentru a învăța trăsături complexe, dar rămâne mai ușor de antrenat și interpretat decât arhitecturile foarte adânci sau hibride.

În contextul imaginilor de fund de ochi, ResNet50 poate extrage trăsături ierarhice: primele straturi detectează contururi, variații de culoare și texturi simple, iar straturile profunde combină aceste informații în structuri mai complexe, precum vase retiniene, zone de exudate, hemoragii sau regiuni suspecte. În implementarea din `builder.py`, stratul final `fc` este înlocuit cu o secvență formată din `Dropout(0.5)` și un strat liniar cu cinci ieșiri. Dropout-ul are rol de regularizare și reduce tendința de supraînvățare. ResNet50 este astfel folosită atât ca bază de comparație, cât și ca arhitectură robustă pentru experimentele în care se evaluează influența funcțiilor de pierdere, a optimizatorilor și a strategiilor de monitorizare.

5.4 Arhitectura EfficientNet-B3

EfficientNet-B3 aparține familiei EfficientNet, propusă de Tan și Le [29], în care scalarea rețelei nu se face independent doar pe adâncime, lățime sau rezoluție, ci prin *compound scaling*. Această strategie crește simultan cele trei dimensiuni ale modelului folosind un coeficient comun, astfel încât arhitectura să păstreze un echilibru între capacitatea de reprezentare și costul computațional. Varianta B3 este relevantă pentru această lucrare deoarece oferă un compromis între modelele mai mici, care pot pierde detalii fine, și modelele foarte mari, care necesită mai multă memorie și prezintă risc mai ridicat de supraînvățare.

Din punct de vedere structural, EfficientNet utilizează blocuri de tip MBConv, inspirate din convoluțiile separabile pe adâncime și din conexiunile reziduale inversate. Aceste blocuri reduc numărul de parametri în comparație cu o convoluție standard, păstrând totuși capacitatea de a extrage trăsături vizuale relevante. Pentru imaginile de fund de ochi, această eficiență este importantă deoarece leziunile pot fi mici, slab contrastate și distribuite neuniform în imagine. O arhitectură care procesează intrări la rezoluții mai mari poate păstra mai bine informația locală, iar mecanismul de scalare al EfficientNet-B3 susține această nevoie fără a crește excesiv complexitatea modelului.




Figura 5.1: Structura blocurilor MBConv în EfficientNet-B3

În implementarea din `builder.py`, modelul este încărcat prin varianta EfficientNet-B3 din Torchvision, cu ponderi pre-antrenate atunci când parametrul `pretrained` este activ. Clasificatorul final este modificat prin înlocuirea stratului `classifier[1]` cu o secvență formată din `Dropout(0.5)` și un strat liniar cu cinci ieșiri. În cadrul experimentelor, EfficientNet-B3 oferă o alternativă compactă la ResNet50 și Inception-ResNet-V2, fiind utilă pentru a verifica dacă o arhitectură optimizată pentru raportul acuratețe-eficiență poate generaliza bine pe imagini retiniene procesate și augmentate.

5.5 Arhitectura InceptionV3

InceptionV3 este o arhitectură construită în jurul modulelor Inception, care procesează aceeași intrare prin filtre convoluționale de dimensiuni diferite [28]. Această strategie permite extragerea simultană a trăsăturilor locale și a celor cu context spațial mai larg. Pentru retinopatia diabetică, acest lucru este relevant deoarece semnele patologice pot avea dimensiuni foarte diferite: microanevrismele sunt mici și discrete, în timp ce hemoragiile sau exudatele pot ocupa regiuni mai mari. Arhitectura folosește factorizarea convoluțiilor și module auxiliare pentru a îmbunătăți eficiența și stabilitatea antrenării, fiind una dintre arhitecturile importante folosite în sisteme de detecție automată a retinopatiei diabetice [1].

În cod, InceptionV3 este încapsulat prin clasa `InceptionWrapper`. Această clasă rezolvă particularitatea modelului Torchvision, care în timpul antrenării poate returna și o ieșire auxiliară. Pentru a păstra aceeași interfață cu funcțiile de pierdere, wrapper-ul returnează doar predicția principală. Ultimul strat complet conectat este înlocuit cu un strat liniar cu cinci

ieșiri, corespunzătoare claselor 0–4. Prin includerea acestei arhitecturi, metodologia poate evalua dacă procesarea multi-scală aduce beneficii față de o rețea reziduală standard, mai ales în situațiile în care semnele clinice apar la scări foarte diferite în aceeași imagine.

5.6 Arhitectura Inception-ResNet-V2

Inception-ResNet-V2 este o arhitectură hibridă care combină modulele Inception cu conexiuni reziduale [33]. Din familia Inception preia ideea procesării multi-scală, prin ramuri convoluționale paralele, iar din familia ResNet preia conexiunile care facilitează propagarea gradientului. Rezultatul este o rețea profundă, capabilă să învețe reprezentări vizuale bogate fără a pierde stabilitatea antrenării. În raport cu InceptionV3, arhitectura are o capacitate mai mare și poate beneficia de stabilitatea conexiunilor reziduale atunci când se realizează fine-tuning pe un set de date medical.

Această arhitectură este potrivită pentru imaginile retiniene deoarece decizia de severitate poate depinde atât de leziuni mici, cât și de distribuția globală a modificărilor patologice. Ramurile Inception pot surprinde structuri la scări diferite, iar conexiunile reziduale ajută la păstrarea informației utile de-a lungul rețelei. În implementare, modelul este construit cu biblioteca `timm`, folosind modelul `inception_resnet_v2` și configurând direct numărul de clase la cinci. În comparație cu ResNet50, modelul are o capacitate mai mare, dar în același timp necesită mai multe resurse de calcul. Din acest motiv, experimentele cu Inception-ResNet-V2 sunt utile pentru a observa dacă avantajul reprezentărilor mai bogate justifică un cost computațional mai ridicat.

5.7 Funcții de pierdere utilizate

Funcția de pierdere definește modul în care modelul este penalizat pentru predicții greșite. În această lucrare au fost folosite mai multe variante, pentru a compara atât comportamentul standard în clasificarea multiclasă, cât și strategii mai potrivite pentru clase dezechilibrate sau ordonate clinic.

- **Cross-Entropy** este funcția de pierdere de bază pentru clasificare multiclasă. Aceasta compară distribuția de probabilitate produsă de model cu eticheta reală și oferă un punct de referință stabil pentru celelalte experimente.
- **Weighted Cross-Entropy** extinde Cross-Entropy prin introducerea unor ponderi pentru clase. Această variantă este utilă atunci când anumite clase trebuie penalizate mai puternic, de exemplu pentru a reduce tendința modelului de a favoriza clasele mai ușor de învățat.
- **Focal Loss** este implementată prin clasa `FocalLossMultiClass` și pornește de la Cross-Entropy, dar reduce contribuția exemplelor ușoare și acordă mai multă importanță exemplelor dificile [26]. Parametrul `gamma` controlează cât de puternic este accentuată această diferență. În experimentele inițiale a fost analizat intervalul 1.5–2.0, iar valoarea 1.6 a fost selectată pentru experimentele extinse deoarece a oferit un compromis bun între acuratețe, AUC și distribuția erorilor.
- **Varianta ordinală bazată pe BCEWithLogitsLoss** exploatează faptul că stadiile retinopatiei diabetice au o ordine naturală. În loc ca eticheta să fie tratată doar ca o clasă independentă, aceasta este transformată într-un vector care descrie nivelurile de severitate depășite.

- **BCEWithLogitsLoss pentru detecția binară** este folosită în prima etapă a soluției principale, unde modelul trebuie să distingă între imagini sănătoase și imagini cu retinopatie diabetică. Această formulare este potrivită deoarece ieșirea modelului este un singur logit, interpretat ulterior ca probabilitate de boală.

5.8 Optimizatorul și hiperparametrii de antrenare

Optimizarea parametrilor este realizată prin funcția `get_optimizer`, iar hiperparametrii sunt transmiși prin linia de comandă în `train.py`. Această organizare permite rularea mai multor configurații fără modificarea manuală a codului.

- **Optimizatori disponibili:** implementarea permite selectarea între Adam, AdamW și SGD. Configurațiile inițiale folosesc rata de învățare 0.0001, iar experimentele recente folosesc în principal AdamW, deoarece separă mai clar actualizarea gradientului de regularizarea prin `weight_decay`. Adam rămâne util pentru comparații, deoarece adaptează rata de actualizare pentru fiecare parametru și oferă o convergență stabilă în multe probleme de clasificare.
- **Regularizare prin `weight_decay`:** pentru Adam și AdamW este aplicată regularizarea parametrilor, cu rolul de a limita supraînvățarea și de a îmbunătăți generalizarea pe setul de validare și testare.
- **Parametri principali:** argumentele de bază controlează modelul ales, funcția de pierdere, optimizatorul, numărul de epoci, dimensiunea batch-ului, rata de învățare, dimensiunea imaginilor și numărul de procese pentru încărcarea datelor. Alte argumente stabilesc valoarea `gamma` pentru Focal Loss și sursele de date folosite la antrenare și evaluare.
- **Parametri adăugați pentru experimentele recente:** implementarea include argumente pentru metrica de monitorizare, scheduler, mixed precision, gradient clipping, media exponențială a ponderilor, test-time augmentation, dropout configurabil, înghețarea temporară a backbone-ului și controlul augmentărilor de antrenare. Aceștia permit control mai fin asupra criteriului de selecție, stabilității antrenării, evaluării și modului de fine-tuning.
- **Configurația soluției principale:** pentru pipeline-ul în două etape, antrenarea este realizată cu batch size 32, rată de învățare 0.0001, optimizer AdamW, `weight_decay` 0.0001 și maximum 12 epoci pentru fiecare etapă. Regularizarea este susținută prin dropout, scheduler de tip cosine, gradient clipping și augmentări moderate aplicate doar în antrenare. În prima etapă se optimizează detecția sănătos/bolnav, iar în a doua etapă se optimizează clasificarea pe clasele 1–4.
- **Scheduler pentru rata de învățare:** scheduler-ul poate fi selectat între `plateau`, `cosine` și `none`. În varianta `plateau`, rata de învățare este redusă atunci când metrica monitorizată nu se mai îmbunătățește. În varianta `cosine`, rata de învățare scade gradual pe parcursul antrenării, opțiune folosită în experimentele recente pentru un fine-tuning mai stabil.
- **Metrica de monitorizare:** în experimentele recente, metrica monitorizată poate fi aleasă explicit. Modelul poate fi salvat în funcție de AUC, acuratețe, balanced accuracy, macro F1 sau QWK, în funcție de obiectivul experimentului.

5.9 Strategia de evaluare

Evaluarea se realizează în două etape. În timpul antrenării, modelul este monitorizat pe setul de validare, iar cea mai bună variantă este salvată pe disc. La final, modelul salvat este reîncărcat și evaluat pe setul de testare. Pentru experimentele de generalizare între domenii, implementarea permite evaluarea aceluiași model pe mai multe seturi de test în aceeași rulare, prin argumentul `test_sources`. Astfel, un model antrenat pe date combinate poate fi testat separat pe APTOS și pe setul Balanced, fără reluarea antrenării. Această separare este necesară pentru ca testarea să rămână o evaluare cât mai obiectivă a modelului ales.

Metricile urmărite sunt funcția de pierdere, acuratețea, AUC-ul multiclasă, balanced accuracy, macro F1, quadratic weighted kappa, raportul de clasificare, matricea de confuzie și curbele ROC. AUC-ul este calculat în regim one-vs-rest și mediat macro, astfel încât fiecare clasă să contribuie egal la scorul final.

Pentru retinopatia diabetică, QWK este relevantă deoarece clasele au o ordine naturală. O eroare între două clase vecine este mai puțin gravă decât o eroare între clase îndepărtate, iar această metrică penalizează mai puternic diferențele mari de severitate. Din acest motiv, experimentele recente folosesc frecvent QWK ca metrică principală de monitorizare. În plus, scriptul include generarea de hărți Grad-CAM, utile pentru a observa regiunile imaginii care influențează predicția modelului.



Figura 5.2: Exemplu de hărți Grad-CAM pentru un model ResNet50 antrenat cu Focal Loss și Adam

5.10 Implementarea procesului de antrenare

Scriptul `train.py` coordonează întregul proces experimental. După citirea argumentelor, acesta selectează dispozitivul de calcul disponibil, creează directoarele pentru rezultate și încarcă datele prin clasele de dataset definite în `my_dataset.py`. Implementarea permite folosirea surselor `balanced`, `balanced_aug`, `aptos`, precum și a combinațiilor `combined` și `balanced_aug_aptos`. În plus, scriptul poate primi mai multe directoare de dataset pentru antrenare și le poate trata ca o sursă comună, concatenată. Astfel, un experiment poate fi rulat pe imagini provenite din mai multe distribuții, fără a crea manual un nou director intermediar. În mod similar, testarea poate fi făcută pe mai multe seturi, fiecare păstrat ca sursă separată de evaluare. Fiecare dataset este transmis către un `DataLoader`, cu `shuffle=True` pentru antrenare și `shuffle=False` pentru validare și testare.

Pentru fiecare epocă, modelul trece printr-o fază de antrenare și una de validare. În faza de antrenare se calculează gradientul și se actualizează parametrii, iar în faza de validare calculele sunt realizate fără gradient. Dacă metrica de selecție se îmbunătățește, ponderile sunt salvate într-un fișier `.pth`. La final, scriptul generează graficele de istoric, matricea de confuzie, curbele

ROC și, atunci când este posibil, imaginile Grad-CAM. În cazul evaluării pe mai multe surse de test, fiecare set primește fișiere separate, marcate în nume prin sufixe precum `test_aptos`, `test_balanced` sau `test_balanced_aug`.

Un avantaj important al scriptului este flexibilitatea oferită prin argumentele din linia de comandă. Fără modificarea codului sursă, se poate selecta arhitectura, funcția de pierdere, optimizatorul, numărul de epoci, dimensiunea batch-ului, rata de învățare, dimensiunea imaginilor, ponderile claselor, valoarea `gamma` pentru Focal Loss și metrica folosită pentru salvarea celui mai bun model. În plus, scriptul permite activarea sau dezactivarea unor tehnici precum `amp`, `grad_clip`, `ema_decay`, `tta_eval`, `model_dropout`, `freeze_backbone_epochs`, `backbone_lr_mult` și `early_stopping_patience`. Această organizare a fost utilă în experimentele exploratorii, deoarece aceeași implementare putea fi rulată rapid în configurații diferite.

Flexibilitatea este prezentă și la nivelul dataset-urilor. Argumentele importante din `train.py` sunt:

- `--train_dataset_roots` primește unul sau mai multe directoare folosite pentru antrenare și validare. Dacă sunt transmise mai multe căi, seturile sunt concatenate logic în timpul încărcării datelor.
- `--train_dataset_names` permite atribuirea unor nume clare surselor de antrenare, astfel încât experimentul și fișierele rezultate să poată fi identificate ușor.
- `--test_dataset_roots` primește unul sau mai multe directoare folosite pentru testarea finală. Rezultatele sunt raportate separat pentru fiecare sursă de test.
- `--test_dataset_names` definește numele surselor de test, folosite apoi în sufixele fișierelor, de exemplu `test_aptos` sau `test_balanced`.
- `--train_augment` controlează augmentările online, prin valorile `basic` și `none`. Această opțiune este utilă atunci când dataset-ul conține deja augmentări sau imagini preprocesate offline.
- `--model`, `--loss_name`, `--optimizer` selectează arhitectura, funcția de pierdere și optimizatorul, permițând compararea rapidă a configurațiilor experimentale.
- `--monitor_metric` stabilește criteriul după care este salvat cel mai bun model, de exemplu QWK, Macro F1, Balanced Accuracy, AUC, acuratețe sau loss de validare.
- `--scheduler`, `--amp`, `--grad_clip`, `--ema_decay` și `--tta_eval` activează tehnici suplimentare pentru stabilizarea antrenării și evaluării.

Astfel, același model poate fi antrenat pe date combinate și testat separat pe APTOS, Balanced sau Balanced Aug, iar graficele rezultate sunt salvate cu nume care reflectă sursa de antrenare și sursa de testare. Această organizare a fost utilă pentru experimentele de generalizare între dataset-uri, deoarece a permis compararea comportamentului modelului pe distribuții diferite în aceeași rulare experimentală.

Pentru seturile care conțin deja imagini augmentate sau preprocesate, scriptul permite dezactivarea augmentărilor online prin `train_augment=none`. Această opțiune evită aplicarea dublă a augmentărilor în experimentele recente, păstrând în același timp comportamentul vechi prin valoarea implicită `train_augment=basic`.

5.11 Optimizări recente ale protocolului experimental

Pentru experimentele finale au fost introduse mai multe optimizări care nu modifică dataset-urile, ci procesul de antrenare și evaluare. Prima optimizare este folosirea ”mixed precision” prin `torch.amp`, care reduce consumul de memorie și poate accelera antrenarea pe GPU. A doua este ”gradient clipping”, folosit pentru a limita actualizările foarte mari ale parametrilor și pentru a crește stabilitatea.

A fost introdusă și media exponențială a ponderilor modelului, prin parametrul `ema_decay`. Modelul EMA păstrează o versiune netezită a parametrilor și poate produce predicții mai stabile la validare și testare. Pentru evaluare a fost adăugat `tta_eval`, care aplică test-time augmentation prin combinarea predicției pe imaginea originală cu predicția pe imaginea oglindită orizontal.

Pentru ResNet50, aceste optimizări pot fi folosite împreună cu Focal Loss și `gamma=1.6`, configurație analizată în experimentele preliminare. Pentru soluția principală, accentul se mută pe stabilitatea pipeline-ului în două etape: detecția binară folosește `BCEWithLogitsLoss`, iar clasificarea 1–4 folosește Cross-Entropy. În ambele cazuri, regularizarea este realizată prin AdamW, `weight_decay`, dropout, scheduler cosine și limitarea normei gradientului.

Această separare face protocolul mai ușor de controlat. Prima etapă poate fi optimizată pentru a reduce riscul de a rata imaginile patologice, iar a doua etapă poate fi concentrată pe diferențele mai fine dintre clasele bolnave. În același timp, argumentele din `train.py` păstrează posibilitatea de a reveni rapid la experimente multiclasă directe sau la comparații între arhitecturi, fără a schimba structura generală a implementării.

Capitolul 6

Rezultate experimentale

Înainte de prezentarea experimentelor principale, capitolul pornește de la rezultatele preliminare obținute pe setul `Diabetic_Balanced_Data`. Această ordine este utilă deoarece comparațiile între funcțiile de pierdere și arhitecturi au fost realizate inițial pe un set public care părea potrivit pentru experimente controlate, dar care a evidențiat ulterior o problemă importantă de *data leakage*. Astfel, primele secțiuni au rolul de a explica de ce scorurile foarte ridicate trebuie interpretate cu prudență și de ce a fost necesară reorganizarea datelor înainte de experimentele finale.

După această analiză de context, capitolul continuă cu configurația experimentală folosită pentru experimentele proprii: comparația dintre APTOS, EyePACS și `Balanced_Aug` în variantele baseline, augmentate și augmentate + preprocesate. În acest fel, rezultatele principale sunt prezentate după ce au fost clarificate limitele dataset-urilor inițiale și ale protocoalelor afectate de scurgeri de informație.

6.1 Compararea funcțiilor de pierdere pe `Diabetic_Balanced_Data`

Înainte de interpretarea comparațiilor din această secțiune, trebuie menționat explicit că varianta publică a setului `Diabetic_Balanced_Data` conține *data leakage*, deoarece augmentări ale aceleiași imagini pot ajunge în subseturi diferite. Din acest motiv, valorile absolute obținute pe acest set trebuie privite cu prudență și nu trebuie confundate cu o estimare finală a generalizării. Totuși, setul rămâne util pentru comparații experimentale între funcții de pierdere și arhitecturi, deoarece toate configurațiile sunt rulate în aceleași condiții, pe aceeași distribuție și cu același protocol de evaluare.

Figura 6.1 sintetizează istoricul funcției de pierdere pentru patru configurații ResNet50: *focal loss* cu Adam, *cross-entropy* cu Adam, *weighted cross-entropy* cu AdamW și *focal loss* cu AdamW. Scopul graficului nu este alegerea unui model final pe baza acestui dataset, ci observarea comportamentului relativ al funcțiilor de pierdere în timpul antrenării.

Se observă că toate configurațiile învață rapid pe setul de antrenare, însă diferența dintre curba de antrenare și cea de validare rămâne importantă pentru interpretare. *Cross-entropy* simplu este o alegere stabilă ca punct de plecare, dar poate favoriza exemplele ușor de clasificat. Varianta ponderată nu aduce un avantaj clar în acest context, deoarece setul este deja echilibrat artificial, iar ponderarea suplimentară nu rezolvă principala problemă a datelor. În schimb, *focal loss* este mai potrivită pentru continuarea experimentelor deoarece pune accent pe exemplele dificile și pe confuziile care apar între clasele apropiate.




Figura 6.1: Comparația istoricului funcției de pierdere pentru ResNet50 pe Diabetic_Balanced_Data.

6.2 Compararea arhitecturilor pe Diabetic_Balanced_Data

Pentru comparația arhitecturilor au fost analizate matricile de confuzie absolute pentru ResNet50, InceptionV3, InceptionResNet-v2 și EfficientNet-B3, în configurații rulate pe același set Diabetic_Balanced_Data. Figura 6.2 arată nu doar câte imagini sunt clasificate corect, ci și direcția erorilor dintre clase.

Rezultatele sunt apropiate la nivel global, majoritatea configurațiilor obținând valori în jurul intervalului 0,88–0,90 pentru acuratețe și Macro F1. De aceea, interpretarea relevantă nu este doar care model are scorul maxim, ci unde apar confuziile. Clasele 3 și 4 sunt recunoscute bine de toate arhitecturile, ceea ce indică faptul că formele severe au trăsături vizuale mai ușor de separat. În schimb, clasele 0, 1 și 2 concentrează cele mai importante erori, deoarece diferențele dintre absența bolii, formele ușoare și formele moderate sunt mai subtile.

EfficientNet-B3 are comportamentul cel mai echilibrat în aceste teste, cu aproximativ 0,90 acuratețe și Macro F1, dar diferența față de celelalte arhitecturi nu este suficientă pentru a elimina complet ResNet50 din analiză. ResNet50 rămâne un baseline robust, mai simplu de antrenat și util pentru comparațiile dintre preprocesări, augmentări și funcții de pierdere. InceptionV3 și InceptionResNet-v2 confirmă aceeași tendință generală: arhitectura influențează distribuția erorilor, însă calitatea datelor și protocolul de împărțire rămân decisive.




Figura 6.2: Matrici de confuzie absolute pentru arhitecturile comparate pe Diabetic_Balanced_Data.

6.3 Analiza data leakage în APTOS și Diabetic_Balanced_Data

O etapă separată a analizei a fost dedicată verificării riscului de *data leakage*. Această verificare a devenit necesară după examinarea setului Diabetic_Balanced_Data, unde imaginile originale și augmentările derivate din aceeași imagine puteau ajunge în subseturi diferite. Într-un astfel de scenariu, modelul nu mai este evaluat pe imagini complet independente, ci

poate întâlni în validare sau testare variante foarte apropiate de exemplele văzute la antrenare. Rezultatul este o estimare artificial optimistă a performanței.

Importanța verificării este cu atât mai mare cu cât setul `Diabetic_Balanced_Data` este disponibil public [32] și apare inclusiv în articole de tip review despre dataset-uri fundus utilizate pentru retinopatie diabetică [34]. Prezența într-o sinteză bibliografică nu garantează însă că organizarea locală a fișierelor este potrivită pentru un protocol experimental fără scurgeri de informație. Din acest motiv, ultimele experimente din notebook-ul `experiments.ipynb`, secțiunea *Experimente APTOS data-leakage + Balanced_Data fără data-leakage*, au fost folosite ca experimente de control.

Primul a fost realizat pe APTOS, deoarece pentru acest set se putea construi direct o comparație între două fluxuri. În varianta incorectă, augmentarea a fost aplicată înainte de împărțirea în train, validare și test, ceea ce permite ca transformări ale aceleiași imagini să apară în subseturi diferite. În varianta corectă, împărțirea a fost realizată înainte de augmentare, iar augmentările au rămas în subsetul imaginii originale. Diferența dintre rezultate este puternică: fluxul *augment* -> *split* obține o acuratețe de 96,20%, AUC de 0,9982, QWK de 0,9813 și Macro F1 de 0,9620, în timp ce fluxul *split* -> *augment* coboară la o acuratețe de 82,02% și AUC de 0,9170. Această diferență arată că performanța foarte ridicată nu provenea doar din capacitatea modelului, ci și din contaminarea dintre subseturi.




Figura 6.3: Comparație APTOS între fluxul cu *data leakage* și fluxul corect fără *data leakage*: istoricul funcției de pierdere și matricea de confuzie absolută pentru fiecare variantă.

Al doilea control a urmărit direct setul `Diabetic_Balanced_Data`. În varianta distribuită public, rezultatele sunt ridicate: acuratețe de 88,77%, AUC de 0,9825, QWK de 0,9297 și Macro F1 de 0,8859. După reorganizarea setului printr-un split grupat, în care imaginea originală și toate augmentările asociate rămân în același subset, performanța scade la o acuratețe de 60,47%, AUC de 0,8878, QWK de 0,7641 și Macro F1 de 0,5995. Scăderea nu trebuie interpretată ca o degradare a metodei, ci ca o corectare a protocolului de evaluare: noul rezultat reflectă mai realist capacitatea modelului de a generaliza pe imagini independente.




Figura 6.4: Comparație pentru `Diabetic_Balanced_Data` între varianta publică afectată de *data leakage* și varianta rearanjată prin split grupat: istoricul funcției de pierdere și matricea de confuzie absolută pentru fiecare variantă.

După eliminarea scurgerii de informație, matricele de confuzie devin și ele mai realiste. În varianta cu *data leakage*, diagonala principală este mult mai puternică deoarece modelul poate recunoaște imagini foarte asemănătoare cu cele văzute în antrenare. În varianta cu split grupat, confuziile cresc, însă acestea reflectă mai bine dificultatea reală a problemei: modelul trebuie să generalizeze pe imagini independente, nu pe transformări apropiate ale acelorași funduri de ochi.

Cele mai multe erori apar între clase care sunt apropiate clinic sau vizual. În `Diabetic_Balanced_Data` reorganizat, clasa 1 este confundată frecvent cu clasele 0 și 2, deoarece semnele de retinopatie ușoară sunt subtile și pot fi apropiate fie de imagini normale, fie de forme moderate. Clasa 2 este confundată atât cu 0, cât și cu 3, ceea ce indică dificultatea delimitării stadiului moderat atunci când leziunile sunt parțiale, mici sau afectate de calitatea imaginii. Pentru clasele severe, se observă confuzii între 3 și 4, deoarece ambele pot conține leziuni avansate, iar diferența dintre retinopatie severă și proliferativă nu este întotdeauna evidentă doar din imaginea globală. Aceste confuzii sunt de așteptat într-un protocol corect și sunt mai utile pentru analiză decât o matrice aproape perfectă obținută prin contaminarea subseturilor.

Aceste experimente justifică folosirea variantei reorganizate cu split grupat și a scriptului `Scripts/Diabetic_Balanced_Data/grouped_split_diabetic_balanced_data.py`. Ele arată că, în clasificarea retinopatiei diabetice, protocolul de împărțire a datelor este la fel de important ca arhitectura sau funcția de pierdere. În plus, ele explică de ce rezultatele obținute pe seturi care conțin augmentări preexistente trebuie interpretate cu prudență: o acuratețe mare poate semnala un model bun, dar poate semnala și faptul că separarea train–validare–test nu a fost suficient de strictă sau dezechilibrul între clase.

6.4 Configurația experimentală

Capitolul de rezultate este actualizat pe baza experimentelor rulate în notebook-ul `experiments.ipynb`. Spre deosebire de varianta inițială, care compara în principal arhitecturi și configurații izolate, analiza de față urmărește efectul etapelor de lucru asupra seturilor de date: varianta de bază, varianta cu augmentări și varianta în care augmentările sunt combinate cu preprocesări de tip Ben Graham. Pentru a păstra comparația coerentă, rezultatele sunt prezentate sub forma unei matrici experimentale cu trei coloane și trei linii.

Coloanele corespund surselor de date analizate:

- **APTOS** – setul APTOS 2019 reorganizat local și extins cu variante augmentate și pre-procesate;
- **EyePACS** – setul EyePACS procesat local, folosit pentru a observa comportamentul pe o sursă mare și variabilă;
- **Balanced_Aug** – setul derivat din `Diabetic_Balanced_Aug`, utilizat pentru a analiza efectul echilibrării și al augmentărilor.

Liniile urmăresc gradul de intervenție asupra datelor:

- **Baseline** – imaginile reorganizate și împărțite în partiții de antrenare, validare și testare;
- **Augmentări** – imaginile extinse prin transformări geometrice și fotometrice, cu scopul de a crește diversitatea vizuală;

- **Augmentări + preprocesări** – imaginile augmentate și apoi normalizate vizual prin preprocesări de tip Ben Graham, pentru reducerea variațiilor de iluminare și contrast.

Pentru InceptionResNet-v2, acolo unde notebook-ul nu conține exportul baseline cu exact aceeași denumire ca în cazul ResNet50, a fost folosită varianta curățată disponibilă pentru aceeași sursă de date. Astfel se păstrează comparația pe cele trei niveluri de lucru, fără a introduce rezultate nesalvate în experimente.

Experimentele incluse în această sinteză folosesc funcția *focal loss* și valoarea $\gamma = 1.5$, conform configurațiilor salvate în notebook. Pentru istoricul funcției de pierdere sunt prezentate separat două arhitecturi, ResNet50 și InceptionResNet-v2, iar scorul QWK este păstrat pentru ResNet50, ca model de referință în analiza pe cele nouă variante. Acuratețea este discutată textual, fără a mai fi păstrat graficul dedicat, deoarece scorul global poate masca distribuția erorilor între clase. Pentru scorurile precision/recall/F1 pe clase, matricea de confuzie și curbele ROC multclasă este păstrată sinteza pe ResNet50, folosită ca variantă principală în comparația finală. Această organizare face vizibilă contribuția muncii depuse asupra seturilor de date: fiecare rând adaugă o etapă de prelucrare, iar fiecare coloană arată dacă aceeași strategie se comportă similar sau diferit pe o altă sursă de imagini.

6.5 Istoricul funcției de pierdere

Figurile 6.5 și 6.6 prezintă evoluția funcției de pierdere pentru cele nouă experimente, separat pentru ResNet50 și InceptionResNet-v2. Curbele evidențiază o diferență constantă între pierderea pe antrenare și pierderea pe validare: în multe cazuri, *train loss* scade rapid, în timp ce *val loss* rămâne mai instabil sau chiar crește. Acest comportament indică faptul că problema nu este doar una de capacitate a modelului, ci și una de generalizare între imaginile de antrenare și cele de validare.

Compararea pe rânduri arată că augmentările cresc diversitatea setului de antrenare, dar nu produc automat o scădere uniformă a pierderii pe validare. În cazul imaginilor cu augmentări și preprocesări, curbele confirmă că normalizarea vizuală modifică distribuția intrărilor și poate face antrenarea mai controlabilă, însă efectul depinde de dataset. Această observație este importantă deoarece justifică evaluarea separată pentru APTOS, EyePACS și Balanced_Aug, nu doar raportarea unui singur scor global.

Graficul din figura 6.5 urmărește evoluția pierderii pentru ResNet50. Se observă scăderea rapidă a pierderii pe antrenare și diferența față de validare, ceea ce evidențiază riscul de supraînvățare și importanța evaluării separate pe fiecare dataset.

Pentru InceptionResNet-v2, istoricul loss-ului arată aceeași tensiune între învățarea pe train și stabilitatea pe validare. Comparația cu ResNet50 ajută la separarea efectului arhitecturii de efectul augmentărilor și al preprocesărilor.




Figura 6.5: Istoricul loss-ului pentru ResNet50 pe APTOS, EyePACS și Balanced_Aug.




Figura 6.6: Istoricul loss-ului pentru InceptionResNet-v2 pe APTOS, EyePACS și Balanced_Aug.

6.6 Istoricul acurateții

Acuratețea a fost urmărită în timpul antrenării, dar nu este păstrată ca figură separată în această versiune a capitolului. Motivul este că, în gradarea retinopatiei diabetice, un scor global poate fi ușor de interpretat greșit: modelul poate obține o acuratețe ridicată prin favorizarea claselor mai numeroase, fără să recunoască suficient clasele intermediare sau cazurile severe. Acuratețea rămâne utilă ca indicator rapid al progresului antrenării, însă concluziile sunt formulate în principal pe baza QWK, F1 pe clase și matrici de confuzie.

În experimente, acuratețea de antrenare crește rapid în majoritatea cazurilor, ceea ce arată că modelul reușește să învețe exemplele disponibile. Diferența față de acuratețea de validare este însă esențială pentru interpretare: un scor ridicat pe antrenare nu este suficient dacă validarea rămâne instabilă sau plafonată.

Rezultatele evidențiază utilitatea augmentărilor ca metodă de regularizare implicită. Prin expunerea modelului la rotații, modificări de luminozitate, variații de culoare și alte transformări, modelul este forțat să învețe trăsături mai generale, nu doar detalii specifice imaginilor originale. Totuși, compararea cu rândul de augmentări + preprocesări arată că augmentarea trebuie corelată cu o normalizare atentă a imaginilor, mai ales în fundus photography, unde iluminarea neuniformă și marginile negre pot introduce variații artificiale.

6.7 Istoricul scorului QWK

Pentru gradarea retinopatiei diabetice, acuratețea nu surprinde complet severitatea erorilor. De aceea, figura 6.7 urmărește scorul QWK, o metrică mai potrivită pentru clase ordinale. O confuzie între clase vecine, de exemplu 1 și 2, este mai puțin severă decât o confuzie între clasa 0 și clasa 4, iar QWK reflectă această diferență.

Istoricul QWK arată cât de stabil devine modelul în raport cu ordinea clinică a claselor. În experimentele în care QWK crește odată cu antrenarea, modelul nu doar clasifică mai multe imagini corect, ci învață o structură mai apropiată de severitatea bolii. Această metrică este relevantă pentru lucrare deoarece sistemul final nu urmărește doar o etichetă numerică, ci o estimare a stadiului retinopatiei diabetice.

QWK este urmărit deoarece clasele au ordine clinică. Pentru ResNet50, acest grafic arată dacă modelul învață nu doar etichete corecte, ci și o separare coerentă între gradele de severitate.




Figura 6.7: Istoricul scorului QWK pentru ResNet50 pe cele 9 variante de experimente.

Din figura 6.7 se observă că evoluția QWK nu este identică pentru toate combinațiile de set de date și strategie de antrenare. În cazul experimentelor pe APTOS, curbele tind să fie mai stabile, deoarece setul este mai omogen și are imagini provenite dintr-un cadru de achiziție mai controlat. Pentru EyePACS, variațiile sunt mai pronunțate, ceea ce este explicabil prin diversitatea mai mare a imaginilor, prin diferențele de iluminare și prin nivelul mai ridicat de zgomot din date. În cazul Balanced_Aug, scorul QWK reflectă mai clar efectul augmentărilor și al preprocesărilor: atunci când acestea ajută modelul să vadă mai bine structurile retiniene relevante, creșterea este mai coerentă, însă transformările prea agresive pot introduce oscilații de la o epocă la alta.

Un aspect important este că QWK penalizează mai puternic confuziile între clase îndepărtate. De aceea, chiar dacă acuratețea poate părea apropiată între două experimente, o curbă QWK mai bună indică faptul că modelul greșește mai rar severitatea într-un mod clinic grav. Pentru această lucrare, graficul este util deoarece arată nu doar dacă ResNet50 ajunge la performanțe bune, ci și dacă învățarea este stabilă în raport cu ordinea naturală a claselor de retinopatie diabetică.

6.8 Precision, recall și F1 pe clase

Figura 6.8 prezintă valorile precision, recall și F1 pentru fiecare clasă. Această analiză este mai informativă decât acuratețea globală deoarece arată unde modelul recunoaște bine imaginile și unde apar dificultăți. În general, clasa 0 are scoruri mai ridicate, fiind mai ușor de separat vizual de clasele patologice, în timp ce clasele intermediare, în special 1 și 2, sunt mai vulnerabile la confuzii. Acest lucru este vizibil mai ales în valorile F1, care scad atunci când

modelul fie pierde exemple reale dintr-o clasă, fie trimite către acea clasă prea multe predicții greșite.

Prin raportarea pe clase se observă mai clar efectul augmentărilor. Dacă augmentările îmbunătățesc recall-ul pentru clasele rare, modelul devine mai util în scenarii în care ratarea cazurilor patologice este costisitoare. Dacă precision-ul scade, apare riscul de alarme false. Din acest motiv, scorurile pe clase trebuie analizate împreună cu matricele de confuzie, nu izolat. În ansamblu, graficele F1 arată că principala dificultate nu este separarea extremelor, ci delimitarea fină a stadiilor apropiate. Clasele 1 și 2 sunt adesea absorbite de clasa 0 sau confundate între ele, deoarece semnele clinice timpurii sunt subtile și pot fi afectate de calitatea imaginii. În schimb, confuziile între clasa 0 și clasele marginale severe, mai ales clasa 4, sunt mult mai reduse, ceea ce indică faptul că modelul surprinde mai bine diferența dintre absența bolii și formele avansate. Valorile precision, recall și F1 pe clase arată unde modelul are performanțe stabile și unde apar clase problematice. Clasele 1 și 2 sunt cele mai importante de urmărit, deoarece diferențele vizuale dintre absența bolii, formele ușoare și formele moderate pot fi subtile.




Figura 6.8: Precision, recall și F1 pe clase pentru cele nouă experimente principale.

6.9 Matricele de confuzie

Matricele de confuzie din figura 6.9 arată explicit tipurile de erori produse de model. Pentru retinopatia diabetică, nu toate erorile au aceeași semnificație: confuziile între clase apropiate pot reflecta ambiguitatea naturală a imaginilor, în timp ce confuziile între clasa 0 și clasele avansate indică o problemă mai gravă de detecție.

Aceste rezultate confirmă importanța curățării seturilor de date și a controlului asupra augmentărilor. Atunci când imaginile augmentate sunt distribuite incorect între partiții sau când preprocesările nu sunt aplicate consecvent, matricea de confuzie poate sugera performanțe artificiale sau erori greu de interpretat. De aceea, în această lucrare, pregătirea dataseturilor a fost tratată ca o etapă experimentală centrală, nu doar ca un pas auxiliar înainte de antrenare.

Pentru claritate, figura păstrează doar matricile absolute, nu și variantele normalizate. Valorile absolute fac mai ușor de observat unde se concentrează efectiv erorile. Se remarcă un tipar comun: o parte din imaginile din clasele 1 și 2 sunt prezise ca 0, ceea ce arată că modelul are dificultăți în delimitarea cazurilor incipiente față de absența bolii. Totuși, clasele marginale nu sunt amestecate puternic între ele: imaginile sănătoase nu sunt confundate masiv cu stadiile severe, iar clasa 4 nu este trimisă frecvent direct către clasa 0. Această observație este importantă deoarece susține trecerea la un sistem în două faze: mai întâi o decizie binară sănătos/patologic, apoi o clasificare mai fină doar pentru imaginile patologice. Matricile de confuzie indică tipul erorilor, nu doar numărul lor. În această figură sunt păstrate doar valorile absolute, pentru a evidenția direct confuziile dintre clasele reale și cele prezise.



Figura 6.9: Matricile de confuzie pentru cele 3 dataseturi în cele trei configurații.

6.10 Curbele ROC multiclasă

Figura 6.10 prezintă curbele ROC multiclasă. Acestea sunt utile pentru a observa capacitatea modelului de a separa fiecare clasă în raport cu celelalte, independent de un prag fix de decizie.

În context multclasă, curbele ROC completează analiza pe clase și arată dacă modelul produce scoruri probabilistice coerente, chiar și atunci când predicția finală este greșită.

Compararea pe coloane indică diferențe între domeniile vizuale ale seturilor de date. AP-TOS, EyePACS și Balanced_Aug nu au aceeași distribuție a imaginilor, iar curbele ROC reflectă această variație. Compararea pe rânduri arată efectul etapelor de lucru asupra datelor: augmentările și preprocesările pot schimba separabilitatea claselor, dar beneficiul trebuie verificat empiric pentru fiecare dataset.

Curbele ROC multclasă arată capacitatea modelului de a separa fiecare clasă față de celelalte. Ele completează matricele de confuzie deoarece analizează scorurile probabilistice, nu doar predicția finală.




Figura 6.10: Curbele ROC multclasă pentru cele nouă experimente principale din `experiments.ipynb`.

Din figura 6.10 se observă că performanța nu trebuie interpretată doar prin poziția generală a curbelor, ci și prin diferențele dintre clase. Curbele apropiate de colțul stânga-sus indică o separare bună între clasa analizată și restul claselor, ceea ce sugerează că modelul atribuie scoruri probabilistice mai sigure. În general, clasele extreme sunt mai ușor de separat: imaginile fără retinopatie au aspect diferit față de imaginile patologice avansate, iar clasele severe conțin leziuni mai vizibile. În schimb, clasele intermediare au curbe mai puțin ideale, deoarece diferențele vizuale dintre formele ușoare și moderate sunt subtile și pot depinde mult de iluminare, calitatea imaginii și preprocesare.

Comparativ cu matricele de confuzie, curbele ROC oferă o perspectivă mai fină asupra încrederii modelului. O matrice de confuzie arată eticheta finală aleasă, în timp ce ROC arată

dacă modelul a acordat totuși scoruri rezonabile clasei corecte înainte de aplicarea pragului sau a deciziei finale. Din acest motiv, o curbă ROC bună poate indica faptul că modelul are informație utilă în scorurile sale, chiar dacă unele predicții finale rămân greșite. Această observație susține și abordarea în două etape: prima etapă poate fi optimizată pentru separarea robustă între sănătos și patologic, iar a doua etapă poate trata separat diferențele mai dificile dintre clasele 1–4.

6.11 Integrarea cu sistemul final în două etape

Varianta finală a experimentului este implementată în notebook-ul `Notebooks/Main/Local/diabetic-retinopathy-classifier-FIXED.ipynb`. Acesta înlocuiește varianta de test pe subset și construiește un pipeline local complet, bazat pe `EfficientNet-B3`, pentru două sarcini complementare: detecția binară a bolii și gradarea severității pe clasele 1–4. Codul complet exportat din notebook este inclus în listarea ??, astfel încât configurația experimentală să poată fi reprodusă fără a depinde de interfața Jupyter.

Prima etapă tratează problema ca o clasificare binară între imaginile *sănătoase* și imaginile cu retinopatie diabetică. Setul de date folosit este `datasets/processed_by_me/eyepacs/eyepacs_binar`, organizat pe directoare de antrenare, validare și test. Modelul pornește de la `EfficientNet-B3` pre-antrenat pe ImageNet, iar clasificatorul final este înlocuit cu un strat `Dropout` urmat de un neuron de ieșire. Funcția de pierdere este `BCEWithLogitsLoss`, iar pragul final de decizie nu este ales arbitrar, ci este optimizat pe setul de validare prin scorul F_β , cu $\beta = 2$. Această alegere favorizează reducerea falselor negative, aspect important într-un scenariu de screening, unde ratarea unei imagini patologice este mai gravă decât trimiterea unei imagini sănătoase către verificare suplimentară.

Antrenarea este împărțită în două faze. În primele trei epoci, backbone-ul este înghețat și se antrenează doar capul nou adăugat, cu rată de învățare mai mare. După această stabilizare inițială, backbone-ul este dezghețat și se aplică fine-tuning complet, cu rate de învățare diferențiate pentru straturile pre-antrenate și pentru clasificator. În etapa binară, cel mai bun rezultat de validare a fost un AUC de 0.8602, obținut după trecerea în faza de fine-tuning. Curbele din figura 6.11 arată că îmbunătățirea apare mai ales după dezghețarea modelului, ceea ce confirmă utilitatea adaptării întregului extractor de caracteristici la imaginile de fund de ochi.

A doua etapă este activată doar pentru imaginile considerate patologice de primul model și clasifică severitatea în clasele 1, 2, 3 și 4. Pentru această etapă a fost folosit setul `datasets/processed_by_me/eyepacs/eyepacs_1_4`, cu 40000 imagini în antrenare și câte 3503, respectiv 3504, imagini în validare și test. Notebook-ul compară trei formulări ale aceleiași probleme, toate pe același backbone `EfficientNet-B3`: clasificare multiclasă cu `CrossEntropyLoss`, regresie cu rotunjire optimizată pe validare și formulare ordinală de tip CORAL. Această comparație este relevantă deoarece gradele retinopatiei nu sunt clase nominale independente, ci niveluri ordonate de severitate.


Figura 6.11.1 - Curbe combinate pentru pipeline-ul EfficientNet-B3 în două etape

Figura 6.11: Curbe combinate pentru experimentul final în două etape. Prima celulă sintetizează etapa binară, iar celelalte trei celule compară formulările multiclasă pentru clasele 1–4.

Rezultatele pe test indică diferențe importante între cele trei formulări multiclasă. Varianta cu **CrossEntropyLoss** obține cea mai bună acuratețe globală, 0.6618, însă scorul QWK este 0.6247. Varianta de regresie obține o acuratețe de 0.6179 și un QWK de 0.6440, iar pragurile de rotunjire sunt învățate exclusiv pe validare, nu pe test. Varianta ordinală obține cea mai bună valoare QWK, 0.6561, chiar dacă acuratețea este mai mică, 0.5848. Această diferență arată că modelul ordinal face mai puține greșeli grave din punct de vedere clinic: majoritatea erorilor sunt între clase vecine, nu între stadii îndepărtate.

Matricele de confuzie din figura 6.12 confirmă aceeași observație. Pentru formularea cu regresie, 92.5% dintre erori sunt la distanță de un singur grad, iar pentru formularea ordinală proporția crește la 93.2%. În schimb, formularea cu cross-entropy are o acuratețe mai ridicată, dar păstrează o proporție mai mare de erori la două grade, 12.8%. Din perspectiva sistemului final, această comparație susține folosirea QWK ca metrică principală pentru alegerea modelului de severitate, deoarece penalizează explicit distanța dintre clasa reală și clasa prezisă.

Figura 6.11.2 - Matrici de confuzie combinate și interpretate




Figura 6.12: Matrici de confuzie combinate pentru etapa binară și pentru cele trei variante multclasă. Comentariile evidențiază diferența dintre acuratețe globală și respectarea ordinii clinice a claselor.

Integrarea finală se bazează, așadar, pe o decizie secvențială. Imaginea este preprocesată și trimisă mai întâi către modelul binar. Dacă probabilitatea de boală este sub pragul optimizat pe validare, sistemul returnează clasa 0. Dacă probabilitatea depășește pragul, imaginea este transmisă către modelul multclasă, iar predicția finală este translatată în scala completă 1–4. Prin această separare, modelul binar poate fi calibrat pentru sensibilitate ridicată, iar modelul de severitate poate fi selectat după comportamentul ordinal al erorilor. În forma analizată, varianta ordinală este cea mai potrivită pentru a doua etapă atunci când criteriul principal este QWK, în timp ce varianta cross-entropy rămâne utilă atunci când se urmărește acuratețea brută.

Capitolul 7

Aplicația de inferență

7.1 Scopul aplicației dezvoltate

Pentru a demonstra utilizarea practică a modelelor antrenate, a fost dezvoltată o aplicație web de inferență. Scopul aplicației este de a permite încărcarea unei imagini de fund de ochi, selectarea unui model salvat și obținerea unei predicții privind stadiul retinopatiei diabetice. Aplicația are rol experimental și nu înlocuiește diagnosticul medical, deoarece sistemele automate pentru retinopatia diabetică necesită validare clinică riguroasă înainte de utilizare în screening sau decizie medicală [1], [21].

Rezultatul afișat include clasa prezisă, denumirea stadiului, nivelul de încredere, probabilitățile pentru fiecare clasă, timpul de inferență și recomandări orientative pentru medic și pacient. Interfața include și un set restrâns de metadate tehnice, păstrate la nivelul informațiilor utile pentru utilizator: fișierul folosit, arhitectura, dimensiunea de intrare, dimensiunea imaginii originale, dimensiunea imaginii analizate, timpul de execuție și metoda de preprocesare. Detalii interne precum dispozitivul de calcul, numărul de parametri, normalizarea sau indicatorii intermediari ai preprocesării nu sunt afișați în interfață, pentru a evita încărcarea inutilă a rezultatului.

7.2 Arhitectura aplicației

Aplicația este organizată în două componente principale: un backend Flask și un frontend React, două tehnologii potrivite pentru separarea logicii de inferență de interfața utilizatorului [35], [36]. Backend-ul este responsabil pentru încărcarea modelului, verificarea și preprocesarea imaginii, precum și calcularea predicției. Frontend-ul este responsabil pentru interfața de utilizare, selecția modelului, încărcarea imaginii, vizualizarea imaginii preprocesate și afișarea rezultatului.

Cele două componente comunică prin cereri HTTP. Backend-ul expune endpoint-uri sub forma `/api/models` și `/api/predict`, iar frontend-ul trimite cereri către acestea folosind bibliotecă Axios [37]. Pentru comunicarea între porturi diferite, backend-ul folosește `flask_cors`, care permite configurarea politicilor CORS pentru aplicații Flask [38].

7.3 Componenta backend

Componenta backend este implementată în fișierul `Inference_site/app.py`. Aceasta definește aplicația Flask, stabilește directorul în care se află modelele salvate și selectează dispozitivul de calcul: CUDA, dacă este disponibil, sau CPU în caz contrar. Pentru reconstruirea arhitecturii modelului, backend-ul importă funcția `get_model` din `builder.py`.

Endpoint-ul `/api/models` returnează un catalog de modele, nu doar o listă simplă de fișiere. Catalogul este împărțit în două grupuri: modelele principale, folosite pentru soluția finală, și

modelele experimentale salvate în directorul `Notebooks/Rezultate/New/modele`. Endpoint-ul `/api/predict` primește imaginea și identificatorul modelului selectat, verifică existența fișierului sau a configurației de pipeline, aplică transformările necesare și rulează inferența. Imaginea este convertită în RGB, preprocesată printr-o variantă Ben Graham cu mască de rețină, redimensionată la dimensiunea așteptată de model, transformată în tensor și normalizată cu valorile ImageNet. Predicția este calculată cu `torch.no_grad()`, pentru a dezactiva calculul gradientului în timpul inferenței, iar probabilitățile modelelor multiclasă sunt obținute prin softmax [39].

Pentru opțiunea principală, backend-ul poate rula un pipeline în două etape. Prima etapă folosește modelul binar `efficientnet_b3_binar_best.pth`, salvat în `Notebooks/Main/Local`, pentru detecția imaginilor sănătoase față de cele patologice. Dacă este disponibil și un model pentru etapa a doua, acesta este folosit pentru clasificarea severității în clasele 1–4. În acest fel, aplicația poate fi utilizată atât pentru testarea modelelor experimentale individuale, cât și pentru scenariul final propus în lucrare.

7.4 Componenta frontend

Componenta frontend este implementată în `Inference_site/App.jsx`. La pornire, aceasta solicită catalogul de modele disponibile și selectează automat prima opțiune validă. Selectorul este organizat pe grupuri, astfel încât utilizatorul poate alege între modelul sau pipeline-ul principal și modelele experimentale din directorul de rezultate. După alegerea modelului, utilizatorul poate încărca o imagine și poate vizualiza o previzualizare înainte de trimiterea către backend.

După apăsarea butonului de analiză, frontend-ul construiește un obiect `FormData` care conține imaginea și identificatorul modelului selectat. Răspunsul primit de la backend este afișat în zone distincte pentru rezultat, recomandări și metadate tehnice. Cardul de metadate a fost simplificat pentru a păstra doar informațiile relevante pentru interpretarea rezultatului, fără detalii interne precum CUDA, dimensiunea modelului, numărul de parametri, valorile de normalizare sau indicatorii intermediari ai preprocesării.




Figura 7.1: Zona de recomandări afișată în aplicația de inferență după obținerea predicției

Interfața a fost adaptată pentru utilizare responsive și include un comutator pentru modul light/dark. De asemenea, aplicația conține o zonă dedicată imaginii preprocesate, astfel încât utilizatorul poate vedea forma exactă a imaginii trimise către model. Vizualizarea permite zoom și deplasare în imagine, ceea ce ajută la inspectarea detaliilor retiniene după aplicarea preprocesării.




Figura 7.2: Interfața aplicației de inferență dezvoltate pentru clasificarea retinopatiei diabetice

7.5 Fluxul de utilizare

Fluxul de utilizare este simplu. Utilizatorul pornește backend-ul, deschide frontend-ul, selectează modelul dorit, încarcă o imagine de fund de ochi și apasă butonul de analiză. Imaginea este trimisă către server, unde este preprocesată și analizată de modelul ales. Rezultatul este apoi returnat în format JSON și afișat în interfața web.

Această structură permite testarea rapidă a mai multor modele pe aceeași imagine. De exemplu, o imagine poate fi analizată cu pipeline-ul principal, apoi cu modele experimentale ResNet50, EfficientNet-B3, InceptionV3 sau Inception-ResNet-V2. Diferențele dintre probabilități pot oferi indicii despre stabilitatea predicției și despre sensibilitatea arhitecturilor la aceeași intrare.




Figura 7.3: Meniul dropdown pentru selecția modelului în aplicația de inferență

7.6 Integrarea modelului antrenat

Integrarea modelului antrenat se bazează pe reutilizarea aceleiași funcții `get_model` folosite în etapa experimentală. Fișierul `.pth` salvează ponderile, nu întreaga logică a arhitecturii, deci modelul trebuie reconstruit înainte de încărcarea parametrilor. Backend-ul identifică arhitectura prin funcția `get_base_model_name`, analizând numele fișierului selectat pentru modelele experimentale sau folosind configurația explicită pentru modelul principal.

Dacă numele conține `resnet50`, se construiește un ResNet50; dacă numele conține `inception_v3`, se construiește InceptionV3; iar pentru `incres_v2`, se construiește Inception-ResNet-V2. Pentru EfficientNet-B3 este reconstruit același classifier folosit la antrenare, cu strat de dropout și strat liniar final. Ponderile sunt încărcate cu `torch.load`, folosind `map_location` pentru compatibilitate cu dispozitivul disponibil. Această abordare păstrează coerența între antrenare și inferență.

7.7 Limitări practice ale aplicației

Aplicația are rol demonstrativ și prezintă mai multe limitări. În primul rând, verificarea preprocesării nu este echivalentă cu validarea medicală a imaginii și nu garantează că imaginea are o calitate suficientă pentru diagnostic. În al doilea rând, modelul este încărcat la fiecare

cerere, ceea ce este simplu pentru testare, dar inefficient pentru producție. Controlul calității imaginilor este o etapă importantă în evaluarea sistemelor pentru retinopatie diabetică, deoarece imaginile neclare, slab iluminate sau incorect centrate pot afecta predicția modelului [22].

Recomandările afișate sunt statice și orientative. Ele nu țin cont de istoricul pacientului, de acuitatea vizuală, de edemul macular, de tratamente existente sau de alte informații clinice. Într-o versiune reală, aplicația ar trebui să includă validare medicală, control al calității imaginilor, autentificare, audit și un mecanism de marcare a predicțiilor incerte. În plus, integrarea într-un flux clinic ar trebui însoțită de explicabilitate și analiză a erorilor, astfel încât deciziile modelului să poată fi interpretate de utilizatori umani [7].

Capitolul 8

Concluzii și direcții viitoare

8.1 Concluzii generale

Lucrarea a prezentat un sistem complet pentru clasificarea automată a retinopatiei diabetice pe baza imaginilor de fund de ochi. Au fost analizate fundamentele medicale ale bolii, stadiile de severitate, particularitățile imaginilor retiniene și direcțiile relevante din literatura de specialitate. Pe această bază a fost construit un pipeline experimental în PyTorch, folosind transfer learning, preprocesare dedicată imaginilor fundus și antrenare locală pe CUDA.

Metodologia include două componente complementare. Prima componentă este reprezentată de experimentele preliminare, prin care au fost comparate arhitecturi, funcții de pierdere, optimizatori și variante de augmentare. A doua componentă este sistemul propus, organizat în două etape: detecția binară a bolii și clasificarea severității pentru cazurile patologice. În plus, a fost realizată o aplicație web de inferență, care demonstrează modul în care modelele salvate pot fi utilizate într-o interfață practică.

8.2 Rezultatele obținute față de obiectivele inițiale

Obiectivele inițiale au fost îndeplinite în mai multe direcții. A fost realizată o analiză a metodelor existente pentru detecția și clasificarea retinopatiei diabetice, au fost studiate mai multe seturi de date publice, iar imaginile au fost reorganizate prin scripturi dedicate pentru split, curățare, augmentare și preprocesare. De asemenea, a fost implementată o metodă bazată pe rețele convoluționale și transfer learning, adaptată într-un sistem în două etape.

Codul permite testarea mai multor arhitecturi, funcții de pierdere și optimizatori. Au fost generate modele salvate, grafice de evaluare și rapoarte de clasificare. O contribuție importantă a lucrării este identificarea riscului de *data leakage* în utilizarea dataset-ului `Diabetic_Balanced_Data` și construirea unui split grupat care păstrează imaginea originală și augmentările ei în același subset. În plus, aplicația de inferență arată că rezultatele experimentale pot fi integrate într-un flux software accesibil, în care utilizatorul încarcă o imagine și primește o predicție.

8.3 Limitările lucrării

Principala limitare este faptul că modelele au fost evaluate pe seturi de date publice, care nu reflectă complet variabilitatea clinică reală. În practică, imaginile provin din camere diferite, centre medicale diferite și populații diferite, iar distribuția claselor este de obicei dezechilibrată. Din acest motiv, performanța obținută pe un dataset public nu garantează automat aceeași performanță într-un program real de screening.

O altă limitare este faptul că unele seturi publice conțin imagini augmentate sau foarte asemănătoare între ele. În această lucrare, problema a fost investigată explicit pentru `Diabetic_Balanced_Data`, iar split-ul grupat reduce riscul ca originale și augmentări să ajungă în subseturi diferite. Totuși,

pentru o validare și mai strictă, ar fi utilă o împărțire la nivel de pacient, astfel încât imagini apropiate provenite de la același pacient să nu apară simultan în antrenare și testare.

Lucrarea nu include validare clinică realizată de medici oftalmologi și nu testează sistemul pe imagini provenite din mai multe centre medicale. De asemenea, aplicația de inferență este un prototip tehnic, fără autentificare, audit, stocare securizată a datelor sau certificare medicală.

8.4 Direcții viitoare

O primă direcție viitoare este validarea sistemului pe seturi de date externe, provenite din surse diferite. Această etapă ar permite evaluarea capacității de generalizare la camere, populații și protocoale de achiziție diferite. De asemenea, ar fi utilă testarea pe distribuții de date mai apropiate de practica clinică.

O altă direcție este introducerea unui modul de control al calității imaginii. Înainte de clasificare, sistemul ar putea verifica dacă fotografia este clară, bine iluminată și centrată. Cazurile neconforme ar putea fi respinse sau marcate pentru recapturare.

Pe partea de modelare, clasificarea globală poate fi completată cu detecția sau segmentarea leziunilor. Un sistem care indică nu doar stadiul bolii, ci și regiunile suspecte, ar fi mai ușor de interpretat. Aplicația de inferență poate fi extinsă prin păstrarea modelelor în memorie, calibrarea probabilităților, definirea unor praguri de incertitudine și generarea unor rapoarte exportabile.

Bibliografie

- [1] Varun Gulshan, Lily Peng, Marc Coram, Martin C Stumpe, Derek Wu, Arunachalam Narayanaswamy, Subhashini Venugopalan, Kasumi Widner, Tom Madams, Jorge Cuadros, et al. Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs. *jama*, 316(22):2402–2410, 2016.
- [2] Muhammad Kashif Jabbar, Jianzhuo Yan, Hongxia Xu, Zaka Ur Rehman, and Ayesha Jabbar. Transfer learning-based model for diabetic retinopathy diagnosis using retinal images. *Brain Sciences*, 12(5):535, 2022.
- [3] Xiaofei Wang, Mai Xu, Jicong Zhang, Lai Jiang, and Liu Li. Deep multi-task learning for diabetic retinopathy grading in fundus images. In *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*, volume 35, pages 2826–2834, 2021.
- [4] Nitigya Sambyal, Poonam Saini, Rupali Syal, and Varun Gupta. Modified u-net architecture for semantic segmentation of diabetic retinopathy images. *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, 40(3):1094–1109, 2020.
- [5] Shiqi Huang, Jianan Li, Yuze Xiao, Ning Shen, and Tingfa Xu. Rtnet: relation transformer network for diabetic retinopathy multi-lesion segmentation. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 41(6):1596–1607, 2022.
- [6] Hossein Shakibania, Sina Raoufi, Behnam Pourafkham, Hassan Khotanlou, and Muharram Mansoorizadeh. Dual branch deep learning network for detection and stage grading of diabetic retinopathy. *Biomedical Signal Processing and Control*, 93:106168, 2024.
- [7] Mohamed Chetoui and Moulay A Akhloufi. Explainable end-to-end deep learning for diabetic retinopathy detection across multiple datasets. *Journal of Medical Imaging*, 7(4):044503–044503, 2020.
- [8] Guanghua Zhang, Bin Sun, Zhaoxia Zhang, Jing Pan, Weihua Yang, and Yunfang Liu. Multi-model domain adaptation for diabetic retinopathy classification. *Frontiers in Physiology*, 13:918929, 2022.
- [9] Vitreum. Fund de ochi, 2026. Disponibil la: <https://vitreum.ro/dictionar-oftalmologic/fund-de-ochi/>.
- [10] Vitreum. Retinopatie diabetica, 2026. Disponibil la: <https://vitreum.ro/afectiuni/retinopatie-diabetica/>.
- [11] Master TAID. Retele convolutionale – convolutional neural networks (cnns), 2026. Disponibil la: https://www.master-taid.ro/Cursuri/MLAV_files/Retele%20Convolutionale%20-%20Convolutional%20Neural%20Networks%20%28CNNs%29.html.
- [12] ResearchGate. Block diagram of resnet-50 construction, 2026. Disponibil la: https://www.researchgate.net/figure/Block-diagram-of-ResNet-50-construction_fig1_390130860.

- [13] ResearchGate. Inceptionv3 architecture, 2026. Disponibil la: https://www.researchgate.net/figure/nceptionV3-architecture-2-Xception-Xception-20-means-the-ex-fig2_338071209.
- [14] Jun Wang, Qianying Liu, Haotian Xie, Zhaogang Yang, and Hefeng Zhou. Boosted efficientnet: Detection of lymph node metastases in breast cancer using convolutional neural networks. *Cancers*, 13(4):661, 2021. Disponibil la: <https://www.mdpi.com/2072-6694/13/4/661>.
- [15] ResearchGate. Inception-resnet-v2 schematic diagram, 2026. Disponibil la: https://www.researchgate.net/figure/nception-ResNet-v2-schematic-diagram-25_fig3_342334669.
- [16] Joes Staal, Michael D Abràmoff, Meindert Niemeijer, Max A Viergever, and Bram Van Ginneken. Ridge-based vessel segmentation in color images of the retina. *IEEE transactions on medical imaging*, 23(4):501–509, 2004.
- [17] Akara Sopharak, Bunyarit Uyyanonvara, and Sarah Barman. Automatic exudate detection from non-dilated diabetic retinopathy retinal images using fuzzy c-means clustering. *sensors*, 9(3):2148–2161, 2009.
- [18] Harry Pratt, Frans Coenen, Deborah M Broadbent, Simon P Harding, and Yalin Zheng. Convolutional neural networks for diabetic retinopathy. *Procedia computer science*, 90:200–205, 2016.
- [19] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 2. diagnosis and classification of diabetes: Standards of care in diabetes–2024. *Diabetes Care*, 47(Supplement_1):S20–S42, 2024.
- [20] Tien Yin Wong, Chui Ming Gemmy Cheung, Michael Larsen, Sobha Sharma, and Rafael Simó. Diabetic retinopathy. *Nature Reviews Disease Primers*, 2:16012, 2016.
- [21] Tao Li, Yingqi Gao, Kai Wang, Song Guo, Hanruo Liu, and Hong Kang. Diagnostic assessment of deep learning algorithms for diabetic retinopathy screening. *Information Sciences*, 501:511–522, 2019.
- [22] Ruhan Liu, Xiangning Wang, Qiang Wu, Ling Dai, Xi Fang, Tao Yan, Jaemin Son, Shiqi Tang, Jiang Li, Zijian Gao, et al. Deepdrid: Diabetic retinopathy—grading and image quality estimation challenge. *Patterns*, 3(6), 2022.
- [23] Luca Giancardo, Fabrice Meriaudeau, Thomas P Karnowski, Yaqin Li, Seema Garg, Kenneth W Tobin Jr, and Edward Chaum. Exudate-based diabetic macular edema detection in fundus images using publicly available datasets. *Medical image analysis*, 16(1):216–226, 2012.
- [24] Meindert Niemeijer, Bram Van Ginneken, Joes Staal, Maria SA Suttorp-Schulten, and Michael D Abràmoff. Automatic detection of red lesions in digital color fundus photographs. *IEEE Transactions on medical imaging*, 24(5):584–592, 2005.
- [25] Yann LeCun, Yoshua Bengio, and Geoffrey Hinton. Deep learning. *Nature*, 521(7553):436–444, 2015.
- [26] Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, and Piotr Dollár. Focal loss for dense object detection. In *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, pages 2980–2988, 2017.

- [27] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 770–778, 2016.
- [28] Christian Szegedy, Vincent Vanhoucke, Sergey Ioffe, Jon Shlens, and Zbigniew Wojna. Rethinking the inception architecture for computer vision. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 2818–2826, 2016.
- [29] Mingxing Tan and Quoc V. Le. Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, pages 6105–6114, 2019.
- [30] Diederik P Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. *arXiv preprint arXiv:1412.6980*, 2014.
- [31] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention*, pages 234–241. Springer, 2015.
- [32] Kushagra Tandon. Diabetic retinopathy balanced. Kaggle dataset, 2024. Disponibil la: <https://www.kaggle.com/datasets/kushagrandon12/diabetic-retinopathy-balanced>.
- [33] Christian Szegedy, Sergey Ioffe, Vincent Vanhoucke, and Alexander A Alemi. Inception-v4, inception-resnet and the impact of residual connections on learning. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 31, 2017.
- [34] Tomasz Krzywicki, Piotr Brona, Agnieszka M. Zbrzezny, and Andrzej E. Grzybowski. A global review of publicly available datasets containing fundus images: Characteristics, barriers to access, usability, and generalizability. *Journal of Clinical Medicine*, 12(10):3587, 2023. Disponibil la: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10219065/>.
- [35] Pallets Projects. Flask documentation, 2026. Disponibil la: <https://flask.palletsprojects.com/>.
- [36] Meta Open Source. React documentation, 2026. Disponibil la: <https://react.dev/>.
- [37] Axios Project. Axios documentation, 2026. Disponibil la: <https://axios-http.com/docs/intro>.
- [38] Flask-CORS Contributors. Flask-cors documentation, 2026. Disponibil la: <https://flask-cors.readthedocs.io/en/latest/>.
- [39] PyTorch Foundation. Pytorch documentation, 2026. Disponibil la: <https://docs.pytorch.org/docs/stable/>.

Anexa A

Cod