MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Estefanía Rodríguez Izquierdo, Juan José Gutiérrez Adrián, M. Rocío Delgado Díaz

CARACTERÍSTICAS

Esta pantalla de la columna de visión se utiliza para ver el campo quirúrgico, el estado de los instrumentos y del endoscopio, y controlar los ajustes de visión.

Se pueden realizar trazos en la pantalla (telestration) que son visibles en la consola para comunicarse con el cirujano. Estos trazos se pueden borrar usando el botón “Erase”, pisando el pedal de control del endoscopio en la consola, o desde el carro del paciente presionando el embrague del brazo del endoscopio.

En la parte inferior de la pantalla hay un área de menú donde se pueden realizar diferentes tareas:



DISPLAY

- Mensajes visibles/ocultos.
- Tomar foto: captura la imagen del endoscopio a un pendrive formateado en Fat32.
- Visión de la consola, del endoscopio o del Tilepro1/2. Esto último significa que se pueden ver imágenes independientes a la imagen quirúrgica.
- Ojo derecho o izquierdo, se puede cambiar de uno a otro durante la cirugía sin que repercuta en la visión del cirujano en la consola.
- Firefly on/off: controla el modo firefly, y tiene un deslizador de intensidad justo debajo para incrementar el contraste entre las zonas fluorescentes y no fluorescentes.

- Iluminación on/off.
- Brillo: ajusta el brillo de la imagen quirúrgica.
- Borrar el telestration.

SETTINGS

- Uses remaining: muestra los usos que tiene cada uno de los instrumentos y accesorios que se usan durante el procedimiento quirúrgico.
- Vídeo input/output: especifica el formato de salida de vídeo.
- Troubleshooting: muestra una pantalla con información de status, incluidos posibles problemas.
- Micrófono de la columna de paciente: habilita o deshabilita el micrófono de la columna.
- Volumen: ajusta el volumen del audio.

TABLE

Sólo está activo cuando el movimiento de la mesa es posible.

GUIDED SETUP

Proporciona instrucciones, paso a paso, con mensajes audibles para preparar, posicionar y hacer el docking del paciente. Cuando el docking se completa, desaparece de la pantalla y vuelve a estar disponible cuando todos los puertos han sido desanclados.

BIBLIOGRAFÍA

1. Da Vinci Xi Surgical System In-Service Guide: OR Staff. https://www.lmc-clients.com/intuitive/2023/Resources/StaffingGuide/1007573-09-USrD-Xi-ORstaff-InServiceGuide-OS4v9.pdf