

TERAPIA

FALLAS FRECUENTES

FUGAS

Iniciar Prueba

PRUEBA DE CIRCUITO DEL PACIENTE

Mantener tapada la salida de la línea.

El circuito tiene fugas mayores a 4L/min a 60 cmH2O.
Controle tubuladuras y trampas de agua.
Cambie y recalibre el circuito

Donde esta la fuga?

